

Gdańsk, dnia 4 lutego 2020 r.

D10.251.64.M.2019

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
(PAKIET 8)**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” na :

**DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH
ROZBUDOWY ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII**

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najwyższej oceniona została:

Oferta nr 4 firmy: Bjeska sp. z o.o. sp. k., Ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań za kwotę brutto: 145 000,00 PLN, gdzie przyznano łącznie ofercie za wszystkie kryteria oceny ofert – 100 pkt (cena 70 pkt, okres gwarancji 15 pkt, ocena techniczna- 15 pkt) – przy kryterium oceny: cena 70,00%, okres gwarancji 15,00 %, ocena techniczna -15,00%.

Złożono tylko ww. ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Medseven Sp. z o.o., Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielesko, za kwotę brutto: 123 500,00 PLN z okresem gwarancji 36 miesięcy (oferta nr 1).

Uzasadnienie

Zamawiający w załączniku nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), w zakresie pakietu nr 8, w punkcie nr 38 wymagał, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrze: „Respirator wyposażony w funkcję AVAPS i AVAPS-AE”. Wykonawca zaoferował natomiast sprzęt o następującym parametrze: „Tak, poprzez zastosowanie trybu równoważnego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, gdyż tryb ASAPS oraz AVAPS-AE są trybami pracy charakteryzującymi jednego producenta. Aparat posiada tryby ciśnieniowozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych (back-up rate) z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi w postaci trybów pracy: PSV, aPCV, PCV, MPVp.” Jednak zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaoferowane urządzenie PrismaVent 50 C nie posiada automatycznej regulacji wspomagania ciśnieniem, czego wymagał Zamawiający. W związku, z czym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 nr 1843 t.j. z dnia 2019.09.27.) unieważnienia postępowanie w części dotyczącej pakietu nr 8, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W pakiecie nr 8 Zamawiający zamierzał bowiem przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 135 000,00 zł. Zaś Wykonawca zaoferował ceną 145 000,00 zł. W związku z powyższym konieczne było unieważnienie postępowania w w/w pakietach.

INFORMACJE DODATKOWE

W postępowaniu, w zakresie w/w części, nie odrzucono żadnej oferty. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. W toku postępowania nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zawrze umowę w czasie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a w/w ustawy.

Z poważaniem


WICERZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji przetargowej
Marta Muszyńska-Orciuch