



DEZ/793/2023

Jelenia Góra, dnia 12.07.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot.: Postępowanie nr 2 w zakresie dostawy wyposażenia do Pracowni Leku Cytostatycznego w WCSKJ”

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00284229/01 Z DNIA 2023-06-30

Nr referencyjny: ZP/PN/32/06/2023

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Pakiet nr 4. Chłodziarka medyczna

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 750 l i wymiarach 83x89x199 cm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z agregatem na dole?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy moduł GSM ma być zintegrowanym elementem chłodziarki, zabudowywanym fabrycznie, czy może być urządzeniem zewnętrznym, niezależnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne.

ZESTAW 2:

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 625 l netto/700 l brutto ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury +2 do +15 st. C?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści obudowę zewnętrzną ze stali nierdzewnej pokrytą antybakteryjną powłoką ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy



4. Czy Zamawiający dopuści zawias drzwi po prawej stronie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 75 x 82 x 210 cm (H) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

=====
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

.....
Z up. Dyrektora WCSKJ