



**INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”.

**Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.***

**Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.***

**Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x30mm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH6-CH18 z otworami położonymi naprzeciwlegle?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru wyłącznie na konektorze?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do przetoczeń o długości 150cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do przetoczeń o długości 200cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 8 - dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedłużacza do przetoczeń kranik trójdrożny z przedłużaczem o średnicy 3,2mm i długości 100cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 9 - dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń o wyłącznie następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
- możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**


**Pytanie 10 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3ml, CH8-CH10 z balonem o pojemności 3-5ml?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z oznaczeniem rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwą producenta na łączniku jak na zdjęciu:



**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 12 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a tylko z dwoma nacięciami pionowo przy końcach opakowania?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 13 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z możliwością utrzymania do 7 dni?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 14 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30ml, bez linii RTG z czasem utrzymania do 7 dni?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 15 - dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30ml wykonany z silikonu, z czasem utrzymania do 30 dni?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 16 - dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez prowadnicy?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 17 - dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik zawierający w składzie ftalany?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 18 - dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłami w rozmiarze 14G, 16G, 19G?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 19 - dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą w rozmiarze 15G i kranikiem trójdrożnym?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 20 - dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń w rozmiarze 24G bez prowadnicy, pozostałe rozmiary z prowadnicą?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 21 - dotyczy Pakietu nr 20 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń w rozmiarze 24G bez prowadnicy, pozostałe rozmiary z prowadnicą?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 22 - dotyczy Pakietu nr 20 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń w rozmiarze 24G i 26G o długości 90mm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 23 - dotyczy Pakietu nr 20 poz. 2, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu luer

Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.

Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy  
Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm.

skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkluciu  
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (Pencil Point) 27G (szara) o długości 135 mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFE-WAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm

Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie korkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)

Tępa igła do nabierania leków 18 G 38 mm z wbudowanym filtrem 0,5 µm.  
Ścięcie igły pod kątem 45°

Łącznik do cewnika epiduralnego

Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoaergicznym klejem z systemem zatrząskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego pakietu. W Pakiecie wymagamy zestawów do znieczuleń podpajęcznych, a w pytaniu opisane są zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych.**

**Pytanie 24 - dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 25 - dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z komory pomiarowej połączonej z niewymiennym workiem zakończonym kranikiem spustowym umożliwiającym jego opróżnianie? Zestaw zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 26 - dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 27 - dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 28 - dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z poliamidu bez mocowania jedwabną nicią?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 29 - dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50cm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 30 - dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia z cyfrową podziałką głębokości co 1 cm (od 5 cm do 40 cm)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 31 - dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia bez informacji o czasie użytkowania na opakowaniu?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 32 - dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia z czasem użytkowania potwierdzonym oświadczeniem producenta?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 33 - dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga rurki z ruchomym szyldem?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 34 - dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z filtrem bakteryjnym 0,1 µm?

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 35 - dotyczy Pakietu nr 35 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 36 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach i przepływach:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie



- osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPIYW [ml/min]
24 x 3/8"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzyma zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 38 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 39 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach i przepływach:

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Dostępna w dwóch rozmiarach: 24 g i 26 g
- Jednorazowego użytku



- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardej blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPIYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 40 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 13ml/min dla rozmiaru 26G i 24G?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 41 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym identyfikatorem położenia, bez znaczników, wytrzymałością do 4 bar, objętość wypełnienia ok 0,3ml, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 42 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 43 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 44 - dotyczy Pakietu nr 40 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu (PUR)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 45 - dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml



- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8  $\mu\text{m}$ , automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 46 - dotyczy Pakietu nr 45 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15  $\mu\text{m}$
- miękki i elastyczny dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 47 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane EO pakowane a'100szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 48 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1, 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?





**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 49 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 50 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 51 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'60 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 52 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane EO?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 53 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 2, 3, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawek różnych producentów?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek jednego producenta. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 54 - dotyczy Pakietu nr 52 poz. 2, 3, 4, 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby strzykawki były wykalibrowane w pompy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 55 - dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 50cm w rozmiarach: CH27, CH30, CH33?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 56 - dotyczy Pakietu nr 73 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 57 - dotyczy Pakietu nr 73 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***


**Pytanie 58 - dotyczy Pakietu nr 77 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką o długości 26cm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 59 - dotyczy Pakietu nr 82 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści butelkę płaską jak na zdjęciu:



***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 60 - dotyczy Pakietu nr 84 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dreny Jacksona Pratta o długości 80cm, dren zbudowany z części drenującej 200mm i zbiorczej 600mm, dostępny w wersji płaskiej bez trokara?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 61 - dotyczy Pakietu nr 87 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2100mm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***


**Pytanie 62 - dotyczy Pakietu nr 111 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 18-20 z balonem o pojemności 50-80ml oraz 22-24 z balonem o pojemności 80-100ml?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 63 - dotyczy Pakietu nr 113 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną?



***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 64 - dotyczy Pakietu nr 114 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze CH08-CH10 z workiem o długości 400ml?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 65 - dotyczy Pakietu nr 114 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800mm spełniający pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 66 - dotyczy Pakietu nr 115 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 4;4,5;5 o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego, elastycznego PCV
- Obrótowy łącznik o średnicy 15mm
- Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę
- Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet
- Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu
- 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią
- Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
- Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta
- Widoczna w promieniowaniu RTG
- Wyposażona w obturator
- Jednorazowego użytku
- Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 67 - dotyczy Pakietu nr 115 poz. 2**


Czy Zamawiający dopuści łącznik o następujących parametrach:

- Łącznik gładki w środku wykonany z medycznego PVC
- Typ rozciągliwy wykonany z wysokiej jakości PE, EVA pozbawionego PCV
- Uniwersalne połączenie 22M/15F od strony pacjenta, umożliwiające podłączenie do szerokiej gamy kompatybilnych wyrobów
- Łącznik 15M lub 22F od strony maszyny, umożliwia połączenie do dowolnego kompatybilnego wyrobu
- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu i kontrolę ułożenia łącznika
- Podwójnie obrotowe kolanko?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 68 - dotyczy Pakietu nr 115 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurki tracheostomijnej trójwarstwową, niebieską, wykonaną z miękkiego i delikatnego tworzywa nie powodującego podrażnień. Laminowane rzepy na końcach opaski pewnie mocują rurkę, uniemożliwiając jej przesuwanie. Opaska dostępna jest w dwóch rozmiarach: dla dzieci i dla dorosłych jak na zdjęciu:





***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 69 - dotyczy Pakietu nr 116 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN ISO 374-1,2, EN 16523. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6.0-9.0 ?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 70 - dotyczy Pakietu nr 116 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 71 - dotyczy Pakietu nr 116 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone




## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

  
Magdalena Adamczyk

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

  
Małgorzata Ciepka

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

  
mgr inż. Jacek Banaszek