



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.78.2024
PORT/KW/2024/06/00293

Wrocław, dn. 24 czerwca 2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa materiałów zużywalnych do biologii komórki z podziałem na 4 części na podstawie umowy ramowej”** sprawa nr: SPZP.271.78.2024.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytania dotyczące Pakietu nr 3:

Pytanie 1:

Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne lecz wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA, metali, pyrogenów i inhibitorów PCR?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pozycja nr 5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania Szalek 100mm czy 150 mm, ponieważ wskazany nr kat.: 7696774 dot. Szalek 100mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania Szalek 100 mm.

Pytanie 3:

Pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści Szalki o wysokości 25 mm, o powierzchni hodowli 150.1cm², które pakowane są w op. zbiorczym po 100 sztuk oraz zaoferowanie i wycenę 18 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 1 z 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.78.2024
PORT/KW/2024/06/00293

Wrocław, dn. 24 czerwca 2024 r.

Pytanie 4:

Pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści Filtry o średnicy porów 0,22 um, ind. pakowane, w op. zbiorczym po 100 sztuk oraz zaoferowanie i wycenę 2 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Pozycja nr 10: Czy Zamawiający dopuści Pipety ind. pakowane, w op. zbiorczym (woreczku) po 50 sztuk oraz zaoferowanie i wycenę 20 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Pozycja nr 13: Czy Zamawiający dopuści Pipety ind. pakowane, w op. zbiorczym (woreczku) po 50 sztuk oraz zaoferowanie i wycenę 30 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Pozycja nr 16: Czy Zamawiający dopuści Statyw, który sprzedawany jest po 1 sztuce oraz zaoferowanie i wycenę 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 2 z 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.78.2024
PORT/KW/2024/06/00293

Wrocław, dn. 24 czerwca 2024 r.

Pytanie dotyczące Pakietu nr 1:

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 do osobnego pakietu pozycji o numerach 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści próbówki, z parametrem: "wytrzymują wirowanie do 12000xg"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w gotowych, oryginalnie zapakowanych pudełkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Pozycja nr 11: Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w gotowych, oryginalnie zapakowanych pudełkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Pozycja nr 13: Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w gotowych, oryginalnie zapakowanych pudełkach?

Odpowiedź:



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 3 z 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.78.2024
PORT/KW/2024/06/00293

Wrocław, dn. 24 czerwca 2024 r.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Pozycja nr 15: Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w gotowych, oryginalnie zapakowanych pudełkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Pozycja nr 21: Czy Zamawiający dopuści płytki ind. pakowane, w op. zbiorczym po 100 sztuk oraz zaoferowanie i wycenę 7,5 takiego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Pozycja nr 22: Czy Zamawiający dopuści płytki o powierzchni wzrostu komórek: 57,6 cm² oraz objętości pożywki 11-16.5ml, które pakowane są w op. zbiorczym po 200 sztuk oraz zaoferowanie i wycenę 20 takich opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Pozycja nr 27: Czy Zamawiający dopuści pipety z podziałką co 0,5mL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ tj. formularz wyceny w zakresie cz.3 tj.:



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 4 z 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.78.2024
PORT/KW/2024/06/00293

Wrocław, dn. 24 czerwca 2024 r.

- Poz.1 zapis w kolumnie zatytułowanej: „Opis (opis kryteriów równoważności)“:

było:

„Labsolute, **7696503** lub równoważny:

- probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 0,2 ml,
- sterylne,
- wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA, metali, pyrogenów i inhibitorów PCR,
- bezbarwne, przezroczyste, z polipropylenu,
- ze szczelną płaską pokrywką,
- autoklawowalne (121°C, 20 min),
- z matową powierzchnią do opisywania próbek”

zmienia się na:

„Labsolute, **7696502** lub równoważny:

- probówki wirówkowe, stożkowe o pojemności 0,2 ml,
- sterylne,
- wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA, metali, pyrogenów i inhibitorów PCR,
- bezbarwne, przezroczyste, z polipropylenu,
- ze szczelną płaską pokrywką,
- autoklawowalne (121°C, 20 min),
- z matową powierzchnią do opisywania próbek”

- Poz.5 zapis w kolumnie zatytułowanej: „Opis (opis kryteriów równoważności)“:

było:

„Labsolute, 7696774 lub równoważny:

- szalki do hodowli komórek bakteryjnych,
- powierzchnia hodowli: nie więcej niż 61 cm²,
- średnica: **150 mm**,
- wysokość: 20-22 mm,
- z polistyrenu,
- powierzchnia traktowana plazmą w warunkach próżniowych,
- sterylne, sterylizowane promieniowaniem gamma”

zmienia się na:

„Labsolute, 7696774 lub równoważny:



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 5 z 6





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

SPZP.271.78.2024
PORT/KW/2024/06/00293

Wrocław, dn. 24 czerwca 2024 r.

- szalki do hodowli komórek bakteryjnych,
- powierzchnia hodowli: nie więcej niż 61 cm²,
- średnica: **100 mm**,
- wysokość: 20-22 mm,
- z polistyrenu,
- powierzchnia traktowana plazmą w warunkach próżniowych,
- sterylne, sterylizowane promieniowaniem gamma"

Z wyrazami szacunku

Kontakt:

Małgorzata Sopańska
malgorzata.sopanska@port.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 71 734 74 23



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 6 z 6

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168

