

Nr postępowania: GUM2024ZP0097

Gdańsk, dnia 17.09.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego, zamrażarki niskotemperaturowej, termomiksera i wirówki w 6 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 6:

Zamawiający wymaga oprogramowania oraz zainstalowania na komputerze. Czy w związku z tym Zamawiający pisząc o wyświetlaczu LCD ma na myśli wyświetlacz tego komputera?

Odpowiedź:

Wyświetlacz LCD dotyczy parametrów spirometru. Wymagane jest urządzenie z wyświetlaczem o parametrach wskazanych w punkcie 2 opisu.

Pytanie 2 – Pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczone z turbina wielorazową, bez turbin jednorazowych? Turbina nie wymaga dezynfekcji itp. więc nie ma potrzeby jej wymieniania.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula