



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108627560

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110

www.morawica.com.pl

centrala (41) 36 41 399

NIP 657-21-87-534

szpital@morawica.com.pl

Izba Przyjęć (41) 36 41 302

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

fax (41) 36 41 299

Morawica, 28.09.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn.zm.) pod nazwą: **Zakup analizatora immunochemicznego oraz dostawa odczynników** Nr postępowania EZP-252-11/2021

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn.zm) poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawców oraz przesuwając termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 2021-10-04 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 godz. 11:15

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje zapis w części XV SWZ „Termin związania z ofertą „punkt 1 nadając mu brzmienie:

*Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.: **do dnia 2021-11-02** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

informuje również, że:

Pytanie nr 1

1. Dotyczy Punktu 14. Załącznika 2a OPIS: Prosimy o doprecyzowanie wymogu- „ możliwość podglądu wykresu reakcji oraz jego wydruk dla próbki badanej” – jakiego rodzaju wykres dla wyniku próbki badanej ma być zapewniony w oprogramowaniu analizatora, czy Zamawiający ma na myśli sekwencyjne przedstawienie wyników jednego rodzaju badania dla pacjenta w czasie tak jak to ma miejsce w przypadku

wyników kontroli jakości.

Odp. Zamawiający, doprecyzowuje reakcję jako wynik oraz wyraża zgodę na różne możliwości rozwiązań w tym zakresie w oprogramowaniu analizatora.

Pytanie nr 2

2. Dotyczy Punktu 7 i 13 Załącznika 2a OPIS: Czy Zamawiający dopuści analizator z odczytem informacji o odczynniku w postaci kodów RFID (Radio-Frequency Identification). Etykiety w technologii RFID mają znacznie większą pojemność informacyjną , zawierają dane dotyczące krzywej kalibracyjnej producenta, wartości kalibratorów zawartych w klinie odczynnikowym, daty ważności zestawu, procedury badania itp. Po zbliżeniu etykiety do czytnika fal radiowych w przedniej części aparatu następuje odczyt. Ta forma etykiety zabezpiecza przed zdarzeniami wynikającymi z uszkodzenia (zamoczenie, zalanie , mechaniczne uszkodzenie) kodu kreskowego.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dzień dobry, zwracamy się do Państwa z następującym zapytaniem: Czy Zamawiający może określić częstotliwość wykonywania kontroli jakości: np. raz na dwa dni na dwóch poziomach? Brak takiego zapisu może spowodować, że każdy z oferentów przyjmie sobie dowolny algorytm postępowania i wartości poszczególnych oferty mogą być sztucznie zaniżane, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczciwego porównania ofert.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania takiej ilości opakowań materiału kontrolnego, która zapewni możliwość używania tego materiału w okresie jego gwarantowanej stabilności.

Pytanie nr 4

Dzień dobry, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu jakościowego SARS CoV2 IgM, w którym wynik wyrażono w jednostkach AU / ml i podana jest określona wartość liczbowa uzyskanego wyniku, a interpretacja wyniku jest oceniana jako

Wynik mniejszy niż 1,00 AU / ml (<1,00 AU / ml) jest uważany za niereaktywny,

Wynik większy lub równy 1,00 AU / ml ($\geq 1,00$ AU / ml) jest uważany za reaktywny?

Odp. Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator był ujęty w COBJwDL w utworzonej grupie porównawczej min. 6 analizatorów zarejestrowanych?

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

3. Czy Zamawiający wymaga załączenia wraz z ofertą ulotek do poszczególnych odczynników?

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych z zalecanym przez producenta jednym poziomem kontroli?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/morawica_ w dniu 28.09.2021r

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy
Beata Matulińska

