



DEA.ZP-260/3/2023

Łódź, dnia 14.03.2023 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego, akcesoriów do medycznych urządzeń diagnostycznych oraz materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Zadanie 6, nr 3 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 6, nr 6 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego w opakowaniu a 40g?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 6, nr 7 – wyrób dostępny jest wyłącznie w opakowaniu a 10 strzykawkę, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 6, nr 9 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 6, nr 12 - wyrób dostępny jest wyłącznie w niedzielonym na sztuki opakowaniu a 25 ampułek oraz – dla wyrobu równoważnego - w opakowaniach typu: maxi a 10 ampułek x1ml lub mini -3 ampułki x1ml. Prosimy o informacje dotyczącą poprawnej ilości opakowań oraz udzielenie informacji dotyczącej wyrażenia lub nie zgodny na ofertę równoważną (i jeśli tak, to w jakiej wielkości opakowań i ich ilości).

Zamawiający dopuszcza maxi a 10 ampułek x 1ml.

Pytanie 6

Zadanie 6, nr 17 - prosimy o podanie wymaganej wielkości opakowań (3x0,3g, 20x0,3g, 2x1,5g lub 6x1,5g – nie są dzielone na sztuki)

3x0,3g (12x0,3g – 4 op.).

Pytanie 7

Zadanie 6, nr 21 – prosimy o doprecyzowanie przedmiotu oraz informacje, czy pozycja dotyczy napinacza do pasków (starego typu z dziurkami - Ivory lub nowego typu - Mifam) lub czy dotyczy ona pasków metalowych: starego typu (z dziurkami) lub nowego (do formówki Mifam) i czy ma być płaski profilowany czy też wypukły tłoczony (wstępnie formowany przestrzennie), gdzie dla każdego z wym. rodzajów 1 op. zawiera 30 pasków.

Zamawiający doprecyzowuje: napinacz nowego typu Mifam, kształtka pierścieniowa.

Pytanie 8

Zadanie 6, nr 23 - prosimy o podanie wymaganego rozmiaru lusterek –3, 4 lub 5.

Rozmiar 4.

Pytanie 9

Zadanie 6, nr 27 - prosimy o informację, czy pozycja dotyczy pasków metalowych: starego typu (z dziurkami) lub nowego (do formówki Mifam) i czy pasek ma być płaski-profilowany (jak w poz. 28- zgodnie z podanym oznaczeniem) czy też wypukły tłoczony (wstępnie formowany przestrzennie), gdzie dla każdego z wym. rodzajów 1 op. zawiera 30 pasków

Zamawiający doprecyzowuje: 1) Paski do kształtki jednościennej (z dziurkami) wypukły tłoczony – małe, średnie i duże. Pasek do kształtki pierścieniowej (Mifam) – płaskie profilowane 12 i 13.

Pytanie 10

Zadanie 6, nr 29 – prosimy o informacje, której pasty dotyczy pozycja- zielonej cleanpolish a 50g czy czerwonej superpolish a 45g?

Zamawiający dopuszcza obie.

Pytanie 11

Zadanie 6, nr 31 – wyrób dostępny jest w niedzielonym na sztuki opakowaniu a 10 rolek. prosimy o informację, czy pozycja dotyczy 10 takich opakowań czy 1 w przeliczeniu na sztuki

10 x 1 rolka (1 opakowanie).

Pytanie 12

Zadanie 6, nr 35 – wyrób dostępny jest w opakowaniu a 50 szt (dla kielicha białego dużego) lub 100 szt (dla kielicha małego lub płomyka). Prosimy o informacje, czy należy wycenić sztuki z podaniem informacji o prawidłowej wielkości opakowania, czy też zaoferować wskazaną przez Zamawiającego inną ilość pełnych opakowań. Dodatkowo prosimy o uściślenie, czy pozycja dotyczy tylko białych szczoteczek, czy również (znacznie droższych i dostępnych w opakowaniach a 100szt) z nylonu kolorowego.

Kielich biały 1 x 50 szt.

Pytanie 13

Zadanie 6, nr 42 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 6, nr 46 – w związku z rezygnacją NFZ z refundacji wypełnień amalgamatowych i zamiany ich na glasjonomerowe (jak podano w poz. 49), prosimy o informację, czy Zamawiający podtrzymuje treść przedmiotu zamówienia dla tej pozycji, czy też wymaga materiału zgodnego z nowymi wytycznymi. W przypadku zmiany prosimy o wskazanie rodzaju materiału, jego konfekcji (w kapsułkach lub mieszany ręcznie) oraz wielkości i ilości opakowań.

Zamawiający rezygnuje z amalgamatu. Zamawiający wymaga Riva este SDI A₂, A₃, A_{3,5}

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 15

Zadanie 6, nr 48 – prosimy o podanie wymaganej wielkości opakowania: 160 szt (zęby 1-3), 96 szt (zęby 4-6) lub 208 szt dla zębów 1-6.

Zęby (1-3).

Pytanie 16

Zadanie 6, nr 49 - prosimy o podanie wymaganego rodzaju materiału Fuji – Fuji IX, Fuji IX extra, Fuji plus, Fuji II LC, Fuji triage lub Fuji I (znaczna rozbieżność w cenach poszczególnych rodzajów).

Zamawiający wymaga Fuji IX.

Pytanie 17

Zadanie 6, nr 49 - prosimy także o informację, czy po wskazaniu wybranego rodzaju materiału Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego? Dodatkowo w przypadku wydłużonego czasu związanego z udzieleniem odpowiedzi prosimy o przedłużenie terminu składania ofert ze względu na czas potrzebny na przygotowanie oferty zgodnej z wymaganiem Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Zadanie 2 pozycja 11 i 12 – prosimy o wydzielenie pozycji 11 i 12 do oddzielnego zadania.

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 19

Pakiet 1 Poz. 2, 6, 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z pakietu, pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie oferentów, co przyczyni się do uzyskania lepszej ceny dla Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 20

Pakiet 1 poz. 9 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips?

Czujniki silikonowe.

Pytanie 21

Pakiet 1 poz. 10 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Czujniki silikonowe.

Pytanie 22

Pakiet 1 poz. 11 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Czujniki silikonowe.

Pytanie 23

Pakiet 1 poz. 13 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga przewodu z wtyczką od strony czujnika typu LNCS czy M LNCS.

Przewodów z wtyczką typu M LNCS.

Pytanie 24

Pakiet 1 poz. 14 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników z wtyczką typu LNCS czy M-LNCS. Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Czujniki silikonowe, czujnik z wtyczką typu M LNCS.

Pytanie 25

Pakiet 1 poz. 16 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Czujniki silikonowe.

Pytanie 26

Pakiet 1 poz. 17 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Czujniki silikonowe.

Pytanie 27

Pakiet 1 poz. 19 - Prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga czujników silikonowych, czy czujników typu klips.

Czujniki silikonowe.

Pytanie 28

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pytamy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pozycji 17 i 18 z zadania 1 oraz pozycji 1-5,8-10 i 13 z zadania 2? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 29

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pytamy, czy Zamawiający wymaga oryginalnych akcesoriów do urządzeń? Stosowanie zamienników akcesoriów innego producenta niż producent urządzenia może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności urządzenia.

Zamawiający wymaga oryginalnych akcesoriów medycznych urządzeń diagnostycznych z wyłączeniem akcesoriów występujących w Zadaniu 1.

Pytanie 30

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek do termometru pakowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości?

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 31

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dren był zapakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier oraz ustabilizowany wewnątrz opaskę foliową zabezpieczającą dren przed przypadkowym rozwinięciem?

Zamawiający wymaga aby dren był zapakowany w opakowanie zewnętrzne.

Pytanie 32

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje kołnierza ortopedycznego z minimum 16-stopniową regulacją wysokości?

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 33

Zadanie 5, pozycja 24-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka samorozprężalnego w zestawie z jedną maską twarząwą?

Pozycja 24 i 25– Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 26 – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 34

Zadanie 5, pozycja 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do pomiaru ciśnienia krwi z zestawem 3 mankietów:

- Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm)
- XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm)
- XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm)?

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 35

Zadanie 5, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 3 mankietów w rozmiarach:

- Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm)
- XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm)
- XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm)?

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 36

Zadanie 5, pozycja 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego Miller w rozmiarach 0, 1, 2?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 37

Zadanie 5, pozycja 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4?

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 38

Zadanie 5, pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków Pean prostych i odgiętych w rozmiarach 12.5, 14, 16, 18?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39

Zadanie 5, pozycja 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek ratunkowych do cięcia różnych materiałów z uchwytem nie pokrytym specjalną gumą antypoślizgową?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

Zadanie 5, pozycja 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła kardiologicznego o parametrach:

- Aluminiowe, składane krzesło kardiologiczne z wygodną powłoką epoksydową oraz dużymi bardzo wygodnymi kołami
- Krzesło wykonane z aluminium
- Oparcie i siedzisko wykonane z elastycznej i wytrzymałej czarnej powłoki epoksydowej
- 4 duże koła (przednie obrotowe o 360 st. z hamulcami)
- 6 uchwytów (4 składane + 2 wysuwane)
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Składany podnóżek
- Norma EN 1685
- długość: 760 mm
- szerokość: 500 mm
- wysokość: 990 mm
- waga: 10,9 kg
- max. obciążenie: 150 kg

Zgodnie z zapisami SWZ.



Pytanie 41

Zadanie 5, pozycja 73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła kardiologicznego o masie własnej 14,9kg?

Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

Dawid Kowalewski

/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP