



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-48/2-PN/10-2019

Rybnik, dnia 26.02.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, (zamówienie nr TAM-48-PN/10-2019)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską Nr POIS.09.01.00-00-0235/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 25.01.2019 r., nr 2019/S 018-037922

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytania od 1 do 4 dotyczą pakietu nr 4 – Zestaw narzędzi chirurgicznych

Pytanie 1: „Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150 mm.”

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 2: „Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 125 mm.”

Odpowiedź 2: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 3: „Lp.6 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Hartmann (Baby-Mosquito) o dł. 90 mm.”

Odpowiedź 3: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytania od 4 do 7 dotyczą pakietu nr 6, załącznik 1.2:

Pytanie 4: „Dot. pkt. I.11 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor o wadze 5 kg?”

Odpowiedź 4: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 5: „Dot. pkt. I.13 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor pracujący w systemie HL7. Prosimy o podanie systemu informatycznego szpitala i czy monitor będzie musiał współpracować z tym systemem?”

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że dopuści zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale wymaga jedynie zaoferowania możliwości podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą protokołu HL7. Ponadto informuje, że posiada system informatyczny HIS/RIS - Optimed firmy Comarch oraz PACS - firmy Carestream.

Pytanie 6: „Dot. pkt. I.15 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor w którym wszystkie granice (dolne i górne) są ustawiane przez użytkownika?”

Odpowiedź 6: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 7: „Dot. pkt. II.1 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor bez funkcji stazy?”

Odpowiedź 7: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, pkt II. 1, Nożyczki chirurgiczne standardowe, końce tępe, proste, długość 16,5 cm, ramiona nożyczek łączone za pomocą śruby odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym odkręcaniem się?”

Odpowiedź 8: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, pkt II. 6, Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, długość 9,5 cm?”

Odpowiedź 9: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika

Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, pkt II. 8, Obcęgi utwardzone do cięcia drutów o średnicy 2,8 mm, długość narzędzia 22,5 cm?”

Odpowiedź 10: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 11 oraz 12 dotyczy załącznika nr 1.2, pakietu nr 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Kardiomonitor – 4 sztuki

Pytanie 11: „I.9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o przekątnej ekranu 17” i rozdzielczości obrazu 1280 x1024 pikseli?”

Odpowiedź 11: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 12: „I.12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z modułem transportowym o przekątnej ekranu 4,3”, z rączką transportową? Mniejszy ekran modułu transportowego jest rekompensowany niższą wagą urządzenia – 1,2 kg.”

Odpowiedź 12: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 13 dotyczy załącznika nr 1.2, pakiet nr 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Monitor funkcji życiowych – 5 sztuk

Pytanie 13: „I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor funkcji życiowych o wadze 3,5 kg? Wyższa waga urządzenia nie powinna mieć większego znaczenia dla użytkownika biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z monitorem podstawy jezdnej.”

Odpowiedź 13: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 14: „Pakiet 6.- monitory 5 szt.

Dot. I. pkt. 9. – Czy ze względu na dużą ilość oczekiwanych informacji Zamawiający zwiększyłby wielkość ekranu do 12 cali?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie wymaga.

Pytania od 15 do 19 dotyczą pakietu 5 – monitory 4 szt.

Pytanie 15: „Dot. I. pkt. 9. – Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor o przekątnej 17”?”

Odpowiedź 15: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 16: „Dot. II. pkt. 1i. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z alarmem bezdechu regulowanym co 5 sek. w zakresie 10-30 sek.?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 16: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 17: „Dot. II. pkt. 2 d - Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z pomiarem pulsu w zakresie 26-239 bpm?”

Odpowiedź 17: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 18: „Dot. II pkt. 3.c - Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z pomiarem NIPC w zakresie 1-240 min.?”

Odpowiedź 18: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 19: „Dot. II pkt. 3.e i f - Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor, który mierzy ciśnienie NIPC przy pulsie z zakresu 30 – 240 bpm, bez wyświetlania pulsu z pomiaru NIPC, a więc bez opublikowanej dokładności tego pomiaru?”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytania od 20 do 41 dotyczą załącznika nr 1.2 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna- Artroskop z osprzętem i wyposażeniem

Pytanie 20: „Dotyczy pkt 8 – II. Kamera

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują procesor kamery, który nie jest wyposażony w wyjście DVI natomiast posiada dwa wyjścia HDMI? Należy zauważyć, iż wyjście HDMI obsługuje sygnał cyfrowy wideo, który zapewnia pełną kompatybilność z monitorami dostępnymi na rynku.”

Odpowiedź 20: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 21: „Dotyczy pkt 4 – III. Monitor Medyczny

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują monitor medyczny o formacie obrazu 16:10? Dzięki takiemu formacie możliwe jest wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1920 x 1200 co znacznie podnosi jakość obrazu i przewyższa standard HD.”

Odpowiedź 21: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 21: „Dotyczy pkt 6 – V. Pompa Artroskopowa

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują pompę artroskopową, która posiada zakres regulacji przepływu rozszerzającego od 0,1 – 2 l/min? Przepływ 0 oznacza, że pompa nie pracuje.”

Odpowiedź 22: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 23: „Dotyczy pkt 7 – V. Pompa Artroskopowa

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują pompę artroskopową, która posiada zakres regulacji ciśnienia roboczego w zakresie 15 – 200 mmHg? Należy zauważyć, iż przedstawiony opis znacznie przewyższa wymagany parametr”

Odpowiedź 23: Zamawiający zwraca uwagę, że parametr opisany w pytaniu spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 24: „VII. Urządzenie do Koablacji

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują waporyzator plazmowy do artroskopii, równoważny do opisanego w SIWZ w pkt. 4-13:

Generator (waporyzator plazmowy do artroskopii):

- System bipolarny
- Moc maksymalna nie mniejsza niż 400W
- Częstotliwość pracy nie mniejsza niż 100KHz
- Niska temperatura pracy elektrod (ablacja, koagulacja) w zakresie: 40°C do 70°C
- Zakres mocy przy funkcji ablacji ≤ 350W
- Zakres mocy przy funkcji koagulacji ≤ 100W
- Możliwość ustawienia trybu ablacji w zakresie: 1-10
- Możliwość ustawienia trybu koagulacji w zakresie: 1-10
- Automatyczna detekcja podłączenia elektrody
- Dynamiczny monitoring intensywności generowanej plazmy przez urządzenie
- Przycisk nożny do sterowania generatorem (ablacja/koagulacja)
- Zastosowanie do procedur artroskopii: biodra, kolana, barku itp.
- Przełącznik nożny do obsługi waporyzatora (Ilość zgodna z SIWZ)
- Różnego rodzaju elektrody do wyboru przez użytkownika na etapie realizacji umowy- 10 szt”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednich punktach (załącznika 1.2 pkt VII 4-13) na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 25: „Dotyczy pkt 1-7 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują w miejsce parametrów

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



opisanych w pkt 1-17 równoważną konfigurację optyk, płaszczy, trokarów i światłowodów kompatybilnych ze sobą?

- Optyka artroskopowa, Kąt widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, długość robocza 185 mm, autoklawowalna- 3 szt.
- Płaszcz artroskopowy o wysokim przepływie, dwa kraniki obrotowe, średnica zewnętrzna 6,0 mm, dł. robocza 130 mm, z mechanizmem uszczelniającym, konstrukcja płaszcza chroniąca czoło optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi, innowacyjny bezsprężynowy system szybkiego mocowania instrumentu (optyka, trokar, korek), kraniki wymienne wykonane z tworzywa sztucznego, autoklawowalny, kompatybilny z ww. optyką- 3 szt.
- Trokar pół-tępy, autoklawowalny, kompatybilny z ww. płaszczem artroskopowym
- Światłowod śr. 3,5 mm, dł. 3,0 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: 80663530 światłowod oznaczony kolorem pomarańczowym, 809509 adapter do połączenia z endoskopem R.Wolf, 8095,07 adapter do połączenia z projektorem R.Wolf), autoklawowalny- 3 szt.
- Optyka artroskopowa, Kąt widzenia 30 stopni, średnica 2,4 mm, długość robocza 105 mm, autoklawowalna- 1 szt.
- Płaszcz artroskopowy ArthroLution o wysokim przepływie, dwa kraniki obrotowe, średnica zew. 3.5 mm, dł. robocza 60 mm, z mechanizmem uszczelniającym, konstrukcja płaszcza chroniąca czoło optyki przed uszkodzeniami (shaver, waporyzator), innowacyjny samozatraskowy bezsprężynowy system szybkiego mocowania instrumentu (optyka, trokar, korek), kraniki wymienne wykonane z tworzywa sztucznego, autoklawowalny, kompatybilny z ww. optyką- 1 szt
- Trokar pół-tępy, autoklawowalny, kompatybilny z ww. płaszczem artroskopowym- 1 szt.
- Światłowod śr. 2,5 mm, dł. 3,0 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: 80663530 światłowod oznaczony kolorem pomarańczowym, 809509 adapter do połączenia z endoskopem R.Wolf, 8095,07 adapter do połączenia z projektorem R.Wolf), autoklawowalny- 1 szt."

Odpowiedź 25: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 26: „Dotyczy pkt 9 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Sonda haczykowa, znakowana do łąkotki, dł. robocza 115, wysokość części hakowej 7 mm, wygięcie haczyka po kątem ok. 90 stopni, autoklawowalna- 3 szt.
w miejsce parametru opisanego w pkt 9?”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 27: „Dotyczy pkt 10 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Nożyczki artroskopowe, 3,4 mm, długość robocza 130 mm, proste, autoklawowalne- 3 szt. W miejsce parametru opisanego w pkt 10?”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 28: „Dotyczy pkt 11 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki Arthroline hakowe typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki zakrzywione ku górze, bransze o wysokości 1,6 mm, wymiary cięcia 3,1 mm x 1,7 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, ciągnio prowadzone w górnej części płaszcza, autoklawowalne- 2 szt.

W miejsce parametru opisanego w pkt 11?”

Odpowiedź 28: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 29: „Dotyczy pkt 12 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki z łopatką, dedykowane do cięcia i przycinania bocznego, średnica płaszcza 3,4mm, wygięte w prawo, 45 stopni, autoklawowalne- 2 szt.

W miejsce parametru opisanego w pkt 12?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 30: „Dotyczy pkt 13 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki z łopatką, dedykowane do cięcia i przycinania bocznego, średnica płaszcza 3,4mm, wygięte w lewo, 45 stopni, autoklawowalne- 2 szt.

W miejsce parametru opisanego w pkt 13?”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 31: „Dotyczy pkt 14 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie proste, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm, wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, ciągnio prowadzone w górnej części płaszcza, autoklawowalne- 3 szt.

W miejsce parametru opisanego w pkt 14?”

Odpowiedź 31: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 32: „Dotyczy pkt 15 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, płaszczyzakrzywiony w prawo 20°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, ciągnoprowadzone w górnej części płaszcza, autoklawowalne- 3 szt. W miejsce parametru opisanego w pkt 15?”

Odpowiedź 32: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 33: „Dotyczy pkt 16 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, płaszczyzakrzywiony w lewo 20°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, ciągnoprowadzone w górnej części płaszcza, autoklawowalne- 3 szt. W miejsce parametru opisanego w pkt 16?”

Odpowiedź 33: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 34: „Dotyczy pkt 16 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Cążki Arthroline typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, płaszczyzakrzywiony w lewo 20°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszcza otwarta, ciągnoprowadzone w górnej części płaszcza, autoklawowalne- 3 szt. W miejsce parametru opisanego w pkt 16?”

Odpowiedź 34: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 35: „Dotyczy pkt 17 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Kleszcze artroskopowe chwytne, uchwyt z blokadą,, szczęki z zazębieniem, płaszczyzakrzywiony w lewo 20°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszcza 3,4 mm, długość robocza 130 mm., autoklawowalne- 3 szt. W miejsce parametru opisanego w pkt 17?”

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednim punkcie (załącznika 1.2 pkt VIII 17) na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 36: „Dotyczy pkt 18 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Kleszczyki z kłem do biopsji, retrakcji i wyciągania tkanek, obie szczęki ruchome, śr. 4,5 mm, dł. robocza 130 mm, autoklawowalne- 1 szt. W miejsce parametru opisanego w pkt 18?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednim punkcie (załącznika 1.2 pkt VIII 18) na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 37: „Dotyczy pkt 19 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Łyżka (6,5x10mm), uniesiona pod kątem, długość robocza 125 mm, autoklawowalna- 4 szt.

W miejsce parametru opisanego w pkt 19?”

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednim punkcie (załącznika 1.2 pkt VIII 19) na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 38: „Dotyczy pkt 20-23 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują w miejsce parametrów opisanych w pkt 20-23 równoważną konfigurację pinów do mikrołzamań(mikrofraktorów) zintegrowanych z ergonomicznym uchwytem?

- Mikrofraktor wygięty 15°; dł. robocza 170mm, Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu, autoklawowalny- 2 szt
- Mikrofraktor wygięty 45°; dł. robocza 170mm, Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu, autoklawowalny- 2 szt
- Mikrofraktor wygięty 80°; dł. robocza 170mm Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu, autoklawowalny- 2 szt.”

Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednich punktach (załącznika 1.2 pkt VIII 20-23) na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 39: „Dotyczy pkt 24 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują równoważną propozycję:

- Kiureta, uchwyt metalowy, średnica 4,5 mm, długość robocza 95 mm, autoklawowalna- 2 szt.

W miejsce parametru opisanego w pkt 24?”

Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednim punkcie (załącznika 1.2 pkt VIII 24) na przedmiotową odpowiedź.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 40: „Dotyczy pkt 25-29 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zaoferują w miejsce parametrów opisanych w pkt 25-29 równoważny wielorazowy zestaw do szycia łakotki metodą inside-out?

- System tłoków do zestawu szewnego, autoklawowalny- 2 szt.
- Prowadzenie igieł, proste, do zestawu szewnego, autoklawowalne- 2 szt.
- Prowadzenie igieł, wygięte w prawo, do zestawu szewnego, autoklawowalne- 2 szt.
- Prowadzenie igieł, wygięte w lewo, do zestawu szewnego, autoklawowalne- 2 szt.
- Igła z nicią kompatybilne z zestawem- 12 szt.”

Odpowiedź 40: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 41: „Dotyczy pkt 25-29 – VIII. Osprzęt

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby igły i nici do zestawów szycia łakotki z pkt 25-29 można było kupować od różnych co znacząco przekłada się na niższe koszty eksploatacji?”

Odpowiedź 41: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 42: „Dotyczy Załącznik nr 1.2 – Pakiet nr 5 – Kardiomonitor **Punkt I.9**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym ekranem dotykowym, aktywna matryca typu LCD TFT o przekątnej 15" z rozdzielczością 1024x768 pikseli i posiadający ekran dużych znaków widoczny z dalekiej odległości? Niniejszy punkt wraz z pozostałymi punktami specyfikacji wskazują na rozwiązania jednego producenta.”

Odpowiedź 42: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytania od 43 do 45 dotyczą ZAŁĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

Pytanie 43: „dotyczy pkt. 4.

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:

>>W przypadku, gdy naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia usterki będzie wynosił 14 dni roboczych.”

Odpowiedź 43: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 44: „dotyczy pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.”

Odpowiedź 44: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 45: „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.”

Odpowiedź 45: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie..

Pytania od 46 do 48 dotyczą WZORU UMOWY

Pytanie 46: „Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1a

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia<< zapisem:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 pkt. 5 - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia<<?”

Odpowiedź 46: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 47: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź 47: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 48: „Dot. § 8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego paragrafu.”

Odpowiedź 48: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytania od 49 do 56 dotyczą pakietu nr 6 Monitor funkcji życiowych – 5 sztuk

Pytanie 49: „dot. pkt 9 PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO MONITORA:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolorowy ekran dotykowy o przekątnej ekranu 7” i rozdzielczości 800 x 480 pikseli ?

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wielkość ekranu dopasowana jest do ilości wyświetlanych parametrów, każdy parametr jest duży i czytelny wg. niżej załączonego zdjęcia. Oprogramowanie jest w języku polskim.”



Odpowiedź 49: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 50: „Pytanie nr 2 dot. pkt 10 PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO MONITORA:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu uchwytu do przenoszenia monitora?

Monitor umieszczony jest na statywie jezdnym, który posiada odpowiedni koszyk na akcesoria, wg. załączonego zdjęcia. Z monitora można korzystać nawet gdy nie jest zamocowany na statywie jezdnym.”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 50: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 51: „dot. pkt 17 PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO MONITORA:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wbudowanego rejestratora termicznego?

Monitor funkcji życiowych posiada możliwość wprowadzania danych pomiarowych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie. Każdy pomiar można zapisać w pamięci monitora. Urządzenie automatycznie kasuje wszystkie wykonane pomiary po upływie 24 godzin od momentu zapisu. Uniemożliwia to zapętnienie pamięci urządzenia a jednocześnie 24 godzinna pamięć daje możliwość podglądu wszystkich zapisanych pomiarów.”

Odpowiedź 51: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 52: „dot. pkt 2b PARAMETRY MONITOROWANE DLA KAŻDEGO MONITORA:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Monitor funkcji życiowych z zakresem pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę (bpm) ?

Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do parametru wymaganego przez Zamawiającego.”

Odpowiedź 52: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 53: „ dot. pkt 3a PARAMETRY MONITOROWANE DLA KAŻDEGO MONITORA:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby pomiar temperatury ciała dokonywany był bezprzewodowym, elektronicznym termometrem doustnym z podgrzewaną końcówką (eliminuje wychłodzenie kanału słuchowego) lub w jamie ustnej/pod pachą? Pomiar wyświetlany jest ekranie monitora.

Możliwość zainstalowania jednego z dwóch termometrów (lub obu) w zależności od specyfiki danego oddziału. Zarówno termometr do pomiaru na błonie bębnekowej jak i do pomiaru w jamie ustnej/pod pachą gwarantuje najwyższą dokładność pomiaru. Dodatkowo termometr wykorzystywany do pomiaru na błonie bębnekowej wyposażony jest w podgrzewaną końcówkę, która daje pewność wiarygodnego pomiaru nawet u pacjentów z podejrzeniem hipotermii.”

Odpowiedź 53: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu.

Pytanie 54: „ dot. pkt 3 WYPOSAŻENIE NA KAŻDY MONITOR:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania osłonki jednorazowe do termometru dedykowane dla każdej grupy wiekowej? Osłonki pakowane są w zależności od rodzaju termometru (termometr doustny 1opakowanie - 800szt. osłonek, bądź termometr pod pachę 1 opakowanie - 1000szt. osłonek)

Dla bezpieczeństwa pacjentów oraz ich komfortu zarówno termometr do pomiaru na błonie bębnekowej jak i termometr do pomiaru w jamie ustnej/pod pachą wyposażone są w osłonki jednorazowe, które eliminują ryzyko zakażenia wewnątrzszpitalnego”.

Odpowiedź 54: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu.

Pytanie 55: „Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitor funkcji życiowych miał możliwość rozbudowy o Skalę Wczesnego Ostrzegania (EWS) - wskaźnik stanu pacjenta na podstawie algorytmu parametrów (NIBP, SpO2, tętno, ciepłota ciała, ilość oddechów). Skala Wczesnego Ostrzegania (EWS) jest to idealne rozwiązanie w przypadku potrzeby przeprowadzenia segregacji pacjentów (Triage) a także wsparcie dla mniej doświadczonego personelu. Zastosowany algorytm jest przygotowywany indywidualnie w opracowaniu z użytkownikiem końcowym i ma na celu określenie aktualnego stanu pacjenta w skali od 1 do 10 z pojawiającym się odpowiednim komentarzem na temat dalszego sposobu postępowania z danym pacjentem. Ocena

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



aktualnego stanu pacjenta pojawia się na podstawie algorytmu, który analizuje wszystkie pomiary parametrów w odniesieniu do wcześniej ustalonych wytycznych z użytkownikiem.”

Odpowiedź 55: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga.

Pytanie 56: „Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 ?

Odpowiedź 56: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu ale nie wymaga.

Pytanie 57: „Pakiet 2 Poz.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obcegi utwardzone do cięcia drutów o średnicy 2,8 mm dla drutów miękkich długość narzędzia 22 cm,”

Odpowiedź 57: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 58: „Pakiet 2 Poz.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obcegi utwardzone do cięcia drutów o średnicy 2,2 mm dla drutów twardych długość narzędzia 22 cm,”

Odpowiedź 58: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza edytowalną wersję wybranych załączników, których treść jest zgodna z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej w formie PDF.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 05.03.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji w zakresie pakietu nr 1, 4, 5 oraz 6 - po modyfikacji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001