

**\*SPECYFIKACJA TECHNICZNA\*****Zestaw narzędzi chirurgicznych**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE:</b>			
1.	Wszystkie zaoferowane narzędzia są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane).	TAK	
2.	Wszystkie narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, mycie w myjkach ultradźwiękowych, dezynfekcja termiczna, dezynfekcja chemiczna, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134° C (bez limitu sterylizacji), sterylizacja plazmowa.	TAK	
3.	Wszystkie narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, obrabianej i utwardzanej, hartowane, matowane, ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta.	TAK	
4.	Wszystkie narzędzia oznakowane metodą laserową numerem katalogowym i nazwą producenta.	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego wszystkich zaoferowanych narzędzi.	podać	
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego narzędzia - dostarczyć wraz z narzędziami.	TAK	
<b>II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:</b>			
1.	Nożyczki chirurgiczne standardowe, końce tępe, proste, długość z zakresu 15,0 - 16,5 cm, ramiona nożyczek łączone za pomocą śruby odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym odkręcaniem się, nr kat. prod. KLS martin: 11-100-15-07 lub równoważny – 20 szt.	TAK, podać	
2.	Nożyczki chirurgiczne standardowe, końce ostro-ostre, proste, długość 16,5 cm, ramiona nożyczek łączone za pomocą śruby odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym odkręcaniem się, nr kat. prod. KLS martin: 11-104-16-07 lub równoważny – 20 szt.	TAK, podać	
3.	Nożyczki Bergmann do materiałów opatrunkowych i gipsu, 1 ostrze tępe, zagięte, długość 23 cm, ramiona nożyczek łączone za pomocą śruby odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym odkręcaniem się, nr kat. prod. KLS martin: 21-195-23-07 lub równoważny – 10 szt.	TAK, podać	
4.	Nożyczki Lister do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, długość 20 cm, ramiona nożyczek łączone za pomocą śruby odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym odkręcaniem się, nr kat. prod. KLS martin: 21-165-20-07 lub równoważny – 10 szt.	TAK, podać	
5.	Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, długość z zakresu 12 - 13 cm, nr kat. prod. KLS martin: 13-311-21-07 lub równoważny – 10 szt.	TAK, podać	
6.	Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, długość z zakresu 0,9 - 10 cm, nr kat. prod. KLS martin: 13-321-10-07 lub równoważny – 10 szt.	TAK, podać	
7.	Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, długość 16 cm, nr kat. prod. KLS martin: 20-390-16-07 lub równoważny – 10 szt.	TAK, podać	
8.	Obcęgi utwardzone do cięcia drutów o średnicy z zakresu 2,5 - 2,8 mm, długość narzędzia z zakresu 22 - 23 cm, nr kat. prod. KLS martin: 22-523-24-07 lub równoważny – 10 szt.	TAK, podać	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)