



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddebice, dn. 07.03.2024 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/68/2024

Dotyczy: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”.

PCZ/ZP/3331/4/2024

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji postanowień SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz art. 135. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddebicach”:

- Pytanie 1.** Dzień dobry, proszę zwrócić uwagę że pakiet 111 jest taki sam jak pakiet 297-czy to nie błąd?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Prosimy wycenić oba pakiety.
- Pytanie 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Pencan) 26G x 90mm pakowana razem z prowadnicą 20G x 38mm; poz. 2 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Pencan) 25G x 90mm pakowana razem z prowadnicą 20G x 38mm; poz. 3 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Quinke) 25G, 26G, 27G x 90 i 120mm pakowana razem z prowadnicą.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego metodą ciągłą. W skład zestawu wchodzi: igła Tuohy 18G/90 mm; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliuretanu typu SOFT z miękką końcówką, długość 100 cm, koniec cewnika zamknięty, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki, strzykawka niskooporowa L.O.R o pojemności 10 ml, prowadnik, konektor, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, oznakowanie na powierzchni igły ułatwiające ocenę głębokości jej wkłucia.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 Prowadnica Lunderquista dł. 82 cm, 0,035 z bezpiecznym miękkim końcem typu J. Koniec miękkiej na dł. 3cm następnie półsztywny na dł. 7,5 cm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 127 - Mankiet infuzyjny wielokrotnego użytku. Mankiet do szybkiego przetaczania o poj. 500 ml przezroczysty z manometrem umieszczonym w górnej części o zakresie 0-300 mmHg. Od mankietu odchodzi dren łączący gruszkę z zaworem ręcznym. Całość pozbawiona lateksu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 138 zestawów do drenażu przeskórnego metoda jednostopniowa w rozmiarach poz. 1 6FR x 25cm; poz. 2 8FR lub 10FR x 25 cm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 7.** **Pakiet nr.140:** Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr. 140 w poz. 1 żel o pojemności 6 ml lub 11 ml w ampułkostrzykawce?

99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 140 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jałowy żel do cewnikowania zawierający chlorheksydynę i lidokainę, w jałowym aplikatorze harmonijkowym. Pojemność 8,5 g x 25 szt lub ampułkostrzykawkę o pojemności 6 i 10-11ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w opakowaniach po 10 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości.	opak.	500
----	--	-------	-----

Pytanie 8. **Pakiet nr. 292:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 292 poz. 1-3 watek neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. **Pakiet nr. 292:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 292 poz. 1-3 watek neurochirurgicznych w opakowaniach zbiorczych po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10. **Pakiet nr. 292:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 292 w poz. 1-3 watek neurochirurgicznych o rozmiarach:

poz. 1 – 12x12 mm lub 20x20 mm

poz.2 – 12x75 mm lub 25x75 mm

poz. 3 –20x70mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 292 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Watki neurochirurgiczne sterylne, wykonane ze 100% 6-cio warstwowej bawełny, zawierające znacznik RTG w postaci linii. Tampon zaopatrzony w nitkę przywiązaną do watki. Tampon niestrzępiocy się, miękki, plastyczny z doskonałą absorpcją. (zdolność wchłaniania dziesięciokrotności swojej własnej wagi) Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitek przed splątaniem. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 300 szt. watek, tj. 30 blisterów po 10 szt każdy. Rozm. 15 mm x 15 mm lub 12mm x 12mm	op	40
2.	Watki neurochirurgiczne sterylne, wykonane ze 100% 6-cio warstwowej bawełny, zawierające znacznik RTG w postaci linii. Tampon zaopatrzony w nitkę przywiązaną do watki. Tampon niestrzępiocy się, miękki, plastyczny z doskonałą absorpcją. (zdolność wchłaniania dziesięciokrotności swojej własnej wagi) Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitek przed splątaniem. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 300 szt. watek, tj. 30 blisterów po 10 szt każdy. Rozm. 15 mm x 75 mm lub 12mm x 75mm	op	25
3.	Watki neurochirurgiczne sterylne, wykonane ze 100% 6-cio warstwowej bawełny, zawierające znacznik RTG w postaci linii. Tampon zaopatrzony w nitkę przywiązaną do watki. Tampon niestrzępiocy się, miękki, plastyczny z doskonałą absorpcją. (zdolność wchłaniania dziesięciokrotności swojej własnej wagi) Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitek przed splątaniem. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 300 szt. watek, tj. 30 blisterów po 10 szt każdy. Rozm. 20 mm x 60 mm lub 20mm x 70mm	op	25

Pytanie 11. Pakiet nr 268 poz.1: Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 papieru kompatybilnego do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi. Papiery kompatybilne do Mitsubishi będą zakwalifikowane jako wyrób medyczny i będą objęte (w przeciwieństwie do oryginalnych papierów producenta Mitsubishi) 8% stawką Vat,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. **Pakiet nr 268 poz.3:** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 80x25 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 400 rolek.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13. Pakiet nr 268 poz.4: Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 100x40 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 50 rolek.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14. Pakiet nr 268 poz.6: Prosimy o dopuszczenie w poz. 6 papieru kompatybilnego do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi. Papiery kompatybilne do Mitsubishi będą zakwalifikowane jako wyrób medyczny i będą objęte (w przeciwieństwie do oryginalnych papierów producenta Mitsubishi) 8% stawką Vat,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Pakiet nr 268 poz.7: Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru w rozmiarze 50x100x300 z przeliczeniem wymaganych ilości na 80 składanek.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16. Dotyczy Pakietu 184, poz. 12-Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wykreślenie tej pozycji-ten den nie jest już dostępny i nie jest potrzebny w urzędzeniu Genadyne XLR8..

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17. Czy Zamawiający w Pakiecie 176 dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym (2g na gazik), rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczymkartoniku? Lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym (2.5-3g na gazik), rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 4 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. Lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 4 o treści:"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 3% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. Lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19. Czy Zamawiający w pakiecie nr 170 dopuści do udziału w postępowaniu ubrania jednorazowe o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20. Czy Zamawiający w pakiecie nr 228 dopuści do udziału w postępowaniu fartuch ochronny o gramaturze 25g/m²

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21. Pakiet 226: Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22. Pakiet 226: Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23. Czy w Pakiecie nr 290 poz. nr 1, 2 i 3 Zamawiający w związku z oczekiwaniem zaoferowania proszku ultra-hydrofilnego wymagać będzie zaoferowania proszku o zdolności wchłaniania dla 1 grama minimum 45ml wody?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagać zaoferowania proszku o zdolności wchłaniania dla 1 grama minimum 45ml wody.

Pytanie 24. Czy w Pakiecie nr 291 i 296 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania staplera z prostą główką dł. szwu 43mm, cztery rzędy zszywek, z nożem. Stapler umożliwi sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zszywki po zamknięciu 2,00 mm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25. Dot. pakiet nr 225 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie misek o pojemności od 1 do 4 litrów?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26. Dot. pakiet nr 222 – 225 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań zbiorczych, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 1 opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie opakowań zbiorczych, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 1 opakowania w górę. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 27. **Dot. Pakiet nr 264:** *Z uwagi na fakt, że Zamawiający w pakiecie 264 opisał w jednej pozycji 2 rodzaje elektrod – ADULT (elektrody dla dorosłych) i PEDI (elektrody pediatryczne) różniące się istotnie pod względem parametrów, a co za tym idzie również ceną, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uwzględnienie tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym i umożliwienie wykazania każdej z elektrod wraz z odpowiadającą jej ceną jako osobnej pozycji.*

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28. **Dot. Pakiet nr 264:** *Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarcza elektrody były oryginalnymi akcesoriami, wymienionymi przez Producenta w instrukcji obsługi defibrylatora jako kompatybilne z aparatem? Używanie oryginalnych akcesoriów zadeklarowanych przez Producenta lepiej wpływa na samego pracę aparatu i eliminuje ryzyko incydentów, które mogą powstać przez niewłaściwe działanie defibrylatora z nieoryginalnymi elektrodami.*

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29. Pakiet 170: Czy Zamawiający wymaga aby nogawki i rękawy były podszyte (co zapobiega pyleniu)?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30. Pakiet 170: Czy Zamawiający wymaga gramatury włókniny na poziomie min. 40 /m kw., przy niższej gramaturze ubrania mogą być prześwitujące?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31. Pakiet 171 poz. Czy Zamawiający dopuści nieprześwitujące spodnie do kolonoskopii, wykonane z włókniny typu SMS (włóknina polipropylenowa jest szorstka i nie zapewnia nieprześwitowania) o gramaturze min. 28 g/m kw.?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 32. Pakiet 216: Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze min. 25 g/m kw.?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 33. Pakiet 217: Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 25 g/m kw.?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34. Pakiet 230: Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 35. Pakiet 236: Czy zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,0N, AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki.; palec- 0,09mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 78** : Cewników 3-drożny Dufour 100% silikon o wysokiej odporności na inkrustację z balonem o poj. 50ml dla Cewnika 18Ch; 60ml dla cewnika 20Ch; 70ml dla cewnika 22Ch; 80 ml dla cewnika 24Ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 78 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Cewnik Dufour 3-drożny 100% silikon pokryty hydrożelem, balony 50 ml, 80 ml, rozmiary CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 LUB z balonem o poj. 50ml dla cewnika 18Ch, 60ml dla cewnika 20Ch, 70ml dla cewnika 22Ch, 80ml dla cewnika 24Ch.	szt.	400
----	---	------	-----

Pytanie 37. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 88** : Zestawu Mono-J zawierającego cewnik wykonany z poliuretanu o dł. 70 cm, prowadnicę pokrytą teflonem o dł. 125 cm dla cewnika zamkniętego od strony nerki lub 175 cm dla cewnika obustronnie otwartego (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 89:** Prowadnicy Lunderquista o dł. 80 cm, śr. 0,035" z zakończeniem typu J na dł. 3 mm oraz miękkim końcem na dł. 5 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 90:** Zestawy do szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym do URS. Zestaw sterylny, zawierający cewnik typu JJ typ otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm. Rozmiar 4.7 F, dł. 26 i 28 cm z popychaczem standardowym o dł. 75 cm i prowadnicą o dł. 150 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 91, poz. 1:** Cewnika Pigtail otwarty-zamknięty wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm. Prowadnica 150 cm, popychacz 75 cm, kłamra, CH4.7, dł. 26 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 41. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 91, poz. 2:** Cewnika Pigtail otwarty-zamknięty wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm. Prowadnica 150 cm, popychacz 75 cm, kłamra, CH6, dł. 26 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 42. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 94** : Zestawu do nefrostomii, sterylny, w składzie: igła Chiba 18G skalowana co 1 cm, cewnik typu J wykonany z poliuretanu, drut wiodący kompatybilny w cewniku, łącznik do worka na mocz, rozmiary CH8, CH10,5.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 95** : Zestaw do cystostomii z cewnikiem Pigtail wykonany z silikonu w rozm. 12CH i 14CH i balonem o poj. 5 ml. W zestawie cewnik, skalpel, rozdzierany trokar, zatyczka stożkowa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 95 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do cystostomii z cewnikiem Pigtail roz. CH 12, CH 14 wykonany z silikonu z balonem, w składzie: cewnik, skalpel, trokar rozrywalny, fiksator przyklepny, worek na mocz 2l, lub w składzie: cewnik, skalpel, rozdzierany trokar, zatyczka stożkowa.	szt.	20
----	---	------	----

Pytanie 44. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: **Pakiet nr 107** : Prowadnica do URS wykonana z nitinolu, pokryta powłoką hydrofilną na całej długości 150 cm z miękką końcówką prostą lub zakrzywioną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 107 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Prowadnice do URS NITINOL. Prowadnica wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoką hydrofilową na długość 40 cm lub na całej długości. Całkowita dł. 150 cm z miękką końcówką prostą lub zakrzywioną	szt.	60
----	---	------	----

Pytanie 45. **Dotyczy Pakietu nr 140:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyrobu równoważnego w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwienia wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chlorheksydyny (stężenie 20%)
- hydroksybenzoat metylu
- hydroksybenzoat propylu

Produkt w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml, opakowanie zawiera 25szt.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46. **Dotyczy Pakietu nr 154:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;

2 x taśma mocująca 9x50cm;
 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
 1 x serweta główna 240/215x350cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przyklepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (otoczony padem chłonnym 50x70cm, z dodatkową osłoną do zaslonienia otworu, kiedy nie jest używany);
 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu).

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47. Dotyczy Pakietu nr 1555: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym serweta główna z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm wykonana jest na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2). Proponowany zestaw dostarczany jest do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 155 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Obłożenie jednorazowe - zestaw do operacji kończyn min. 2 warstwowe. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia wyraźnie oznaczony z metryczkami. Pakiet musi mieć min. serwetę na stół Mayo, serwetę na stół do instrumentarium 150 x 190cm, serwetę do operacji kończyn wzmocnioną lub z padem chłonnym 225-230 x 300cm. Wymiary poszczególnych elementów obłożenia +20%. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 68-75 g/m2.	szt.	500
----	--	------	-----

Pytanie 48. Dotyczy Pakietu nr 1555: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym serweta główna z elastycznym otworem o średnicy 7cm wykonana jest na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2).

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49. Dotyczy Pakietu nr 156: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu trzywarstwowego z dodatkowym padem chłonnym, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 156 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do operacji żyłaków min. 2 - warstwowy ze wzmocnieniem. Skład zestawu co najmniej: 1) serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75-80 x 145-150 cm, 2) Taśma z klejem 9-10 x 45-50 cm, 3) serweta na stół narzędziowy 150 x 190cm, 4) serweta dolna, wzmocniona z wycięciem U 200-230 x 260cm, 5) serweta górna 150-175 x 240 cm, 6) serweta przyklepna 75x90 cm. Opakowanie papier-folia, z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji. Gramatura obłożenia w miejscach krytycznych min.109 g/m2.	zestaw	150
----	---	--------	-----

Pytanie 50. Dotyczy Pakietu nr 157: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

1 x rzep Velcro 2,5x30cm; 1 x taśma mocująca 9x50cm;
 1 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
 1 x serweta główna 175/282x172cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 5 cm i przyklepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka;
 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51. Dotyczy Pakietu nr 158: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
 2 x taśma mocująca 9x50cm;
 1 x serweta 100x150cm;
 1 x osłona na kończynę 36x120cm;
 1 x serweta główna 225x260cm z wycięciem U 20x85cm, wzmocnienie 50x100cm, 4 podwójne organizatory przewodów;
 1 x serweta 150x300cm, wzmocnienia 15x50cm, 2 podwójne organizatory przewodów;
 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
 Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 25µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2).

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z min. nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52. Dotyczy Pakietu nr 159, 161, 162: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie asortymentu, który na opakowaniu posiada 4 odklejane etykiety z min. nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53. Dotyczy Pakietu nr 167: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca na przewody 15x240cm, z perforowaną końcówką, wykonanego z folii polietylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 167 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pokrowiec na przewody 15-17 x 240cm. Tolerancja wymiarów +/- 20%. Elastyczna lub perforowana końcówka prosta lub zwężana. Wykonany z folii (polietylenu).	szt	3 500
----	---	-----	-------

Pytanie 54. Dotyczy Pakietu nr 169: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca o średnicy 140cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 169 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Sterylny pokrowiec na panel sterowania wykonany z folii polietylenowej nie barwionej, okrągły, średnica 120-140cm, ściągany na troki lub gumką	szt	800
----	--	-----	-----

Pytanie 55. Dotyczy Pakietu nr 319: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch operacyjny, chirurgiczny, jednorazowy, jałowy wykonany z włókniny typu min. SMS, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tylne części fartucha zachodzące na siebie, u góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, sposób założenia fartucha zapewnia zachowanie sterylności z przodu i z tyłu, gramatura min. 35 g/m² (+/-10%), odporność na penetrację płynów ≥ 35 H₂O, odporność na rozerwanie na sucho ≥ 80 kPa, wytrzymałość na mokro ≥ 80 N. Opakowanie papier - folia, posiadające 4 naklejki, służące do wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56. Dotyczy Pakietu nr 320: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch operacyjny wzmocniony do "zabiegów mokrych", jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny min. SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie w części przedniej fartucha i w rękawach przymocowane obwodowo nie punktowo od wewnątrz, wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 28 g/m². Tylne części fartucha zachodzące na siebie. U góry zapinany na rzep, troki fartucha łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. Gramatura min. 35 g/m² (+/-10%) w części niewzmocnionej, odporność na penetrację płynów min. 80 cm H₂O w obszarze wzmocnienia. Odporność na rozerwanie na sucho min. 100 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 90N. Opakowanie typu papier folia, posiadające min. 2 naklejki, służące do wklejenia do dokumentacji. Rozmiar M, L, XL, XXL (do decyzji zamawiającego).

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 57. Pakiet nr.36. : Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia, o standardowych średnicach). Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych). Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady o pojemności 2000ml. Kanistry(okrągłe o poj.2000ml) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową(która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania(kompatybilny z uchwytami Serresa). Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracja zgodności) i są wzajemnie kompatybilne. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie

nowoczesnych, bezpiecznych wkładów, ze względu na cechy użytkowe(szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Oferowany system jest konkurencyjny cenowo. Deklarujemy bezpłatną wymianę kanistrów(pojemników) obecnie użytkowanych w szpitalu,w przypadku wybrania naszej oferty. Brak dopuszczenia naszego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP(zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 58. **Pakiet nr.36.** :Wymóg aby oferowane wkłady były kompatybilne z pojemnikami firmy Serres, jest warunkiem wykluczającym konkurencję(czyli niezgodny z ustawą o ZP) gdyż tylko wkłady firmy Serres są kompatybilne z pojemnikami firmy Serres. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59. **Pakiet nr.36.** : Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1.1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonego zamówienia , gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego zamówienia**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 12 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę wobec tych pozycji zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **1,5%** ich wartości brutto;

1.2. w wysokości **0,5%** wartości niezrealizowanej prawidłowo dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy**. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 11 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę wobec tych pozycji zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości **1,5%** ich wartości brutto;

1.3. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy ;

1.4. w wysokości **50,00 zł** za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 61. Dot. § 2 ust. 2 umowy Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień za pośrednictwem email. Część Wykonawców nie posługuje się faksem, a co za tym idzie wskazanie numeru faksu będzie niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem email.

Pytanie 62. Dot. § 3 ust. 1 umowy. Czy Zamawiający dopuści komunikacje z Wykonawca za pośrednictwem wiadomości email? Część Wykonawców nie posługuje się faksem, a co za tym idzie wskazanie numeru faksu będzie niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komunikacje z Wykonawca za pośrednictwem wiadomości email.

Pytanie 63. Dot. § 6 ust. 3 c)umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego wskaźnika na średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osiągnie poziom co najmniej 5%.
wysoki wskaźnik wymagany przez Zamawiającego do waloryzacji, którego osiągnięcie jest prawie nieprawdopodobne, powoduje, że postanowienie umowy o waloryzacji umowy będzie niemożliwe do realizacji. Z uwagi na to, iż w przypadku wzrostu cen, popartego niższym wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS waloryzacja umowa nie będzie możliwa. W efekcie brak zmiany wartości umowy, spowoduje, że wykonawca pozbawiony będzie realnego, godziwego wynagrodzenia za wykonywaną usługę, a wręcz wynagrodzenie to będzie relatywnie niższe niż zaoferowane w pierwotnej ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 6%.

- Pytanie 64.** Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 65.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia umowy: W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar/odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 66.** Czy Zamawiający w pakiecie numer 174 dopuści hemostatyk wykonany z nieregenerowanej celulozy w rozmiarze 7,5x5cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 67.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 175 pozycji 2 dopuści hemostatyk w rozmiarze 7,5x5cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 68.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 69.** Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 70.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 99 wymaga dostawy oryginalnej stazy taktycznej, która spełnia wymagania komitetu TCCC i jest rekomendowana do użytku przez ratowników medycznych w sytuacji masywnego krwawienia tętniczego bądź żylnego??
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 71.** Czy Zamawiający w pakiecie 102 wymaga dostawy pasa do stabilizacji miednicy, który został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wywoływał nadmiernego nacisku na miednicę, co odróżnia go od innych dostępnych produktów pozwalających na ściskanie pacjenta z nieograniczoną siłą. Opatentowana sprzączka Autostop zastosowana w pasie SAM Pelvic Sling II nie pozwala na wywarcie siły większej niż 14,8 kg. Jest to bardzo ważne w sytuacjach akcji ratowniczych, gdzie nadmiernie ściśnięcie miednicy przez personel medyczny działający pod wpływem stresu może być dla pacjenta bolesne lub szkodliwe.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 72.** **Pakiet nr. 218** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie prześcieradła w rolce, dwuwarstwowego, wykonanego z 100% celulozy?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 73.** **Pakiet nr. 219** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie prześcieradła w rolce, dwuwarstwowego, wykonanego z 100% celulozy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 74.** **Pakiet nr. 218** Czy Zamawiający dopuści nawinięcie prześcieradła na rolce na 80 m, z przeliczeniem ilości rolek? Tj. prześcieradło w rozmiarze 50cm x 80m – 2500 rolek
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 75.** **Pakiet 280** Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści zamknięty system do nawilżania o charakterystyce technicznej : pojemność 350 ml , napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor (

przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 ? Opisany w SIWZ produkt woda Respiflo 325ml został wycofany z oferty producenta ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 76. Pakiet 280 Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści zamknięty system do nawilżania o charakterystyce technicznej : pojemność 550 ml , napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 ? Opisany w SIWZ produkt woda Respiflo 500ml został wycofany z oferty producenta ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 77. Pakiet nr 33, pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie maseczek chirurgicznych mocowanych za pomocą gumek, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 78. Pakiet nr 33, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek do głowic USG (prezerwatyw) z przeliczeniem na 28 pełnych opakowań po 144 szt., co daje 4.032 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 79. Pakiet nr 227, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę butów foliowych, ochronnych w opakowaniach po 100 szt. (50 par) z przeliczeniem na 30 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 80. Pakiet nr 283, pozycja 5: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, pojemnika w kształcie wiaderka o pojemności 3,5-4L, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 283 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 0,5 - 0,7l (okrągły)	szt.	1 000
2.	Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 0,5 l-0,7l (prostokątny)	szt.	1 000
3.	Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 1 l	szt.	200
4.	Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 2 l	szt.	4 000
5.	Pojemnik na odpady plastikowy twardościenny zamykany (igły) 3-4 l	szt.	400

Pytanie 81. Pakiet nr 285, pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, worków na wymiociny, przezroczystych, wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu, pakowany po 50 szt. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 81 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Torba na wymiociny, pojemność 1500 - 2000 ml	szt.	1 000
----	--	------	-------

Pytanie 82. Pakiet nr 287, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniach po 75 szt. z przeliczeniem na 534 pełne opakowania, co daje 40.050 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 83. Pakiet nr 289, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem na 5 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę golarek w opakowaniach po 100 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaoferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 84. Pakiet 152 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni o bardzo dobrych parametrach chłonnych, w którym serweta główna ma wymiary 260 cm x 310 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 85. Pakiet 154 Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym serweta główna ma wymiary 175/260 x 210 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 86. Pakiet 155 Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta do operacji kończyn w rozm. 225cm x 320cm w polu operacyjnym posiada 3 warstwy o łącznej gramaturze znacznie przekraczającej wymaganą przez Zamawiającego, natomiast poza polem operacyjnym serweta jest wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57 g/m2 (+/- 1g/m2)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 155 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Obłożenie jednorazowe - zestaw do operacji kończyn min. 2 warstwowo. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia wyraźnie oznaczony z metryczkami. Pakiet musi mieć min. serwetę na stół Mayo, serwetę na stół do instrumentarium 150 x 190cm, serwetę do operacji kończyn wzmocnioną lub z padem chłonnym 225-230 x 300cm. Wymiary poszczególnych elementów obłożenia +20%. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 68-75 g/m2.	szt.	500
----	--	------	-----

Pytanie 87. Pakiet 159 Czy Zamawiający dopuści zestaw z jedną taśmą lepną 10cm x 50cm oraz dodatkowo z jednym wbudowanym w serwetę główną organizatorem typu rzep i dwoma podwójnymi organizatorami na przewody i dreny? Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) na całej powierzchni . Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 88. Pakiet 168 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny o wymiarach 24 cm x 80 cm? Pakowana z 1 polietylenową taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 89. Pakiet 168 Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 33 cm x 55 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 90. Pakiet 319: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, o odporności na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, spełniający pozostałe parametry SWZ? Dostępne rozmiary M/L, XL, XXL
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 91. Pakiet 319 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, spełniający pozostałe parametry SWZ? Dostępne rozmiary S/M, XL, XXL.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 92. Pakiet 320 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w których wzmocnienia w części przedniej przyklejone są na całej długości boków i od góry dostępne w rozmiarach S/M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 93. Pakiet 110, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, jednorazową, dzieloną 163,5x 117 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 110 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona 150-176 x 117-122 mm	szt.	1 500
----	---	------	-------

Pytanie 94. Pakiet 111, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę wielorazową, nóż prosty 25x3,3 mm, śr. 4mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 111 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda wielorazowa, nóż prosty 25-26x3,2-3,5 mm, śr. 4mm	szt.	30
2.	Elektroda żagielek dł. 115 mm, śr. 4mm; 20x25mm	szt.	4
3.	Elektroda - pętla dł. 120 mm, śr. 4 mm, 15-20x20mm	szt.	4

Pytanie 95. Pakiet 111, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści elektrodę - pętla dł. 120 mm, śr. 4 mm, 15x15mm lub 20x20mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 111 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda wielorazowa, nóż prosty 25-26x3,2-3,5 mm, śr. 4mm	szt.	30
2.	Elektroda żagielek dł. 115 mm, śr. 4mm; 20x25mm	szt.	4
3.	Elektroda - pętla dł. 120 mm, śr. 4 mm, 15-20x20mm	szt.	4

Pytanie 96. Pakiet 118, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej, jednorazowej, dł. 5 m, wtyk płaski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 118 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Kabel elektrody neutralnej, jednorazowej, dł. 3-5m, wtyk płaski	szt.	1
----	---	------	---

Pytanie 97. Pakiet 124, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo (op. zbiorcze 100 szt.)? Elektroda kompatybilna z diatermią firmy Erbe.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 124 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona pow. 85 cm ² , z pierścieniem zewnętrznym ekwipotencjalnym o pow. 23 cm ² z włókniny przylegającej całą powierzchnią do skóry pacjenta LUB Jednorazowa elektroda neutralna o wymiarach 150-163,5 x 117-120mm, dzielona powierzchnia aktywna 104-105 cm ² , wykonana z hydrożelu. Elektroda kompatybilna z diatermią firmy Erbe. Opak. = 50 szt. Dopuszcza się zaferowanie innych opakowań z przeliczeniem wymaganych ilości.	opak.	80
----	---	-------	----

Pytanie 98. Pakiet 129, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne Metzenbaum, odgięte, utwardzone, dł. 14,5 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 99. Pakiet 260, pozycja 1: Do jakich kontenerów Zamawiający wymaga plomb?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 100. Pakiet 297, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę wielorazową, nóż prosty 25x3,3 mm, śr. 4mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 297 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda wielorazowa ,nóż prosty 25-26x3,2-3,5 mm śr.4 mm	szt.	30
2.	Elektroda żagielek dł.115 mm śr.4 mm 20x25mm	szt.	4
3.	Elektroda -Pętla dł 120 mm śr.4 mm 15-20x20 mm	szt.	4

Pytanie 101. Pakiet 297, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści elektrodę - pętla dł. 120 mm, śr. 4 mm, 15x15mm lub 20x20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 297 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda wielorazowa ,nóż prosty 25-26x3,2-3,5 mm śr.4 mm	szt.	30
2.	Elektroda żagielek dł.115 mm śr.4 mm 20x25mm	szt.	4
3.	Elektroda -Pętla dł 120 mm śr.4 mm 15-20x20 mm	szt.	4


Pytanie 102. Pak 110 Prosimy o dopuszczenie elektrody dzielonej przeznaczonej dla dorosłych/dzieci, o wymiarach 150x120mm, powierzchnia aktywna 104cm², powierzchnia klejąca 153cm², optymalna siła przylegania. Elektroda wykonana z zaawansowanego hydrożelu, który poprawia przewodność, obniża impedancję, eliminuje pozostałości i minimalizuje ryzyko poparzenia w miejscu montażu. Opakowanie 100 sztuk.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 110 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona 150-176 x 117-122 mm	szt.	1 500
----	---	------	-------

Pytanie 103. Pak 111 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody o poniższych wymiarach:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 111 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda wielorazowa, nóż prosty 25-26x3,2-3,5 mm, śr. 4mm	szt.	30
2.	Elektroda żagielek dł. 115 mm, śr. 4mm; 20x25mm	szt.	4
3.	Elektroda - pętla dł. 120 mm, śr. 4 mm, 15-20x20mm	szt.	4

Pytanie 104. Pak 124 Prosimy o dopuszczenie elektrody dzielonej przeznaczonej dla dorosłych/dzieci, o wymiarach 150x120mm, powierzchnia aktywna 104cm², powierzchnia klejąca 153cm², optymalna siła przylegania. Elektroda wykonana z zaawansowanego hydrożelu, który poprawia przewodność, obniża impedancję, eliminuje pozostałości i minimalizuje ryzyko poparzenia w miejscu montażu. Pakowana w saszetkach po 5 szt. - 100 szt. w op. zbiorczym. W przypadku dopuszczenia prosimy o zgodę na zaferowanie 40 op. a '100 szt.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 124 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona pow. 85 cm ² , z pierścieniem zewnętrznym ekwipotencjalnym o pow. 23 cm ² z włókniny przylegającej całą powierzchnią do skóry pacjenta LUB Jednorazowa elektroda neutralna o wymiarach 150-163,5 x 117-120mm, dzielona powierzchnia aktywna 104-105 cm ² , wykonana z hydrożelu. Elektroda kompatybilna z diatermią firmy Erbe. Opak. = 50 szt. Dopuszcza się zaferowanie innych opakowań z przeliczeniem wymaganych ilości.	opak.	80
----	--	-------	----

Pytanie 105. Pak 124 Prosimy o odstąpienie od wymagania "z pierścieniem zewnętrznym ekwipotencjalnym o pow. 23 cm²"

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 106. Pak 126 Prosimy o dopuszczenie dł. 5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 126 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Kabel bipolarny do resektoskopów Storz, z wtyczką MF, 4-5m, kompatybilny z diatermią firmy Erbe.	szt.	1
----	--	------	---

Pytanie 107. Pak 127 Prosimy o dopuszczenie manometru ze skalą 0-300 mmHg

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 108. Pak 288 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki Medline pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaofierowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 109. Pak 288 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 110. Pak 297 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody o poniższych wymiarach:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w Pakiecie nr 297 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Elektroda wielorazowa „nóż prosty 25-26x3,2-3,5 mm śr.4 mm	szt.	30
2.	Elektroda żagielek dł.115 mm śr.4 mm 20x25mm	szt.	4
3.	Elektroda -Pętla dł 120 mm śr.4 mm 15-20x20 mm	szt.	4

Pytanie 111. Pakiet nr 287 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 112. Pakiet nr 39 Czy Zamawiający dopuści zaofierowanie zgłębników wykonanych z silikonu, Ch 18/ 60 cm i Ch 20/ 60 cm, do wyboru.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 113. Pakiet nr 49 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaofierowanie woreczków o średnicy 85 mm, długość 185 mm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 114. Pakiet nr 49 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaofierowanie woreczków o średnicy 110 mm, długość 210 mm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 115. Pakiet nr 49 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaofierowanie woreczków o średnicy 170 mm, długość 240 mm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 116. Pakiet nr 91 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników skalowanych co 5 cm, prowadnica 150 cm, Ch 4,7 w pozycji 1 i CH 6 w pozycji 2, pozostałe parametry według opisu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 117. Pakiet nr 132 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,8 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 132 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą gastroscopowe 2,2-2,4mm/ 160cm	szt.	300
2.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą gastro/kolonoskopowe 2,2-2,4mm / 230-240cm	szt.	400
3.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą kolonoskopowe typu Jumbo 2,8-3,0mm / 230-240cm	szt.	300

Pytanie 118. Pakiet 145 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów siedmio-gumkowych.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 119. Pakiet nr 146 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów lateksowych o średnicy 12-15-18 mm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 120. Pakiet nr 315 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek na pętli 30 x 55 mm i 40 x 60 mm, średnica cewnika 2,3 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 315 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pętla z siateczką jednorazowa do bezpiecznego wychwytywania polipów i ciał obcych. Siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30x55-60 mm oraz 40x60mm dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,3-2,6 mm, obrotowa	szt.	160
----	--	------	-----

Pytanie 121. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 49 **Poz.1** Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200 ml, śr.60 mm, dł.195 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem dł. Prowadnika 405 mm, wypychacz do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 122. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 49 **Poz. 2** Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 400 ml, śr.83 mm, dł.195 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem dł. Prowadnika 390 mm, wypychacz do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 123. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 49 **Poz.3** Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 1200 ml, śr.110 mm, dł.240 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem dł. Prowadnika 495 mm, wypychacz do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 124. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1) przyrząd do infuzji IS ECO Line o właściwościach:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa wykonana z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego w kolorze niebieskim
- mała komora kroplowa wykonana z PVC (40 mm w części przezroczystej)
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy bez miejsca na dren i igłę po użyciu
- dren z PVC bez ftalanów o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 125. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1) przyrząd do infuzji IS Premium Line o właściwościach:

- igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo
- igła wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- igła wyposażona w skrzydełka umożliwiające prostsze połączenie z butelką
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego w kolorze zielonym
- duża komora kroplowa (min. 60 mm w części przezroczystej)
- komora wykonana z PVC
- dren wykonany z PVC bez ftalanów
- tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy w kolorze pomarańczowym z miejscem na dren i igłę oraz oznaczeniem producenta
- dodatkowe dwa oznaczenia producenta: na komorze oraz skrzydełkach (skrótowa nazwa „SR”)
- na opakowaniu jednostkowym umieszczony znacznik sterylizacji
- łącznik stożkowy luer lock z osłonką zabezpieczającą cały łącznik także na zewnątrz
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 126. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 3 poz. 1) przyrząd do transfuzji TS o właściwościach:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa 80 mm w części przezroczystej
- całkowita długość komory kroplowej 100 mm
- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
- klapaka w kolorze czerwonym
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i uchwytem na dren
- dren medyczny o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 127. Czy zamawiający dopuści przedmiocie zamówienia (pakiet nr 3 poz. 1) przyrząd do transfuzji o właściwościach:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa
- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
- zaciskacz rolkowy
- dren medyczny o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 128. Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 odstąpi od wymogu zaoferowania koreczków tego samego producenta co kaniule?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 129. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 1 kaniulę dożylną bezpieczną z portem i skrzydełkami o właściwościach:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

O przepływach:

14G	Pomarańczowa	2.1	45	270
16G	Szara	1.8	45	200
18G	Zielona	1.3	45/32	85
20G	Różowa	1.1	32/25	55
22G	Niebieska	0.9	25	33
24G	Żółta	0.7	19	18

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 130. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycji 1 kranik trójdrożny z przedłużaczem wykonanym z PVC, łącznik drenu wykonany z polietylenu, kranik wykonany z poliwęglanu, odporny na ciśnienie 4,00 bar? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 131. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycji 1 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym zamiast rozmiaru 2 i 2,5 rozmiar 3,0?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 132. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycji 1 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości, skalowana jednostronnie co 1cm, oznaczenie roz. w 4 miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w 2 miejscach na korpusie rurki, linia RTG na całej dł.rurki. - rozm. od; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; - opakowanie folia/papier ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 133. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycji 2 rurkę it. Z mankietem zbrojną z prowadnicą z informacją o rozmiarze rurki w 4 miejscach – na łączniku, baloniku kontrolnym i 2 miejscach na korpusie rurki? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 134. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20, pozycji 3 rurkę tracheotomijną o właściwościach:

- wykonana z medycznego, elastycznego PCV bez lateksu w rozmiarach od 3,0 do 10,0 (co 0,5)
- znacznik RTG na całej długości
- obrotowy łącznik o średnicy 15 mm w białym kolorze
- elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę
- 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią
- miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet
- balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (kolor niebieski)
- wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
- kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta
- wyposażona w mandryn
- sterylizowana tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 135.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycji 1 i 2 zaoferowanie opaski do mocowania rurki tracheostomijnej o rozmiarach: 3 cm szerokość i 42 cm długości, wykonana z delikatnego przyjaznego dla skóry mat.Dł.(bez rzepa), pakowana pojedynczo?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 136.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 22 pozycji 1 zaoferowanie Rurki intubacyjnej bez mankietu ze znacznikiem głębokości skalowanie jednostronne co 1cm linia RTG na całej dł. rurki - zamiast rozmiaru 2,0 rozmiar 2,5?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 137.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 66 pozycji 2 strzykawkę do insuliny 1ml z wtopioną igłą o rozmiarze 0,33x12,7 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 138.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 66 pozycji 4 strzykawkę do TBC o rozmiarze 0,50x16?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 139.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 66 pozycji 4 strzykawkę do TBC o rozmiarze 0,45x12?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 140.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 72 pozycji 1 Dren typu Kehra CH 12-18 wykonany z lateksu naturalnego?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 141.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 73 pozycji 1 cewnik do odsysania od CH 6 do CH10 długość 40mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 142.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 104 pozycji 1 dren o długości 200cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 143.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 140 żele o pojemności 6ml i 11ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 140 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:
- | | | | |
|----|--|-------|-----|
| 1. | Jałowy żel do cewnikowania zawierający chlorheksydynę i lidokainę, w jałowym aplikatorze harmonijkowym. Pojemność 8,5 g x 25 szt lub ampułkostrzykawkę o pojemności 6 i 10-11ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w opakowaniach po 10 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości. | opak. | 500 |
|----|--|-------|-----|
- Pytanie 144.** Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie 192 pieluchomajtki z jednym tylnym ściągaczem taliowym?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 145.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 192, pozycja 1) pieluchomajtki o obwodzie 73-130 cm? Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 146.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 192, pozycja 2) pieluchomajtki o obwodzie 92-120 cm? Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 147.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 192, pozycja 3) pieluchomajtki o obwodzie 120-170 cm? Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 148.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 192, pozycja 1) pieluchomajtki o obwodzie 80-130? Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 149.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 192, pozycja 2) pieluchomajtki o obwodzie 105-150? Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 150. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 192, pozycja 3) pieluchomajtki o obwodzie 110-160 cm? Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 151. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 267 pozycji 2 ZEL DO HOLTERA (A.0,25L)?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 152. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 287 pozycji 1 kieliszki do leków pakowane a'80 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 153. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 154. **Pakiet 2, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 155. **Pakiet 4, poz. 1** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, posiadania badań klinicznych lub laboratoryjnych o biokompatybilności poliuretanu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 156. **Pakiet 4, poz. 1** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającego poniższe rozmiary i przepływy:

Rozmiar Gauge	Przepływ ml/min	Rozmiar	Długość
		mm	mm
14G	270	2,1	45
16G	200	1,8	45
17G	140	1,5	45
18G	85	1,3	32
20G	55	1,1	25
22G	33	0,9	25

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 157. **Pakiet 4, poz. 2** Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul w opakowaniu typu twardej blister umożliwiającego wyjęcie koreczka nie powodując jego kontaminacji?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 158. **Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego w opakowaniu typu twardej blister umożliwiającego wyjęcie kranika nie powodując jego kontaminacji?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 159. **Pakiet 65, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki dwuczęściowej poj. 2 ml (o której mowa w Pakiecie nr 65 poz. 1) w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie 160. **Pakiet 170, poz. 1** Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ

tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 161. Pakiet 170, poz. 1 Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „*roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kiteł [ang. - Srub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego*”
Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 162. Pakiet 170, poz. 1 Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym,
Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 163. Zadanie 191, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pooperacyjnego w rozmiarze 5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 191 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Opatrunek pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 7,2-7,5 cm x 5 cm	szt.	15 000
2.	Opatrunek pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 6 cm x 10 cm	szt.	12 000
3.	Opatrunek pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 8 cm x 10 cm	szt.	8 000
4.	Opatrunek pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 10 cm x 10 cm	szt.	15 000
5.	Opatrunek pooperacyjny, sterylny typu Cosmopor lub równoważny rozm. 10 cm x 20 cm	szt.	24 000

Pytanie 164. Zadanie 228, poz. 1 Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 165. Zadanie 228, poz. 1 W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 166. Zadanie 228, poz. 1 Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 167. Zadanie 228, poz. 1 Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 168. Pakiet 140: Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawki o pojemności 6 ml i 11 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 140 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jałowy żel do cewnikowania zawierający chlorheksydynę i lidokainę, w jałowym aplikatorze harmonijkowym. Pojemność 8,5 g x 25 szt lub ampułkostrzykawkę o pojemności 6 i 10-11ml. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w opakowaniach po 10 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości.	opak.	500
----	--	-------	-----

Pytanie 169. Pakiet 140: Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 24 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 170. Pakiet 140 Czy Zamawiający może rozdzielić ilości żelu na dwie różne pojemności- które dopuszcza w opisie przedmiotu zamówienia tzn. pojemność 6ml- ile sztuk, pojemność 10 ml- ile sztuk proszę swoją motywujemy tym iż pojemności te różnią się między sobą ceną i w związku z tym wartość pakietu będzie zawyżona lub zamawiający dopuści tylko pojemność 6 ml?


Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 171. Pakiet 151 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalny:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;




Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 172. Pakiet 154 Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta 75 x 90 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/220 x 240 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i przylepnym otworem 9 x 12 cm otoczonym padem chłonnym 20 x 45 cm. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory na przewody w formie rzepów;



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 173.

Pakiet 157 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów TUR:


- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8 cm.

Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.


Pytanie 174.

Pakiet 158 Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji biodra:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 175.

Pakiet 158, 159, 161, 162, 165: Czy Zamawiający dopuści min. 2 etykiety odklejane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176.

Pakiet 159 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana z tuniką:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład


- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 177.

Pakiet 163 Czy Zamawiający dopuści zbiornik na płyny

- Wykonany z nieprzemakalnej folii PE (grubość 0,05mm), zaopatrzony jest w taśmę lepną, filtr oraz szywnik, rozmiar 50 x 50 cm?
- Zgodność z normą PN-EN 13795



Odowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 163 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Torebka na płyny 30 - 43 x 40-43cm. Wykonana z folii samoprzylepnej jałowej. Tolerancja wymiarów +20%.	szt.	1 500
----	--	------	-------

Pytanie 178.

Pakiet 162, 165: Czy Zamawiający wymaga serwety sterylnej?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179.

Pakiet 165: Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180.

Pakiet 166: Serweta 75x90cm z otworem przylepnym 8cm?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181.

Pakiet 167 Czy Zamawiający oczekuje sterylnej pokrowiec na przewody ?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182.

Pakiet 168 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35 x 80 cm?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 168 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Osłona na kończynę 38-41x80cm, jałowa, wykonana z laminatu dwuwarstwowego. W zestawie powinna być taśma lepna. Zestaw z metryczką. Tolerancja wymiarów +/-10%	szt	300
----	---	-----	-----

Pytanie 183.

Pakiet 168 Czy Zamawiający dopuści zestaw osłony na kończynę 75 x 120 cm z taśmą OP?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 184.

Pakiet 170: Czy Zamawiający dopuści długość nogawek S- 108 cm, M-110 cm, L-112 cm, XL- 112 cm?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 185. Pakiet 219 Czy Zamawiający dopuści Podkłady medyczne, ochronne wykonane z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii chroniącej przed przenikaniem 38 cm x 50m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186. Pakiet 226 Czy Zamawiający dopuści



Sucha rękawica o wysokiej chłonności, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Uniwersalny rozmiar sprawia, że rękawica jest wygodna w użyciu.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókniny molton 77g.

Kolor: biały

Rozmiar: 16.5 cm x 24.5 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 187. Pakiet 228 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 188. Pakiet 229 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny

- wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej folią PE
- zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie
- posiada długi rękaw wykończony elastycznym mankietem
- zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony produktu
- opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 229 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Fartuch chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami	szt.	1 000
----	---	------	-------

Pytanie 189. Pakiet 229 Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 229 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Fartuch chirurgiczny z nieprzemakalnymi wstawkami	szt.	1 000
----	---	------	-------

Pytanie 190. Pakiet 287 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań

Pytanie 191. Pakiet 292 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści watki neurochirurgiczne sterylne, ze 100 % sprasowanej bawełny?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 192. Pakiet 292 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 200 szt. Watek tj. 20 blisterów po 10 sztuk każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania zbiorczego – 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 193. Pakiet 292 Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary:

Poz. 1- 12 x 12 mm
 Poz.2 – 12 x 75 mm
 Poz. 3 – 20 x 70 mm?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 292 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Watki neurochirurgiczne sterylne, wykonane ze 100% 6-cio warstwowej bawełny, zawierające znacznik RTG w postaci linii. Tampon zaopatrzony w nitkę przywiązaną do watki. Tampon niestrzępiocy się, miękki, plastyczny z doskonałą absorpcją. (zdolność wchłaniania dziesięciokrotności swojej własnej wagi) Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitki przed splątaniem. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 300 szt. watek, tj. 30 blisterów po 10 szt każdy. Rozm. 15 mm x 15 mm lub 12 mm x 12 mm	op	40
2.	Watki neurochirurgiczne sterylne, wykonane ze 100% 6-cio warstwowej bawełny, zawierające znacznik RTG w postaci linii. Tampon zaopatrzony w nitkę przywiązaną do watki. Tampon niestrzępiocy się, miękki, plastyczny z doskonałą absorpcją. (zdolność wchłaniania dziesięciokrotności swojej własnej wagi) Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitki przed splątaniem. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 300 szt. watek, tj. 30 blisterów po 10 szt każdy. Rozm. 15 mm x 75 mm lub 12 mm x 75 mm	op	25
3.	Watki neurochirurgiczne sterylne, wykonane ze 100% 6-cio warstwowej bawełny, zawierające znacznik RTG w postaci linii. Tampon zaopatrzony w nitkę przywiązaną do watki. Tampon niestrzępiocy się, miękki, plastyczny z doskonałą absorpcją. (zdolność wchłaniania dziesięciokrotności swojej własnej wagi) Watki pakowane w sposób umożliwiający sterylną aplikację, posiadające zabezpieczenie nitki przed splątaniem. Sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 300 szt. watek, tj. 30 blisterów po 10 szt każdy. Rozm. 20 mm x 60 mm lub 20 mm x 70 mm	op	25

Pytanie 194. Pakiet 320 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS tj. SMMMS?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 195. Pakiet 319 Czy Zamawiający dopuści min. 3 naklejki służące do wklejania dokumentacji medycznej?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 319 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Fartuch operacyjny, chirurgiczny, jednorazowy, jałowy wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tylne części fartuchazachodzące na siebie, u góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, sposób założenia fartucha zapewnia zachowanie sterylności z przodu i z tyłu, gramatura min. 35 g/m ² , odporność na penetrację płynów ≥ 35 H ₂ O, odporność na rozzerwanie na sucho ≥ 80 kPa, wytrzymałość na mokrą ≥ 80 N. Opakowanie papier - folia, posiadające min. 3 naklejki, służące do wklejania do dokumentacji medycznej. Rozmiar: M, XL, XXL.	szt.	25 000
----	--	------	--------

Pytanie 196. Pakiet 320 Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie na rękawach i w części przedniej fartucha przymocowane wzdłuż i poprzek na całej swojej długości i szerokości od wewnątrz?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 197. Pakiet 320 Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na rozciąganie na mokrą min. 31N?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 198. Do umowy Czy Zamawiający zmieni zapisy umowy § 7

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1. w wysokości 1% wartości netto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 1% ich wartości netto.

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 199. Czy w zadaniu nr 57, poz. 1 Zamawiający dopuści Zamknięty system do odsysania dla dorosłych 72h, kateter długości 54 cm – standardowa długość stosowana przez większość światowych producentów, w żaden sposób nie ograniczająca wykonania procedury lub zawężenia grona pacjentów, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 57 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zamknięty system do odsysania dla dorosłych 72h, posiadający dodatkowy zawór odcinający, dzięki niemu można odizolować komorę irygatora w celu uzyskania lepszego czyszczenia cewnika. Rozmiar 14F kateter długość 54-60 cm do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych.	zestaw	500
----	---	--------	-----

Pytanie 200. **Dot. pakietu 151:** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą wzmocnioną 170 cm x 200 cm (wymagana 175-180 x 180-200 cm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 151 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw uniwersalny 2 warstwowy ze wzmocnieniem. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier folia, oznaczony z metryczkami. Zestaw musi zawierać min.: 1) taśmę operacyjną 9-10x50cm; 2) serwetę na stół Mayo (wzmocnioną) 78-80x145cm; 3) 2 x serwetki operacyjne wzmocnione lub padem chłonnym 75x90cm 4) serwetę operacyjną wzmocnioną lub z padem chłonnym 170-200x180-200cm; 5) serwetę operacyjną wzmocnioną lub z padem chłonnym 150x240-250cm; 6) serwetę na stolik narzędziowy 140-150x190cm - wzmocniona. Gramatura min. 109 g/m ² w strefie krytycznej. Serwetki bez zawartości włókien celulozy.	zestaw	3 000
----	---	--------	-------

Pytanie 201. **Dot. pakietu 152:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji laparoskopowych z obłożeniem pacjenta w rozmiarze 320 cm x 180 cm z otworem 30 cm x 25 cm z przylepcem (wymagane min. 260 x 320 cm lub 175 / 250 x 325 cm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 202. **Dot. pakietu 153:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii z serwetą ginekologiczną 75x180 cm z otworem 10x20 cm oraz dodatkowo z 2 serwetkami? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 153 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1	Zestaw do cystoskopii min. 2 warstwowy. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Pakiet musi mieć min.: 1) pokrowce na kończyny 60 x 110-115 cm; 2) serwetę ginekologiczną 75x 175cm z otworem na krocze 9 cm x 15-17 cm; 3) serwetę na stolik instrumentariuszki 150 x 70-190 cm. Tolerancja wymiarów elementów obłożenia +/- 25%	zestaw	900
---	--	--------	-----

Pytanie 203. **Dot. pakietu 159:** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą Mayo 145x80 cm z wzmocnieniem 76x85cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 159 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do artroskopii kolana. W skład zestawu wchodzi min.: 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm wzmocniona w całości lub ze wzmocnieniem 76x85cm; 2 taśmy op. 9 x 50cm; 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm; 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny. Laminat dwuwarstwowy foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Na opakowaniu dwie odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Tolerancja wymiarów poszczególnych elementów obłożenia +/-20%.	zestaw	600
----	---	--------	-----

Pytanie 204. **Dot. pakietu 158:** Czy Zamawiający dopuści zestaw z:
- 1 serweta samoprzylepna 260x230 cm z wycięciem 100x20 cm (wymagane: serweta samoprzylepna z wycięciem 10x 100 cm lub z wycięciem U (6,5x95cm) 200 cm x 260 cm),
- 2 taśmy samoprzylepne 9x50 cm (wymagane: 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm),
- 1 serweta samoprzylepna 240x150 cm (wymagane: 1 serweta samoprzylepna 170cm x 300 cm lub anestetyczna 225x270 cm)
oraz z dodatkowo z 4 serwetkami?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 205. **Dot. pakietu 161:** Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206. **Dot. pakietu 168:** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 80x45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 168 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Ostona na kończynę 38-41x80cm, jałowa, wykonana z laminatu dwuwarstwowego. W zestawie powinna być taśma lepna. Zestaw z metryczką. Tolerancja wymiarów +/-10%	szt	300
----	---	-----	-----

Pytanie 207. **Dot. pakietu 170:** Czy Zamawiający poprzez obwód klatki piersiowej ma na myśli szerokość koszuli operacyjnej?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 208. **Dot. pakietu 173:** Czy Zamawiający dopuści gazę: **Poz. 1:** 1/2m2 **Poz. 2:** 1m2 ?
Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 173 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1/2 m2	szt.	600
2.	Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1 m2	szt.	15 000

Pytanie 209. **Dot. pakietu 193:** Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 160-210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 210. **Dot. pakietu 198:** Czy Zamawiający oczekuje kompresów gazowych niejałowych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 211. **Dot. pakietu 216:** Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 212. **Dot. pakietu 243:** Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną po 70 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 213. **Dot. pakietu 307:** Czy Zamawiający dopuści neurokompres w rozmiarze 10x100mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 214. **Dot. pakietu 307:** Czy Zamawiający dopuści neurokompres w rozmiarze 15x100mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 215. Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6, ust. 3., pkt c) na następujący: „strony dokonują waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że suma wskaźników wzrostu cen towarów i usług wynikających z komunikatów Prezesa GUS za dwa kolejne kwartały obowiązywania umowy przekroczy 3% w każdym kwartale;”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 6%.

Pytanie 216. Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7, ust. 1., pkt 1.1. na następujący: „w wysokości 1,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 217.** Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na filtr elektrostatyczny z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci:
- Zakres oddechowy 150-1500 ml
 - Port do monitorowania gazów
 - Skuteczność filtracji p/bakteryjna min. 99.9999%, p/wirusowa min. 99.999%
 - Skuteczność nawilżania 37,3 mg H₂O/l przy Vt=500,
 - Przestrzeń martwa 53 ml,
 - Waga 26,2 g?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 218.** Pakiet 23, poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o wydajności nawilżania 30 g H₂O/l przy Vt=500?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 219.** Pakiet 62, poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na obwód mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 62 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Obwód oddechowy (aparat do znieczuleń). Rozciągliwy 180 cm + dodatkowo rura 90 -120 cm + worek 2 litrowy sterylny/ mikrobiologicznie czysty	szt.	220
----	---	------	-----

- Pytanie 220.** Pakiet 62, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga worka oddechowego bezlateksowego?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 221.** Pytanie dot. pakietu nr 129: Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do opisanych w SWZ; Ad. 3

Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-tępe, odgięte, dł. 165 mm



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 222.** Pytanie dot. pakietu nr 103 Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do opisanych w SWZ;

Ad. 1 Kołnierz miękki typu SCHANTZA, obwód szyi: 30-35 cm.

Ad. 2 Kołnierz miękki typu SCHANTZA, obwód szyi: 36-41 cm.

Ad. 3 Kołnierz miękki typu SCHANTZA, obwód szyi: 42-47 cm.



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 223.** Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 224. Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 225. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:
-§ 7 1.1. w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 1% ich wartości brutto?

Wskazana kara jest rażąco wysoka.

-§ 7 1.2. w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 1% ich wartości brutto?

-§ 7 1.4. w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 226. Dotyczy pakietu 150, poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby ustnik był produktem sterylnym?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 227. Dotyczy pakietu 150, poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby każdy ustnik posiadał foliowe opakowanie wraz z etykietą, na której umieszczone są dane potrzebne do bezpiecznego użytkowania produktu, tj. polskie napisy, data przydatności, informacja o braku możliwości ponownego użycia oraz dwie samoklejące etykiety, które można wkleić do dokumentacji?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 228. Dotyczy pakietu 150, poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby ustnik wyposażony był w elastyczną opaskę, wykonaną z tkaniny, która posiada możliwość regulacji?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 229. Dotyczy pakietu 150, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej szczoteczki czyszczącej do kanałów roboczych endoskopu, dwustronna, średnica włosa 5mm, długość całkowita szczoteczki 230 cm, średnica cewnika 1.7 mm? Szczoteczka przeznaczona jest do kanału o średnicy 2.8 mm – 4.2 mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 230. Dotyczy pakietu 249- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie farmaceutycznego smaru w sprayu na bazie oleju farmaceutycznego stosowanego do narzędzi chirurgicznych, zgodnie z wymogami Komisji Farmakopei Europejskiej. Produkt nadaje się do stosowania na złączach przegubowych narzędzi chirurgicznych jak również do nakładania na zatrzaski kontenerów, które zapewnia długotrwałe działanie. Preparat zapobiega korozji i tarcu, nie koliduje z kolejnymi etapami sterylizacji. Nie zawiera freonu – przyjazny dla środowiska. Produkt jest kompatybilny z następującymi materiałami : stal nierdzewna, tytan, anodowe aluminium, gumy i tworzywa sztuczne, PVC, PPE, PE-HD, polisulfony i EPDM oraz poliwęglany. Każda butelka jest wyposażona w rurkę przedłużająca oprysk, co zapewnia skuteczną i dokładniejszą aplikację. Produkt medyczny.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 231. Dotyczy pakietu nr 240 Poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po: 126 arkuszy/op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 232. Dotyczy pakietu nr 240 Poz. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po: 252 arkusze/op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 233. Dotyczy pakietu nr 240 Poz. 5 i 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po: 252 arkusze/op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 234. Dotyczy pakietu nr 240 Poz.7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po: 750 arkuszy/op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 235. Dotyczy pakietu nr 241 poz. 1-8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego o gramaturze 60g/m² i folii 8 warstwowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 241 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 75 mm x 200 m	opak	10
2.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 200-210 mm x 200 m	opak	50
3.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 250 mm x 200 m	opak	30
4.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 300 mm x 200 m	opak	40
5.	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szerokość 120 mm x 200 m	opak	40
6.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 350- 380 mm x 200 m	opak	30
7.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 400-420 mm x 200 m	opak	20
8.	Rękaw papierowo - foliowy - płaski, szerokość 150 mm x 200 m	opak	50

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia - opakowania do sterylizacji parowej:

- posiadał min.5 warstw folii nie licząc warstwy kleju,
- o gramaturze papieru 60-70 g/m²,
- nie rozklejał się,
- posiadał jednoznacznie oznaczone wskaźniki sterylizacji parą wodną, EO i FO poza obszarem wypełnienia,
- posiadał termozgrzewy wielokanałowe,
- na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 muszą znajdować się informację w języku polskim, o kierunku otwierania rękawa nr LOT, nazwie producenta, rozmiarze rękawa,

Pytanie 236. Dotyczy pakietu nr 242 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane testy były samoklejące?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 237. Dotyczy pakietu nr 243 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny pakowane po 200 szt/op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę włókniny pakowane po 200 szt/op. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaoferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 238. Dotyczy pakietu nr 244 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa typu Ultra polyolefinowo- foliowego?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 239. Dotyczy pakietu nr 256 Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 240. Dotyczy pakietu nr 257 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę testów po 100 szt.. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaoferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 241. Dot. Pakietu 122, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 122 w pozycji nr 1 pętli tnącej bipolarnej 24/26 Fr. do resektoskopu bipolarnego Karl Storz o średnicy drutu tnącego 0,3 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 122 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pętla wielorazowa tnąca bipolarna 24/26 Fr do resektoskopu bipolarnego Storz	szt.	12
2.	Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, bipolarna lub bipolarna enukleacyjna 24/26 FR do resektoskopu bipolarnego Storz	szt.	12

Pytanie 242. Dot. Pakietu 122, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 122 w pozycji nr 2 elektrody bipolarnej enukleacyjnej 24/26 Fr. do resektoskopu bipolarnego Karl Storz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 122 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pętla wielorazowa tnąca bipolarna 24/26 Fr do resektoskopu bipolarnego Storz	szt.	12
2.	Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, bipolarna lub bipolarna enukleacyjna 24/26 FR do resektoskopu bipolarnego Storz	szt.	12

Pytanie 243. Dot. Pakietu 120, pkt 1 – Z uwagi na fakt, że oferowane w pakiecie 120 poz. 1 pętli pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk pętli), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 42 sztuk pętli tj. 7 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę pętli pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze – 42 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 244. Dot. Pakietu 120 poz. 1 i 2 – Z uwagi na fakt, że oferowane w pakiecie nr 120 poz. 1 i 2 pętli pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze zawierające 6 sztuk pętli, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w formularzu asortymentowo – cenowym Załącznik nr 2 do SWZ jednostki miary ze sztuk na opakowania co po przeliczeniu da dla pozycji nr 1: 7 opakowań, dla pozycji nr 2: 5 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 245. Dot. Pakietu 121, poz. 1 i 2 – Z uwagi na fakt, że oferowane w pakiecie 121 poz. 1 i 2 pętli pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk pętli), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 24 sztuk pętli tj. 4 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 246. Dot. Pakietu 121 poz. 1 i 2 – Z uwagi na fakt, że oferowane w pakiecie nr 121 poz. 1 i 2 pętli pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze zawierające 6 sztuk pętli, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w formularzu asortymentowo – cenowym Załącznik nr 2 do SWZ jednostki miary ze sztuk na opakowania co po przeliczeniu da 4 opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 247. Dot. Pakietu 122 poz. 1 i 2 – Z uwagi na fakt, że oferowane w pakiecie nr 122 poz. 1 i 2 pętli i elektrody pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze zawierające 6 sztuk pętli, elektrod czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w formularzu asortymentowo – cenowym Załącznik nr 2 do SWZ jednostki miary ze sztuk na opakowania co po przeliczeniu da 2 opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 248. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 120, 121, 122 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do-stawy do 7 dni od dnia złożenia zamówienia dla pakietu nr 120, 121, 122?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 249.** Czy w związku z tym, że oferowane w pakiecie 120, 121, 122 pętle i elektrody są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze (po 6 szt. w opakowaniu), Zamawiający potwierdzi, że będzie składał zamówienia na pełne opakowania pętli i elektrod?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
- Pytanie 250.** Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 1 pkt.1.1 do 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia? Obecna wysokość kary jest wygórowania, nieadekwatna do ewentualnych uchybień.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 251.** Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 1 pkt.1.2 do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy? Obecna wysokość kary jest wygórowania, nieadekwatna do ewentualnych uchybień.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 252.** Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 1 pkt.1.3 do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 253.** Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 2 do 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 254.** Pakiet 2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 255.** Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 256.** Pakiet 2 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 257.** Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 258.** Pakiet 2 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-fo lia?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 259.** Pakiet 3 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zacze p na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –fo lia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 260.** Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zacze pem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?


Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 261.** Pakiet 3 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 262.** Pakiet 3 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 263.** Pakiet 3 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 264.** Pakiet 4, poz.2 Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 265.** Pakiet 4, poz.2 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy/producenta co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 266.** Pakiet 4, poz.2 Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 267.** Pakiet 4, poz.2 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 268.** Pakiet 65, poz. 1-4 Czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 269.** Pakiet 65, poz. 1-4 Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 270.** Pakiet 66, poz. 1,5, Czy zamawiający wydzieli poz.1,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 271.** Pakiet 139, poz. 3 Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba

oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 272.** Pakiet 196, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 273.** Pakiet 200,poz.1-4 Czy zamawiający wymaga wyceny za 1 opakowanie zawierające 10 mb siatki w stanie spoczynku?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 274.** Pakiet 201 Czy zamawiający dopuści serwetę pakowaną indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 275.** Pakiet 216 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 276.** Pakiet 217 Czy zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 25 g/m2?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 277.** Pakiet 218 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 278.** Pakiet 218 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 279.** Pakiet 218 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 280.** Pakiet 218 Czy dopuści perforację co 38 cm lub co 34 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 281.** Pakiet 218 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 282.** Pakiet 219 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 39 cm x 50 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- Pytanie 283.** Pakiet 219 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 284.** **Dotyczy zadania 154** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów do ginekologii o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo


- 1 x **główna serweta** 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem,
- 1 x nieprzylepna **serweta pod pośladki** 75x90cm,
- 1 x włókninowa **taśma samoprzylepna** 9x50cm,
- 1 x **ręcznik celulozowy** 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą wskaźnik sterylizacji oraz 2 naklejki transferowe typu TAG.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 285.

Dotyczy zadania 156 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów do operacji żyłaków o składzie i parametrach jak poniżej:




- 1 x **osłona na stół Mayo** 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** 180x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
 - 1 x **serweta przylepna** 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90cm
 - 1 x włókninowa **taśma samoprzylepna** 9x50cm,
 - 1 x dwukomorowa foliowa, przylepna **kieszka na narzędzia** 30x40cm,
 - 2 x **ręczniki celulozowe** wmacniane syntetyczną nitką 30x40cm

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą wskaźnik sterylizacji oraz 2 naklejki transferowe typu TAG. Gramatura w miejscach krytycznych 132 g/m²

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 286. Dotyczy zadania 157 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów do operacji urologicznych o składzie i parametrach jak poniżej:




- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** o minimalnych wymiarach 200/260x185cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
- 1 x włókninowa **taśma samoprzylepna** 9x50cm
- 2 x **ręczniki celulozowe** wzmocnione syntetyczną nitką 30x40cm

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą wskaźnik sterylizacji oraz 2 naklejki transferowe typu TAG.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 287. Dotyczy zadania 158 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów do operacji stawu biodrowego o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x **osłona na stół Mayo** 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 x **nieprzylepna serweta** 150x150cm,
- 1 x **nieprzylepna serweta** 75x90cm,
- 1 x **serweta przylepna** 180x300cm, przylepiec na dłuższym boku
- 1 x włókninowa **osłona na kończynę** 35x120cm,
- 2 x włókninowe **taśmy samoprzylepne** 9x50cm,
- 4 x **ręczniki celulozowe** wzmacniane nitką 30x40cm

Zestaw zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą wskaźnik sterylizacji oraz 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin

przydatności, datę produkcji. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet. 3 warstwowy w obszarze krytycznym a w pozostałym 2 warstwowy, foliowany, o dużej odporności na przenikanie cieczy.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 288. **Dotyczy zadania 236:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o minimalnie mniejszej grubości na palcu równej 0.10 +/- 0.01 mm mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 289. Dotyczy zadania 237: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic z mankietem rolowanym z taśmą adhezyjną, zewnętrznie gładkich wykończonych mikroteksturą, silikonowanych oraz wewnętrznie pokrytych polimerem (poliuretanem) i silikonowanych. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 290. Dotyczy zadania 319: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów posiadających 2 naklejki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 291. Dotyczy zadania 320: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMMS posiadających dodatkowe wzmocnienia z laminatu PP+PE mocowane wewnętrznie obwodowo na przedniej części fartucha w ¾ rękawów – wysoko ponad łokieć. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 292. Dotyczy Pakiet nr 242, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań po 250 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaoferowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 293. Dotyczy Pakiet nr 254, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarny?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 294. Dotyczy Pakiet nr 255, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 295. Dotyczy Pakiet nr 257, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 296. Dotyczy Pakiet nr 258, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 297. Czy zamawiający w pakiecie 68 dopuści cewniki centralne Arrow wg. następującego opisu :

- pozycja 1 cewnik centralny 7F 2x18,14 Gadł. 16 cm i 20 cm. Włókna centralne poliuretanowe , prowadnica stalowa w J Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami, strzykawka 5ml, rozszerzadło, igła typu punkcyjna 18Ga6,35 cm , ruchome skrzydełko mocujące , sterylne .
- pozycja 2 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera; z cewnikiem czterokanałowy , śr. 8,5 F dł. 20 cm, lub 16cm, z powłoką antybakteryjną chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra światło kanałów 16G/14G/18G/18 ga z prowadnicą stalowa pamięcią kształtu. Dodatkowe elementy , strzykawka 5 ml , igła punkcyjna 18Ga/6,35cm , bezigłowe porty do zabezpieczenia każdego kanału, ruchome skrzydełko mocujące, rozszerzadło.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 298. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści przyrząd o następujących parametrach: Bezpieczny przyrząd do infuzji posiadający filtr Air Stop zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej, filtr płynu do 15µm, filtr powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, komora kroplowa bez PCV, kropłomierz komory 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, igła biorcza o satynowej powierzchni, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec i dren. Odpowiedni do infuzji grawitacyjnej i ciśnieniowej do 2 bar. Dren dł. 180 cm. z łącznikiem obrotowym LL i filtrem zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu na końcu drenu. Objętość wypełnienia 6,46 ml/m. Przyrząd nie zawiera ftalanów. Opakowanie papier-folia z opaską stabilizującą dren. Sterylny.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 299. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści przyrząd bez nazwy producenta na aparacie?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 300. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 301. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 65 poz. 1 dopuści rozszerzenie do 2,5ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 302. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 65 poz. 3 dopuści rozszerzenie do 11ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 303. **Dotyczy Pakiet 23:** Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem hydrofobowym, zakres objętości oddechowej min. VT 200ml, port do monitorowania gazów anestezjologicznych, skuteczność filtracji względem bakterii min. 99,999%, przestrzeń martwa filtru 63ml, waga filtra 30g?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 304. **Pakiet 29:** Czy Zamawiający dopuści maskę twarzą, jednorazową, anestetyczną, bez lateksu i ftalanów. Dobrze przylegająca. Maskę jest wykonana z dwóch różnych typów materiału. Odpowiednio sztywna kopuła posiada krystalicznie przezroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Kołnierz jest wykonany z termoplastycznego konglomeratu tworzyw sztucznych, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu. Mankiet uszczelniający jest kodowany kolorem, co ułatwia rozpoznanie rozmiaru maski. Jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, średnica 22F, opakowanie typu folia-folia zawiera medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie, na ulotce nadrukowano nazwę i adres producenta, piktogramowy sposób aplikacji maski, kod kreskowy, symbol CE, symbol jednorazowego zastosowania, numer REF, LOT, datę produkcji, datę ważności. Rozmiar 3,4,5?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 305. **Pakiet 44:** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowy z zewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do respiratora ParaPac Plus model P31NPL?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 306. **Pakiet 46:** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy (aparat do znieczuleń), rozciągliwy do 200cm + dodatkowo rura do 150 cm + worek 2 litrowy, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 307. **Pakiet 57:** Czy Zamawiający dopuści Prosimy zamknięty system do odsysania dla dorosłych 72h, posiadający dodatkowy zawór odcinający, izolujący komorę irygatora w celu uzyskania lepszego czyszczenia cewnika. Rozmiar 14F kateter długość 54 cm do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 57 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zamknięty system do odsysania dla dorosłych 72h, posiadający dodatkowy zawór odcinający, dzięki niemu można odizolować komorę irygatora w celu uzyskania lepszego czyszczenia cewnika. Rozmiar 14F kateter długość 54-60 cm do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych.	zestaw	500
----	---	--------	-----

Pytanie 308. **Pakiet 62:** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy (aparat do znieczuleń), rozciągliwy do 200cm + dodatkowo rura do 150 cm + worek 2 litrowy, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 309. Pakiet 64: Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 opakowania zawierające szczoteczkę do zębów ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosa i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), szaszkę z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku oraz kieliszek do dozowania płynu, 4 opakowania zawierające aplikator czyszcząco-ssący, ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (główna aplikatora zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia, a jej unikatowa konstrukcja ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej), szaszkę z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu. Zestaw z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię? 3014000

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 310. Pakiet 104: Czy Zamawiający dopuści nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora 0-360 stopni, skalowany z podziałką 2ml, z łącznikiem T. MMD 3,3 µm. W zestawie nebulizator, łącznik T i dren 180cm oraz przestrzeń martwa 17 cm . Czysty biologicznie?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 311. Dotyczy Pakiet 50: W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO₂ nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 312. Dotyczy Pakiet 50: Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 313. Dotyczy Pakiet 55: Czy Zamawiający oczekuje czujnik przepływu dla dorosłych do respiratorów Bellavista jednorazowy czy wielorazowy?

Odpowiedź: Tak, jednorazowy. Pakiet nr 55 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Czujnik przepływu dla dorosłych do respiratorów Bellavista, jednorazowy	szt	90
----	---	-----	----

Pytanie 314. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów § 7 na następujące:

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:

1.1. w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 0,5% ich wartości brutto.

1.2. w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 0,5% ich wartości brutto;

1.3. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej całości umowy lub odpowiednio w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy;

1.4. w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 315. Pakiet nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil Point?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 316. Pakiet nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę 26G z prowadnicą 20G x 38mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 317. Pakiet nr 10, pozycja 2, 3: Czy Zamawiający dopuści igłę z lejkiem posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 318. Pakiet nr 10, pozycja 2, 3: Czy Zamawiający dopuści igłę nie posiadającą 4 okienek z uchwytem?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 319. Pakiet nr 10, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4-0,5 x 120mm – rozmiar 25G-27G oraz 0,4 x 88mm – rozmiar 27G?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 320. Pakiet nr 11, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 321. Pakiet nr 12, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 88mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 322. Pakiet nr 13, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę z lejkiem posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 323. Pakiet nr 13, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igłę nie posiadającą 4 okienek z uchwytem?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 324. Pakiet nr 16, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 325. Pakiet nr 20, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarach 2,5-10,0?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 326. Pakiet nr 21, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości bez rzepów 47cm i szerokości 3,5cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 327. Pakiet nr 21, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości bez rzepów 32,3cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 328. Pakiet nr 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 329. Pakiet nr 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania 30mg przy Vt500ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 330. **Pakiet nr 23, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści filtr o utracie wilgoci min. 12,8mg przy Vt500ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 331. **Pakiet nr 24, pozycja 1, 2:** Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty łącznik?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 332. Pakiet nr 24, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 5-8-5?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 333. Pakiet nr 24, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 8-10-8?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 334. Pakiet nr 25, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze Ch21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 25 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jałowa końcówka do odssysania pola operacyjnego, perforowana, sztywna, zagięta typu Yankauer z kontrolą siły ssania rozmiar CH 22 lub CH21	szt	1 200
2.	Jałowa końcówka do odssysania pola operacyjnego, perforowana, sztywna, zagięta typu Yankauer z kontrolą siły ssania rozmiar CH 24	szt.	600

Pytanie 335. Pakiet nr 25, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze Ch28?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 336. Pakiet nr 28, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z 2 elementów trwale ze sobą połączonych?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 337. Pakiet nr 29, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 338. **Pakiet nr 31, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,0mm dla rurek 5,5-6,5mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 339. Pakiet nr 31, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,7mm o długości 340mm dla rurek 5,5-10,0mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 340. Pakiet nr 57, pozycja 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dodatkowego zaworu odcinającego?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 341. Pakiet nr 62, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą 1,2m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 62 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Obwód oddechowy (aparat do znieczuleń). Rozciągliwy 180 cm + dodatkowo rura 90 -120 cm + worek 2 litrowy sterylny/ mikrobiologicznie czysty	szt.	220
----	---	------	-----

Pytanie 342. **Pakiet nr 64, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:

- Dwa osobne opakowania każde zawierające:
 - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° i gładką gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu
 - Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących w saszetce, 10ml
 - Aplikator gąbkowy
 - Żel nawilżający, 3ml
- Cztery osobne opakowania każde zawierające:

- Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° oraz z zagiętą końcówką
- Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących w szaszetce, 10ml
- Aplikator gąbkowy
- Żel nawilżający, 3ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Opisany zestaw do toalety jamy ustnej jest z powodzeniem stosowany aktualnie w Państwa placówce. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 343. **Pakiet nr 70, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 8x5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 70 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jałowy dren do odsysania z łącznikiem regulującym moc ssania, 8x5-5,6 dł. 3m.	szt.	3 000
2.	Jałowy dren do odsysania z łącznikiem regulującym moc ssania, 9-10x6,6-7 dł.3m.	szt.	3 200

Pytanie 344. **Pakiet nr 70, pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 10x7mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 70 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jałowy dren do odsysania z łącznikiem regulującym moc ssania, 8x5-5,6 dł. 3m.	szt.	3 000
2.	Jałowy dren do odsysania z łącznikiem regulującym moc ssania, 9-10x6,6-7 dł.3m.	szt.	3 200

Pytanie 345. **Pakiet nr 74, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarach Ch8-Ch24?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 346. **Pakiet nr 103, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kołnierza przeznaczonego dla dzieci o 3-stopniowej regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 347. **Pakiet nr 103, pozycja 2-3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kołnierza przeznaczonego dla dorosłych o 16-stopniowej regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 348. **Pakiet nr 104, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści nebulizator z MMAD 2,0-2,2µm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 349. **Pakiet nr 104, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą o długości 15cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 350. **Pakiet nr 104, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 351. **Pakiet nr 127, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści mankiet infuzyjny w całości nieprzezroczysty, z wyłączeniem kieszeni, która jest przezroczysta w celu obserwacji worka z płynem?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 352. **Pakiet nr 127, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści mankiet infuzyjny z manometrem umieszczonym w dolnej części o zakresie 0-300mmHg?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 353. **Pakiet nr 226, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści myjkę w kształcie prostokątnej rękawicy?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 354. **Pakiet nr 287, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 355. Pakiet nr 306, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek do dwutygodniowej zbiórki moczu ze skalowanym workiem co 25ml do 100ml i co 100ml od 100ml do 2000ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 306 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Worek do dwutygodniowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek i drenem (worek dobowej zbiórki w systemie zamkniętym) wyposażony z zintegrowanym wieszakiem kompatybilnym z kwadratowymi i okrągłymi ramami łóżek.Czytelna i łatwa do odczytu skala worka z podziałką co 25ml do 100ml i co 100ml do 2000ml Biała tylna sciana ułatwiająca wizualizację moczu. Sterylny.Wyposażony w bezzwrotną antyrefluk.zastawkę .Szczelny zawór spustowy. Dren ok 1,2m.	szt.	800
----	---	------	-----

Pytanie 356. Zamawiający określa w Pakiecie 261 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami SWZ. Zamawiający wskazał nazwy glukometrów, które posiada, aby Wykonawcy wiedzieli jakie zaoferować paski. Zamawiający przedmiot zamówienia opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nie wskazanie nazw posiadanych glukometrów powodowałoby, że Wykonawcy nie wiedzieliby jakie paski zaoferować i byłoby sprzeczne z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 357. Czy Zamawiający, dopuści w Pakiecie 261 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 358. Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poniższe parametry:

- Utrata wilgoci 6.7mg H2O/L powietrza przy VT 500ml
- 6.6mg H2O/L powietrza przy VT 1000ml
- Wychucie wilgoci 30mg H2O/L powietrza przy VT 500ml
- 31mg H2O/L powietrza przy VT 1000m

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 359. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 132 punkt 1 jednorazowe kleszce biopsyjne z igłą gastrokopowe 2,2 lub 2,4mm/160?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 132 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowe kleszce biopsyjne z igłą gastrokopowe 2,2-2,4mm/ 160cm	szt.	300
2.	Jednorazowe kleszce biopsyjne z igłą gastro/kolonoskopowe 2,2-2,4mm / 230-240cm	szt.	400
3.	Jednorazowe kleszce biopsyjne z igłą kolonoskopowe typu Jumbo 2,8-3,0mm / 230-240cm	szt.	300

Pytanie 360. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 132 punkt 2 jednorazowe kleszce biopsyjne z igłą gastro/kolonoskopowe 2,2 lub 2,4mm/240?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 132 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą gastroscopowe 2,2-2,4mm/ 160cm	szt.	300
2.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą gastro/kolonoskopowe 2,2-2,4mm / 230-240cm	szt.	400
3.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą kolonoskopowe typu Jumbo 2,8-3,0mm / 230-240cm	szt.	300

Pytanie 361. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 132 punkt 3 jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą kolonoskopowe typu Jumbo 2,8mm/240?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 132 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą gastroscopowe 2,2-2,4mm/ 160cm	szt.	300
2.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą gastro/kolonoskopowe 2,2-2,4mm / 230-240cm	szt.	400
3.	Jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą kolonoskopowe typu Jumbo 2,8-3,0mm / 230-240cm	szt.	300

Pytanie 362. Dotyczy: § 7 ust. 1 pkt 1 - Prosimy o zmniejszenie kary do 2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 363. Dotyczy: § 7 ust. 1 pkt 2 - Prosimy o zmniejszenie kary do 2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 364. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 365. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 366. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 367. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 368. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 369. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 370. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 371. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 372. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z jednolitą komorą kropłową w części przezroczystej, pozbawioną kolorowych elementów utrudniających obserwację poziomu „jeziorka”?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 373. **Pakiet nr 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 374. **Pakiet nr 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na kompatybilność poliuretanu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 375. **Pakiet nr 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule w poniższych rozmiarach i przepływach?

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4 "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 376. **Pakiet nr 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę o a`50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaofertowanego opakowania i ilość opakowań.

Pytanie 377. **Pakiet nr 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 378. **Pakiet nr 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 379. **Pakiet nr 10, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20Gx34mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 380. **Pakiet nr 10, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 90mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 381. **Pakiet nr 10, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 27G x 90mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 382. **Pakiet nr 11, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G x 120mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 383. Pakiet nr 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G x 90mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 384. Pakiet nr 21, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opaskę dla dzieci o wymiarach dł. 25 cm, szer 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 21 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki tracheostomijnej dla dorosłych. Wykonana z delikatnego przyjaznego dla skóry mat. Dł.(bez rzepa) 42cm +/- 1 cm szer. 2,8cm +/- ,5 cm. Pakowany pojedynczo	szt.	60
2.	Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki tracheostomijnej dla dzieci. Wykonana z delikatnego przyjaznego dla skóry mat. Dł.(bez rzepa) 25cm +/- 1 cm szer. 2-2,8cm +/- ,5 cm. Pakowany pojedynczo	szt.	60

Pytanie 385. Pakiet nr 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer w rozmiarze CH21?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 25 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Jałowa końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, sztywna, zagięta typu Yankauer z kontrolą siły ssania rozmiar CH 22 lub CH21	szt.	1 200
2.	Jałowa końcówka do odsysania pola operacyjnego, perforowana, sztywna, zagięta typu Yankauer z kontrolą siły ssania rozmiar CH 24	szt.	600

Pytanie 386. Pakiet nr 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer w rozmiarze CH23?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 387. Pakiet nr 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne pakowane w folię medyczną?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 388. Pakiet nr 33, pozycja 1 - Czy Zamawiający ma na myśli maskę wiązaną na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 33 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Maska chirurgiczna 3-warstwowa z tasiemką/ wiązaną na troki. Opak. 50 szt.	opak.	400
2.	Czepek ju pielęgniarzki typu beret	szt.	16 000
3.	Czepek ju z wkładką przeciwpotną	szt.	16 000
4.	Oślonka USG (prezerwatywa)	szt.	4 000
5.	Kanki doodbytnicze Ch 30 x 400mm	szt.	200
6.	Pojemnik do odsysania ran, jałowy, prosty, poj. 200 ml	szt.	4 500
7.	Pęseta jednorazowa sterylna	szt.	50

Pytanie 389. Pakiet nr 33, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę mocowaną za pomocą gumek?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 390. Pakiet nr 33, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 391. Pakiet nr 33, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`144 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 392. Pakiet nr 56, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę bougie o długości całkowitej 600mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 393. Pakiet nr 56, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę bougie o długości całkowitej 800mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 56 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Prowadnica Bougie do trudnych intubacji. Prowadnica jednorazowa z zaokrągloną końcówką, elastyczna ale nie bardzo giętka, sterylna, pakowana pojedynczo, wyraźne znakowanie prowadnicy. Prowadnica od 5,0 mm, 15 CH, długość 700-800 mm	szt	150
----	---	-----	-----

Pytanie 394. Pakiet nr 61, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości do 40 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 395. Pakiet nr 65, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym białym/ mlecznym tłokiem oraz rozszerzeniem skali nominalnej o 10%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 396. Pakiet nr 65, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 397. Pakiet nr 70, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy dren do odsysania w rozmiarze Ch24 z kontrolą siły ssania?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 398. Pakiet nr 70, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jałowy dren do odsysania w rozmiarze Ch24 z kontrolą siły ssania?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 399. Pakiet nr 73, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach 6,8,10 o długości 40cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 400. Pakiet nr 74, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley bez rozmiaru Ch26?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 401. Pakiet nr 77, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z możliwością utrzymania przez 30dni?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 402. Pakiet nr 80, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton w rozmiarze CH6?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 403. Pakiet nr 83, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu klatki piersiowej bez rozmiaru 26F?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 404. Pakiet nr 99, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operację taktyczną o wielkości po spakowaniu 16x6x4cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 405. Pakiet nr 134, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści matę antypoślizgową o wymiarach 30,5x40,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 134 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Maty na narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku, antypoślizgowa, jałowa, dł. maty 25-28cm x 40cm +/-10%	szt.	100
----	---	------	-----

Pytanie 406. Pakiet nr 148, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o szerokości 5,9mm i wysokości 3,9mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 407. Pakiet nr 148, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o szerokości 7,2mm i wysokości 4,9mm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 408. Pakiet nr 152, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z obłożeniem pacjenta o wymiarach 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 409. Pakiet nr 152, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osobno dołączoną sterylną kieszenią na narzędzia?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.


Pytanie 410. Pakiet nr 153, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu min. 2 warstwowego o powyższych parametrach. Pakiet nr 153 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1	Zestaw do cystoskopii min. 2 warstwowy. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Pakiet musi mieć min.: 1) pokrowce na kończyny 60 x 110-115 cm; 2) serwetę ginekologiczną 75x 175cm z otworem na krocze 9 cm x 15-17 cm; 3) serwetę na stolik instrumentariuszki 150 x 70-190 cm. Tolerancja wymiarów elementów obłożenia +/- 25%	zestaw	900
---	--	--------	-----

Pytanie 411. Pakiet nr 154, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 412. Pakiet nr 155, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną do operacji kończyn o wymiarach 200 cm x 320 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 413. Pakiet nr 156, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 414. Pakiet nr 157, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
 1 x taśma typu rzep 2x22cm
 1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyń, z otworem brzuszny o średnicy 8 cm oraz kroczywym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora, lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości.
 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 415.

Pakiet nr 158, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
 1 x elastyczna osłona na kończyń o wymiarach 35 cm x 120 cm
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?



Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 416.

Pakiet nr 159, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 1 x elastyczna osłona na kończyń o wymiarach 22 cm x 75 cm?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 417.

Pakiet nr 167, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody z perforowaną, zwężaną końcówką?

Odowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 167 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pokrowiec na przewody 15-17 x 240cm. Tolerancja wymiarów +/- 20%. Elastyczna lub perforowana końcówka prosta lub zwężana. Wykonany z folii (polietylenu).	szt	3 500
----	---	-----	-------

Pytanie 418.

Pakiet nr 168, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyń o wymiarach 30 x 80 cm?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 419.

Pakiet nr 171, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze granatowym?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 420.

Pakiet nr 171, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m2?

Odowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 421.

Pakiet nr 173, pozycja 1 – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2 m²?

Odowiedź: Tak. Pakiet nr 173 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1/2 m2	szt.	600
----	--	------	-----

2.	Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1 m2	szt.	15 000
----	--	------	--------

Pytanie 422. **Pakiet nr 173, pozycja 2** – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1 m²?

Odpowiedź: Tak. Pakiet nr 173 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1/2 m2	szt.	600
2.	Gaza opatrunkowa bawełniana wyjałowiona 17- nitkowa 1 m2	szt.	15 000

Pytanie 423. **Pakiet nr 177, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 12 x 29 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 424. **Pakiet nr 186, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 425. **Pakiet nr 186, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a’100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 426. **Pakiet nr 189, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a’25 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 427. **Pakiet nr 191, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a’100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 428. **Pakiet nr 191, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a’50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 429. **Pakiet nr 191, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’30 szt z przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 430. **Pakiet nr 191, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a’30 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 431. **Pakiet nr 191, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a’25 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 432. **Pakiet nr 200, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 1-2,5 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 433. **Pakiet nr 200, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 2,5 – 4,5 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 434. **Pakiet nr 200, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 5-9,5 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 435. Pakiet nr 200, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 8 - 14 cm?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 436. Pakiet nr 201, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a`20 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 437. Pakiet nr 205, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. a`250 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 438. Pakiet nr 205, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 439. Pakiet nr 212, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 8 x 9,3 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. . Pakiet nr 212 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Opatrunek do rurki tracheostomijnej o metalowym potysku , z miękkiej, cienutkiej włókniny o dobrym drenażu pokrytej warstwą aluminiową. Gładka powierzchnia nie przywiera do rany. Warstwa pokryta aluminium nie jest chłonna i jest odporna na wodę, krew i wydzieliny. Rozmiar 8 cm x 9-9,3 cm. Opakowanie 50 szt.	opak.	20
----	--	-------	----

Pytanie 440. Pakiet nr 222, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści nerki z masy papierowej o pojemności 900ml?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 441. Pakiet nr 222, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`300 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 442. Pakiet nr 223, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 443. Pakiet nr 225, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 444. Pakiet nr 226, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 445. Pakiet nr 227, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 446. Pakiet nr 236, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a`200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofertowanej ilości?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 447. Pakiet nr 229, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 448.** **Pakiet nr 229, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`10 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 449.** **Pakiet nr 236, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego załączonym do oferty raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zvalidowaną metodą badawczą?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 450.** **Pakiet nr 237, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające mankiet rolowany, polimerowane obustronnie?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 451.** **Pakiet nr 238, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści rękawice niesterylne w opakowaniu a`100 szt. z przeliczeniem zaofertowanej ilości do 20 opakowań?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 452.** **Pakiet nr 238, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści rękawice bez przeniknięcia po min. 2 godz. dla: 5-Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml, oraz min. 35 minut dla: Carmustyna 3,3 mg/ml?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 453.** **Pakiet nr 238, pozycja 2** -Czy Zamawiający dopuści rękawice bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: 5-Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml, oraz min. 35 minut dla: Carmustyna 3,3 mg/ml?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 454.** **Pakiet nr 238, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści rękawice niesterylne w rozm. S-XL, w opakowaniu a`100 szt. z przeliczeniem zaofertowanej ilości do 1 opakowania?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 455.** **Pakiet nr 262, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley trójdrożne w rozmiarach 16-22?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 456.** **Pakiet nr 267, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści żel do EKG opakowanie 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań 500 ml, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaofertowanego opakowania i ilość opakowań.
- Pytanie 457.** **Pakiet nr 267, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści żel ścierny do holtera 250g?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 458.** **Pakiet nr 267, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści pastę ścierną do holtera 160g?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 459.** **Pakiet nr 267, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści żel do USG, KTG opakowanie 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań 500 ml, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. W formularzu asortymentowo – cenowym proszę podać wielkość zaofertowanego opakowania i ilość opakowań.
- Pytanie 460.** **Pakiet nr 285, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 285 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Torba na wymiociny, pojemność 1500 - 2000 ml	szt.	1 000
----	--	------	-------

- Pytanie 461.** **Pakiet nr 287, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę a`90 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

- Pytanie 462.** **Pakiet nr 309, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje, aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 463.** **Pakiet nr 320, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego włóknina + folia?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 464.** Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2, lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy – Zamawiający ma prawo dokonać zakupu przedmiotu umowy we własnym zakresie u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone wyroby wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 465.** Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt) od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznanej przez Wykonawcę.”
UZASADNIENIE:
Rozpatrzenie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji towaru w ciągu 2 dni roboczych jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 466.** Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt) liczonych od chwili uznania reklamacji za zasadną wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 467.** Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzycelności przysługujących mu względem Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 468.** Dotyczy warunków umowy § 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 469.** Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1, 1.2, 1.3, : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 3% na 1% oraz odpowiednio z 15% na 5%?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 470.** Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.4, : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 200 zł na 50 zł?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 471.** Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub określonej części umowy (pakietu), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, również gdy:”

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 472.** Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne rozszczenia, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 473.** Dot. pakietu nr 131, poz. 2: Z uwagi na wycofanie z produkcji kleszczyków biopsyjnych wielorazowych z igłą, średnica 2,5 mm, długość 180 cm, prosimy o dopuszczenie kleszczyków biopsyjnych wielorazowych z igłą, średnica 2,3 mm, długość 230 cm. Zaproponowane kleszczyki są również kompatybilne z posiadanymi przez Szpital endoskopami.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 474.** Dot. pakietu nr 145: Czy Zamawiający dopuści jako produkt alternatywny używany już wcześniej w Szpitalu zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, dostosowane do endoskopów o dystalnej śr. zewnętrznej 9,5- 11,5 mm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 475.** Dot. pakietu nr 315: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pętli z siateczką, jednorazowych do bezpiecznego wychwytywania polipów i ciał obcych, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach tylko 30x60 mm, dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,3 mm, obrotowa.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 476.** **Pakiet nr 90:** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestaw do szynowania moczowodów o parametrach:
1.kateter typu podwójnie wygięty JJ typ otwarty, otwarty lub otwarty zamknięty wykonany z poliuretanu, skalowany co 5cm, linia pozycjonującą widoczną w RTG rozm 4,8F
średnica pętli pęcherzowej: 2 cm lub 4 cm
odstępny pomiędzy pętlami 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm
2.zacisk
3.popychacz dł. 45cm
4.prowadnik teflonowy z ruchomym rdzeniem, dł. 110cm
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 477.** **Pakiet nr 91:** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestaw do szynowania moczowodów o parametrach:
1.kateter typu podwójnie wygięty JJ typ otwarty/ zamknięty wykonany z poliuretanu, skalowany co 5cm, linia pozycjonująca widoczna w RTG, w rozm 4,8F dł. 26cm i 6F dł. 26cm
średnica pętli pęcherzowej: 2 cm lub 4 cm
odstępny pomiędzy pętlami 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm
2.zacisk
3.popychacz dł. 45cm
4.prowadnik teflonowy z ruchomym rdzeniem, dł. 110cm
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 478.** **Pakiet nr 92:** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewniki moczowodowe proste, skalowane co 5cm, mandryn metalowy, rozm 5F dł. 70cm i 6F dł. 70cm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 479.** **Pakiet nr 94:** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nefrostomii sterylne składający się z:
*kateter typu J z zaciskiem, wykonany z poliuretanu silikonowanego, linia pozycjonującą widoczną w RTG rozm 8F, 9F, 10F,
• rozszerzacz (radiocieniujący, z końcówką atraumatyczną);
• rozszerzacz z koszulką rozrywalną (radiocieniujący, z końcówką atraumatyczną);
• prowadnik;
• strzykawka;
• skalpel;
• kołnierz mocujący;

- opaska zaciskowa.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 480. Pakiet nr 95: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do cystostomii w składzie :

- kateter pigtail wykonany z poliuretanu, rozm 12F, 14F o dł. 45cm
- igła rozrywalna dł. 120mm
- skalpel;
- strzykawka;
- kołnierz mocujący;
- opaska zaciskowa.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 481. Pakiet nr 138 Poz. 2: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do drenażu przezskórnego rozm 9F dł. 26cm z igłą dwuczęściową w rozm 15G x 29cm. Pozostałe parametry wymagane bez zmian.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 482. PAKIET NR 151, PAKIET NR 155-156: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów obłóżeń posiadających gramaturę w części wzmocnionej (krytycznej) min. 104 g/m²?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 483. PAKIET NR 151: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego ze wzmocnieniami o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 200 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 151 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw uniwersalny 2 warstwowy ze wzmocnieniem. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier folia, oznaczony z metryczkami. Zestaw musi zawierać min.: 1) taśmę operacyjną 9-10x50cm; 2) serwetę na stół Mayo (wzmocnioną) 78-80x145cm; 3) 2 x serwety operacyjne wzmocnione lub padem chłonnym 75x90cm 4) serwetę operacyjną wzmocnioną lub z padem chłonnym 170-200x180-200cm; 5) serwetę operacyjną wzmocnioną lub z padem chłonnym 150x240-250cm; 6) serwetę na stolik narzędziowy 140-150x190cm - wzmocniona. Gramatura min. 109 g/m ² w strefie krytycznej. Serwety bez zawartości włókien celulozy.	zestaw	3 000
----	---	--------	-------

Pytanie 484. PAKIET NR 152: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laparoskopowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego, posiadającego w swoim składzie serwetę główną z dodatkowym wzmocnieniem (padem chłonnym) stanowiącym trzecią warstwę i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne	320 x 250/180 cm
1 taśma przylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 485. PAKIET NR 153: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy	150 x 100 cm
1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm)	75 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna	75 x 90 cm
2 osłony na kończyne długie	75 x 140 cm
2 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 153 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1	Zestaw do cystoskopii min. 2 warstwowy. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Pakiet musi mieć min.: 1) pokrowce na kończyny 60 x 110-115 cm; 2) serwetę ginekologiczną 75x 175cm z otworem na krocze 9 cm x 15-17 cm; 3) serwetę na stolik instrumentariuszki 150 x 70-190 cm. Tolerancja wymiarów elementów obłożenia +/- 25%	zestaw	900
---	--	--------	-----

Pytanie 486. PAKIET NR 154: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm)	160/280 x 230 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

LUB

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm)	250/280 x 280 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90 cm
1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu	50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 487. PAKIET NR 155: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego, posiadającego w swoim składzie serwetę główną z dodatkowym wzmocnieniem (padem chłonnym) stanowiącym trzecią warstwę i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) i uchwytem Velcro	320 x 225 cm
1 serweta nieprzylepna	150 x 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 155 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Obłożenie jednorazowe - zestaw do operacji kończyn min. 2 warstwowe. Pakiet opakowany w co najmniej jedną warstwę papier/ folia wyraźnie oznaczony z metryczkami. Pakiet musi mieć min. serwetę na stół Mayo, serwetę na stół do instrumentarium 150 x 190cm, serwetę do operacji kończyn wzmocnioną lub z padem chłonnym 225-230 x 300cm. Wymiary poszczególnych elementów obłożenia +20%. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 68-75 g/m ² .	szt.	500
----	---	------	-----

Pytanie 488. PAKIET NR 156: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego posiadającego w swoim składzie serwetę główną z dodatkowym wzmocnieniem (padem chłonnym) i następującym składzie

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu)	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm
4 ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
1 taśma przylepna	10 x 50 cm
1 serweta extra wzmocniona, U przylepne 15 x 95 cm (pad chłonny z wiskozy)	200 x 260 cm
1 serweta przylepna	250 x 170 cm
1 serweta nieprzylepna	200 x 150 cm
1 osłona krocza przylepna	20 x 37,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 156 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do operacji żyłaków min. 2 - warstwowy ze wzmocnieniem. Skład zestawu co najmniej: 1) serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 75-80 x 145-150 cm, 2) Taśma z przylepcem 9-10 x 45-50 cm, 3) serweta na stół narzędziowy 150 x 190cm, 4) serweta dolna, wzmocniona z wycięciem U 200-230 x 260cm, 5) serweta górna 150-175 x 240 cm, 6) serweta przylepna 75x90 cm. Opakowanie papier-folia, z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji. Gramatura obłożenia w miejscach krytycznych min.109 g/m ² .	zestaw	150
----	---	--------	-----

- Pytanie 489. PAKIET NR 157:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:
- | | |
|---|------------------|
| 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona | 150 x 190 cm |
| 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum | 185 x 200/280 cm |
| 1 taśma samoprzylepna | 10 x 50 cm |
| 4 ręczniki celulozowe | 30 x 33 cm |

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 490. PAKIET NR 158:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego posiadającego w swoim składzie serwety z dodatkowym wzmocnieniem (padem chłonnym) stanowiącym trzecią warstwę o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 x serweta na stół Mayo	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
2 x taśma przylepna	10 x 50 cm
1 x serweta extra wzmocniona, U przylepne (pad z wiskozy)	245 x 280 cm
1 x serweta wzmocniona przylepna z warstwą przylepną	300 x 170 cm
1 x serweta nieprzylepna	90 x 75 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona	190 x 150 cm
1 x osłona na kończynę	35 x 120 cm

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 491. PAKIET NR 159:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta nieprzylepna	150 x 190 cm
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm	320 x 245 cm
1 osłona na kończynę	35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 159 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zestaw do artroskopii kolana. W skład zestawu wchodzi min.: 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm wzmocniona w całości lub ze wzmocnieniem 76x85cm; 2 taśmy op. 9 x 50cm; 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm; 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny. Laminat dwuwarstwowy foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Na opakowaniu dwie odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu. Tolerancja wymiarów poszczególnych elementów obłożenia +/-20%.	zestaw	600
----	---	--------	-----

- Pytanie 492. PAKIET NR 176:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazików do dezynfekcji w rozmiarze 30 x 30 cm/ 30 x 60 cm po rozłożeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 176 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Gazik do dezynfekcji skóry, lekko nasączone alkoholem. Rozmiar 30mm x 30-32,5mm / 30mm x 60-65mm po rozłożeniu. Tolerancja wymiarów + 5%. Opakowanie 100 szt.	opak.	150
----	---	-------	-----

- Pytanie 493. PAKIET NR 182 Poz. nr 1-3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania do 4 min.?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 494. PAKIET NR 182 Poz. nr 1-3** czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych obustronnie pokrytych 90% (+/- 2%) gipsem naturalnym, nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający namaczanie i nakładanie produktu, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. odporne na zwilgocenie?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 495.** **PAKIET NR 188 Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych obustronnie pokrytych 90% (+/- 2%) gipsem naturalnym, nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający namaczanie i nakładanie produktu, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. odporne na zwilgocenie?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 496.** **PAKIET NR 191: Poz. nr 4-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pooperacyjnego w rozmiarze 10 x 8 cm lub 8 x 15 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 497.** **PAKIET NR 199** Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 498.** **PAKIET NR 201** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 4-warstwowej 20-nitkowej z elementem rtg w postaci niebieskiej taśmy radiacyjnej - chipa pvc - wszytego w zwinięty brzeg serwety?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 499.** **PAKIET NR 205 Poz. nr 1-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 20- nitkowej?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 500.** **PAKIET NR 205 Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 20 nitkowej w kształcie kuli w rozmiarze 13 x 13 cm **LUB** tupferów z gazy 24-nitkowej w kształcie fasolki w rozmiarze 12 x 12 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 501.** **PAKIET NR 207 Poz. nr 1-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 502.** **PAKIET NR 207: Poz. nr 2-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 15 cm?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 503.** **PROJEKT UMOWY § 2, ust. 6-** wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:
„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego”
Zgodnie z § 7, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 504.** **PROJEKT UMOWY § 7, ust. 1-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych w następującym zakresie:
- §7 ust. 1, pkt 1.1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia,
- §7 ust. 1, pkt 1.2 do kwoty 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia
- §7 ust. 1, pkt 1.3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy
- §7 ust. 1, pkt 1.4 – do kwoty 50 zł za każdy dzień złości
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 505.** Czy Zamawiający w **pakiecie 236** dopuści rękawice diagnostyczne o grubości na palcu 0,09+/-0,2mm, na dłoni 0,07+/-0,02mm; pozostałe wymagania zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 506. Czy Zamawiający w **pakiecie 237** dopuści rękawice chirurgiczne pokryte od wewnątrz powłoką hydrofobową ułatwiającą zakładanie na wilgotne dłonie, na zewnątrz gładkie z mikroteksturovanym wykończeniem; pozostałe wymagania zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 507. Czy Zamawiający w **pakiecie 238** dopuści rękawice diagnostyczne o długości 290+/-0,10mm; pozostałe wymagania zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 238 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Rękawice do przygotowywania cytostatyków, nitylowe, długość min. 240 mm, sterylne, bezpydrowe, posiadające badania (należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego) dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej - bez przeniknięcia po min. 2 godz. dla: 5-Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Taxol 6 mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml, zgodne z PN EN-455 oraz PN EN -374 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami. Rozmiar S, M, L.	para	1 000
2.	Rękawice do procedur awaryjnych, nitylowe, długość min. 290 mm - niesterylne, bezpydrowe posiadające badania (należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego) dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej - bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: 5-Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20 mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Taxol 6 mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml, zgodne z PN EN-455 oraz PN EN -374 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami. Rozmiar XS, S, M, L, XL.	para	10

Pytanie 508. Dotyczy pakiet nr 175 poz. 1-2 : Gaza hemostatyczna - utleniona celuloza, wchłaniałna: Czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt był wykonany z bawełny?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 509. **Pakiet nr 23 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,9999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków intermolekularnych, o następujących parametrach: objętość oddechowca Vt 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg/l H2O przy Vt 500 ml, (bez określonej utraty wilgotności, która jest odwrotnością poziomu nawilżania), waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 510. **Pakiet nr 29 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści maski ze śladową ilością ftalanów w opakowaniu folia -folia?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 511. **Pakiet nr 30 poz. 1,2:** Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe z rezerwuarem z medycznego PCV, szczelnie przylegające do twarzy, w dwóch uniwersalnych rozmiarach: pediatrycznym i dla dorosłych? Maski posiadają gumkę oraz blaszkę nosową, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania do pacjenta. Dodatkowo produkty pozbawione są szkodliwych ftalanów.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 512. **Pakiet nr 46 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga zestaw z dodatkową rurą do worka?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 513. Dotyczy pakietu nr 147. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie terminu dostawy wynoszącego 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 514. Czy Zamawiający w pakiecie 139 poz. 15 dopuści port standardowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego o następujących parametrach:

Zestaw w skład którego wchodzi: 1. port z polieteroeteroketonu (PEEK) i tytanu w kształcie delty z silikonową membraną o średnicy 13 mm (standard) i 10,8 mm (niskoprofilowy). Wysokość portu 13,7 mm (standard) i 11,3 mm (niskoprofilowy). Cewnik silikonowy 6,5F (1,1 mm x 2,2 mm), o długości 500 mm, nie podłączony trwale do portu. Cewnik oznaczony co 1 cm i opisany co 5 cm, łączenie cewnika z kaniulą wyjściową portu za pomocą pierścienia mocującego. Port w jednym sterylnym opakowaniu z akcesoriami wprowadzającymi, niezbędnymi do implantacji metodą Seldingera, 2. łącznik Luer, 3. minimum 1 pierścień łączący, 4. podnośnik żyły, 5. Iglą prosta

22G, 6. Igła typu Seldingera G18 typu V wyposażona w śluzę, 7. drut prowadnik typu J, 8. Osłonka rozrywalna 7F z rozszerzaczem naczynia, 9. tunelizator tępo zakończony, 10. Strzykawka min. 10 ml, 11. igła do podawania leków 20G ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem – Surecan Safety II. Wymagana możliwość stosowania portu w MRI oraz podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (325 psi) w CT. Opakowanie portu powinno posiadać instrukcję w języku polskim, zawierającą m.in. informacje na temat stosowania portu w CT i MRI oraz paszport portu także w języku polskim oraz informator dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 139 poz. 15 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

15.	<p>Zestaw w skład którego wchodzi: 1. port polisulfonowy w kształcie delty z komorą tytanową i silikonową membraną o średnicy 12 mm. Wysokość portu 13,2 - 13,5 mm. Cewnik silikonowy 8,5F (1,1 mm x 2,8 mm), o długości 800 mm, nie podłączony trwale do portu. Cewnik oznaczony co 1 cm i opisany co 5 cm, łączenie cewnika z kaniulą wyjściową portu za pomocą pierścienia mocującego. Port w jednym sterylnym opakowaniu z akcesoriami wprowadzającymi, niezbędnymi do implantacji metodą Seldingera, 2. cewnik zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, 3. minimum 1 pierścień łączący, 4. podnośnik żyły, 5. dwie igły proste 22G, 6. Igła typu Seldingera 18G, 7. drut prowadnik typu J, 8. Osłonka rozrywalna 9F z rozszerzaczem naczynia, 9. tunelizator tępo zakończony, 10. strzykawka min. 10 ml, 11. igła do podawania leków 20G ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem.</p> <p>LUB</p> <p>Zestaw w skład którego wchodzi: 1. port z polieteroeteroketonu (PEEK) i tytanu w kształcie delty z silikonową membraną o średnicy 13 mm (standard) i 10,8 mm (niskoprofilowy). Wysokość portu 13,7 mm (standard) i 11,3 mm (niskoprofilowy). Cewnik silikonowy 6,5F (1,1 mm x 2,2 mm), o długości 500 mm, nie podłączony trwale do portu. Cewnik oznaczony co 1 cm i opisany co 5 cm, łączenie cewnika z kaniulą wyjściową portu za pomocą pierścienia mocującego. Port w jednym sterylnym opakowaniu z akcesoriami wprowadzającymi, niezbędnymi do implantacji metodą Seldingera, 2. łącznik Luer, 3. minimum 1 pierścień łączący, 4. podnośnik żyły, 5. Igła prosta 22G, 6. Igła typu Seldingera G18 typu V wyposażona w śluzę, 7. drut prowadnik typu J, 8. Osłonka rozrywalna 7F z rozszerzaczem naczynia, 9. tunelizator tępo zakończony, 10. Strzykawka min. 10 ml, 11. igła do podawania leków 20G ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem</p> <p>Wymagana możliwość stosowania portu w MRI oraz podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (325 psi) w CT. Opakowanie portu powinno posiadać instrukcję w języku polskim, zawierającą m.in. informacje na temat stosowania portu w CT i MRI oraz paszport portu także w języku polskim oraz informator dla pacjenta.</p>	zestaw	120
-----	---	--------	-----

Pytanie 515. Czy Zamawiający w pakiecie 148 poz. 1 dopuści stapler ze zszywkami powlekanymi teflonem o szerokości 6,9 mm i wysokości 4,2 mm, grubość 0,58 mm, opakowanie zbiorcze 6 szt, i w poz. 2 zszywki o szerokości 7.2 mm i wysokości 4.9 mm i w poz. 3 ekstraktor jak poniżej:



pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 516. Czy Zamawiający w pakiecie 174 dopuści rozmiar 7x10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 174 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Gaza hemostatyczna - utleniona regenerowana celuloza, wchłaniająca, 7-7,5x10cm	szt.	40
----	--	------	----

Pytanie 517. Czy Zamawiający w pakiecie 175 dopuści rozmiar 5x7 cm i 7x10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 175 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Gaza hemostatyczna - utleniona celuloza, wchłaniająca, 5x7-7,5cm	szt.	150
----	--	------	-----

2.	Gaza hemostatyczna - utleniona celuloza, wchłaniająca, 7,0-7,5x10cm	szt.	80
----	---	------	----

- Pytanie 518.** **PAKIET NR 175 POZ.** 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gaza hemostatyczna - utleniona regenerowana celuloza, wchłaniająca, 5x7,5cm
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 519.** **PAKIET NR 175 POZ.** 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gaza hemostatyczna - utleniona regenerowana celuloza, wchłaniająca, 7,5x10cm
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 520.** **Do pakietu 103** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu średnich kołnierzy, na rzecz zwiększenia ilości kołnierzy małych i dużych?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 521.** **Do pakietu 180** – Czy Zamawiający dopuści ligninę/ watę celulozową w opakowaniach po 5 kg? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 522.** **Do pakietu 221** – Czy Zamawiający dopuści koce grzewcze na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 523.** **Do pakietu 221** – Czy Zamawiający dopuści koce grzewcze pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.
- Pytanie 524.** **Pakiet 1 Poz. 1 i 2** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie “VOL”.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 525.** **Pakiet 1 Poz. 1 i 2** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 526.** **Pakiet 2:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych polskiego producenta – firmy Margomed, komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) ,), zestaw biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 527.** **Pakiet 2:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 528.** **Pakiet 2:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych polskiego producenta – firmy Margomed, komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja

fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , , igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 529.** **Pakiet 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi polskiego producenta o poniższych parametrach :
Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o **dł. 150 cm** wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna, opakowanie 180 szt.
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 530.** **Pakiet 3:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 531.** **Pakiet 6:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania strzykawek sterylnych wewnątrz i na zewnątrz tak jak inne strzykawki dwuczęściowe i trzyczęściowe stosowane w placówkach służby zdrowia?
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 532.** **Pakiet 6:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki trzyczęściowe Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka (potwierdzone w instrukcji obsługi).
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 533.** **Pakiet 7:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania kaniul dotętnicznych z cewnikiem z PTFE ?
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 534.** **Pakiet 7:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania kaniul dotętnicznych z możliwością stosowania do 30 dni potwierdzone w instrukcji użycia?
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 535.** **Pakiet 53:** Prosimy o dopuszczenie zaferowania zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmującego sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.
- Odpowiedź:** Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 536.** **Pakiet 64:** Prosimy o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i w opisie przedmiotu błędnie użyto łącznika „LUB” zamiast „ORAZ” i w związku z tym Zamawiający oczekuje zaferowania zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierającego: Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, - płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml oraz cztery osobne opakowanie zawierające: -Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - płyn do płukania jamy ustnej o

właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 537. **Pakiet 65:** Poz..1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki polskiego producenta firmy Margomed - 2 ml j.u. luer , Skala poszerzona do 3ml.m trzon tłoka prosty na całej długości bez zwężeń przy komorze strzykawki .

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 538. **Pakiet 65:** Poz. 1- 4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki ?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 539. **Pakiet 65:** Poz. 1- 4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji produktu?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 540. **Pakiet 65:** Poz.5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem?

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 541. **Pakiet 66:** Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u. do insuliny U-40 z nakładaną igłą, o poj. 1 ml, szczelny lekko przesuwający się tłok, opakowanie folia/papier (opakowanie 120 szt.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W przypadku niepełnych opakowań proszę zaokrąglić w górę do całych opakowań. Proszę w Formularzu asortymentowo- cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ wpisać wielkość oferowanego opakowania i liczbę opakowań.

Pytanie 542. **Pakiet 66:** Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u. do insuliny U-100 z nakładaną igłą, o poj. 1 ml, szczelny lekko przesuwający się tłok, opakowanie folia/papier (opakowanie 100 szt.)

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 543. **Pakiet 66:** Poz. 1 i 5: Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z zapisem” do pomp infuzyjnych” Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek będących wymienione przez producenta w oryginalnej instrukcji użycia i menu pomp strzykawkowych będących na wyposażeniu Szpitala? Prosimy o podanie producenta oraz modelu posiadanych pomp, w celu zaoferowania strzykawek kompatybilnych tj. wpisanych w menu i instrukcję użytkownika w/w pomp, co daje pełną gwarancję bezawaryjnego i bezpiecznego stosowania strzykawek.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 544. **Pakiet 114** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do drenażu pooperacyjnego składający się z poliuretanowej komory ssącej o poj. 110 ml z własnym systemem podwieszania, z 2 zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 75 mmHg, z drenu łączącego z klamrą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego; z wymiennego worka na drenaż wolnego od PVC o poj. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym; z drenu pooperacyjnego typu Redon, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru. Zestaw pakowany podwójnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 544 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Zamknięty system do drenażu pooperacyjnego ran, po zabiegach mastektomii, w składzie: uniwersalny łącznik do drenów 10-18 CH, przewód łączący 1050cm, komora 300ml z zastawkami na wejściu i wyjściu komory, worek zbiorczy 600ml na drenaż. LUB Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do drenażu pooperacyjnego składający się z poliuretanowej komory ssącej o poj. 110 ml z własnym systemem podwieszania, z 2 zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 75 mmHg, z drenu łączącego z klamrą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego; z wymiennego worka na drenaż wolnego od PVC o poj. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym; z drenu pooperacyjnego typu Redon, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru. Zestaw pakowany podwójnie.	szt.	80
----	---	------	----

Pytanie 545. **Pakiet 42,** pozycja 1: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 10 x 14 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 546. **Pakiet 42,** pozycja 2: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 30 x 28 cm.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

- Pytanie 547.** Pakiet 42, pozycja 3: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 40 x 42 cm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 548.** Pakiet 42, pozycja 3: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii w rozmiarze 45 x 55 cm.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 549.** **Pakiet 151** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo
2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm
1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm
4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem
Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzelepną końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 550.** **Pakiet 152:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieniem. Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
1xserweta 196x269x304 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28cm, ze wzmocnieniem 53x56cm wokół otworu z włókniny SMMMS, ze zintegrowanymi nogawicami oraz organizatorami przewodów typu rzep (8 szt.). Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), ponadto wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min.88 N). I klasa palności. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo po 6 szt. w worek foliowy, następnie karton transportowy . Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 551.** **Pakiet 154 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw ginekologiczno – cystoskopijny. Skład zestawu:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 μ ze wzmocnieniem
2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS
2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem
1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pyjących włókien celulozy i wiskozy (pylenie $\leq 1,9 \log_{10}$) o gramaturze max.58g/m². Materiał odporny na przenikanie płynów powyżej 178 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z

kodek kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 552.

Pakiet 155: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE, z wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

1 x taśma Lepna 9x50cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,7 \log_{10}$) o gramaturze mx. 58g/m² odpornego na penetrację płynów (> 175 cm H₂O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (> 145 kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 553.

Pakiet 155: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ , z wzmocnieniem chłonnym w część centralną (owinięcie zestawu)

1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m²

1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm

1 x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 5cm wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m², pozbawionego pyjących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 554.

Pakiet 157: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do zabiegów gn. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosecią zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny Φ 8 cm, z przylepnym otworem na prącie Φ 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora.

Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m² pozbawionego pyjących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H₂O. I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 555.

Pakiet 158: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

1x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1x osłona na kończynę 34x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
 1x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm
 1x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm
 1x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzone w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m² , niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i wysokiej absorpcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzelepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepnią do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 556.

Pakiet 160 Pozycja 1: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 557.

Pakiet 160 Pozycja 2: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleźynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 558.

Pakiet 167: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 244 cm, wykonany z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m²), z elastyczną zwięzającą się końcówką, z taśmą lepnią 1,8x20 cm do fiksacji na głowicy i dodatkowym przylepcem paskowym 15 cm z drugiej strony osłony. Opakowanie jednostkowe torebka typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 167 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Pokrowiec na przewody 15-17 x 240cm. Tolerancja wymiarów +/- 20%. Elastyczna lub perforowana końcówka prosta lub zwięzana. Wykonany z folii (polietylenu).	szt	3 500
----	--	-----	-------

- Pytanie 559.** **Pakiet 235:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiety rolowane. Opakowanie zewnętrzne papier-fole, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 560.** **Pakiet 236:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiety rolowane. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 561.** **Pakiet 236:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice nitylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiety rolowane. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL $\leq 1,5$, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 \pm 0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 562.** **Pakiet 237:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiety rolowane z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas nadchlorowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- Pytanie 563.** **Pakiet 319:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękawy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep. Metka z rozmiarem wszywana wewnątrz fartucha, widoczna przed jego

rozłożeniem. Troki łączone na etykietce z podziałem na strefę sterylną i niesterylną. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Dostępny w rozmiarach M – XXL (tj. o długości od 115 cm do 148 cm ± 3 cm). W kolorze niebieskim. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. Pakowane po 50 sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 564. **Pakiet 320:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 40 g/m². Dodatkowo wzmocniony folią polietylenową PE, w części przedniej i w rękawach. Wzmocnienia przyklejone do fartucha na całej ich powierzchni. Wzmocnienie części przedniej na całej długości fartucha, od kołnierza aż po dolną krawędź fartucha. Rękawy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep. Metka z rozmiarem wszywana wewnątrz fartucha, widoczna przed jego rozłożeniem. Troki łączone na etykietce z podziałem na strefę sterylną i niesterylną. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach M – XXL. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. Pakowane po 50 sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 565. **Pakiet 77:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z maksymalnym czasem stosowania do 12 tygodni, potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 77 w Formularzu asortymentowo – cenowym otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Cewnik Foley 100% silikon ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny z możliwością utrzymania do 84-90 dni, rozmiary 12, 14, 16, 18, 20, 22F	szt.	400
----	---	------	-----

Pytanie 566. **Pakiet 95:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem w rozmiarze CH10 oraz CH13 do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 567. **Pakiet 95:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem typu pigtail wykonanym z silikonu w rozmiarze CH11 oraz CH14 do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 568. **Pakiet 140:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby żel do cewnikowania pozbawiony był w składzie konserwantów i parabenów mogących wpływać na występowanie reakcji alergicznych (substancje takie jak: hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu).

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.


Pytanie 569. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 1 przyrząd do przetaczania krwi z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym. Posostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 570. Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 3 poz. 1 aby przyrząd do przetaczania krwi posiadał czerwony zacisk rolkowy (korpus) i opakowanie oznakowane/ opisane kolorem czerwonym dla łatwego odróżnienia?


Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 571. Ze względu na wycofanie z produkcji kaniuli pediatrycznej Neoflon o wymienionych parametrach w SWZ, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 8 poz. 1 alternatywnej kaniuli pediatrycznej neonatologicznej bez portu bocznego 0,6 mm 26G (fioletowa) - przepływ 14 ml/min, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym ich wprowadzanie do światła naczynia żylnego, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, z szczelnym koreczkiem do zabezpieczenia wkłucia, Dodatkowy otwór ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 5 wtopionych pasków radiocieniujących. Opakowanie bezpieczne - wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu.



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 572. Ze względu na wycofanie kaniuli pediatrycznej Neoflon o wymienionych parametrach w SWZ, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie **w pakiecie 8 poz. 2** alternatywnej kaniuli pediatryczno-neonatalogicznej bez portu bocznego 0,7 mm 24G (żółta) - przepływ 19 ml/min, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym ich wprowadzanie do światła naczynia żylnego, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, z szczelnym koreczkiem do zabezpieczenia wkłucia, Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 5 wtopionych pasków radioceniujących. Opakowanie bezpieczne - wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu.



Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 573. Czy Zamawiający **w pakiecie 4 poz. 2** dopuści innego producenta koreczków niż kaniule z wewnętrznym elementem wchodzącym do światła kaniuli powyżej krawędzi koreczka.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 574. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 65 poz. 1** strzykawki 2 ml j.u. luer , dwuczęściowej, kolor tłoka biały, czarna skala kontrastująca, posiadająca szczelny lekko przesuwający się tłok - opakowanie folia/papier (op. 100 szt). Skala nominalna do 2ml, trzon tłoka prosty na całej długości, z wcięciem na tłoku w komorze strzykawki.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 575. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 65 poz. 2** strzykawki 5 ml j.u. luer , dwuczęściowej, kolor tłoka biały, czarna skala kontrastująca, posiadająca szczelny
- opakowanie folia/papier (op. 100 szt). Skala nominal do 5 ml, trzon tłoka z wcięciem w komorze strzykawki i zwężonym na końcu.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 576. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 65 poz. 3** strzykawki 10 ml j.u. luer , dwuczęściowej, kolor tłoka biały, czarna skala kontrastująca, posiadająca szczelny lekko przesuwający się tłok - opakowanie folia/papier (op. 100 szt). Skala nominalna do 10 ml, trzon tłoka z wcięciem w komorze strzykawki i zwężonym na końcu.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 577. Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 65 poz. 4** strzykawki 20 ml j.u. luer , dwuczęściowej, kolor tłoka biały, czarna skala kontrastująca, posiadająca szczelny lekko przesuwający się tłok - opakowanie folia/papier (op. 100 szt). Skala nominal do 20 ml, trzon tłoka z wcięciem w komorze strzykawki i zwężonym na końcu.

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: **20.03.2024 r. godz. 10:00;**

- otwarcia ofert: **20.03.2024 r. godz. 10:15;**

- termin związania ofertą: **17.06.2024 r.**

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/postanowień innych niż opisane w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametry/postanowienia zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.
DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ
Wiceprezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. –
lek. med. Urszulę Marjańską.