



Toszek, 08.04.2021 r.

dotyczy: *postępowania nr 1/TP/DEG/AS/2021 na dostawę jednorazowych artykułów medycznych i środków ochrony osobistej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ – Formularze asortymentowo-cenowe. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji:

Część 2

Zamawiający dopuszcza w poz. 2 inne opakowania pod warunkiem prawidłowego przeliczenia. Tym samym pod tabelą umieszcza dodatkowo następujący zapis:

„Dla pozycji 2 dopuszcza się dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w tabeli.”

Część 3

Pozycja 6-8 Zamawiający dopuszcza gramaturę 45 g. Tym samym opis pozycji 6-8 brzmi następująco:

6.	Komplet medyczny (bluza+spodnie) włókninowy typu SMS 35-45 g/m² zgodny z normą PN EN 13795-1 bluza z dekoltem w serek, spodnie z możliwością regulacji obwodu w pasie. Rozmiar M.	szt.	600
7.	Komplet medyczny (bluza+spodnie) włókninowy typu SMS 35-45 g/m² zgodny z normą PN EN 13795-1 bluza z dekoltem w serek, spodnie z możliwością regulacji obwodu w pasie. Rozmiar L.	szt.	800
8.	Komplet medyczny (bluza+spodnie) włókninowy typu SMS 35-45 g/m² zgodny z normą PN EN 13795-1 bluza z dekoltem w serek, spodnie z możliwością regulacji obwodu w pasie. Rozmiar XL.	szt.	500

Część 4

Pozycja 1 Zamawiający wymaga normy PN EN 14683:2019. Tym samym opis pozycji 1 brzmi następująco:

1.	Maska medyczna trójwarstwowa z drucikiem, jednorazowego użytku z gumkami lub troczkami typ II EN 14683:2019 biała/niebieska.oznakowana znakiem CE, posiadająca deklarację zgodności z wymogami rozporządzenia UE 2016/425. Pakowana po 50 szt.	op (50szt.)	3000
----	---	-------------	------

Część 8

Zamawiający dopuszcza inne opakowania pod warunkiem prawidłowego przeliczenia. Tym samym pod tabelą umieszcza dodatkowo następujący zapis:

1.	Test do wykrywania narkotyków w moczu. Jednocześnie wykrywa w moczu amfetaminę, ectasy, opiaty (morfina, heroína), marihuanę i haszysz, do samodzielnego wykonania, czas oczekiwania na wynik od 3 min do 5 min, dokładność testu 99%, wykrywający niskie stężenie narkotyku w moczu.	op. (1 szt.)	600
----	---	-------------------------	-----

„Dla w/w pozycji dopuszcza się dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w tabeli, pod warunkiem, iż każda sztuka jest indywidualnie pakowana w szczelnej saszetce”

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.

Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy*

Od dnia 08.04.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest zmodyfikowana treść załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.