

Odpowiedzi na pytanie złożone w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę chłodziarki laboratoryjnej wraz z rejestratorem temperatury i 2 czujnikami dla potrzeby Apteki Szpitalnej ZZOZ w Wadowicach

W związku z wpłynięciem pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę chłodziarki laboratoryjnej wraz z rejestratorem temperatury i 2 czujnikami dla potrzeby Apteki Szpitalnej ZZOZ w Wadowicach, znak 51/RC/ZP/ZZOZ/2018, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr.1: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 351 litrów netto (381 litrów brutto), tj. o 9 litrów netto mniejszej od wymaganej, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemność użytkową netto 351 litrów.

Pytanie nr 2 Prosimy o wyjaśnienie wymaganego maksymalnego obciążenia półek w lodówce wynoszącego 50 kg. Czy dotyczy jednej półki czy pięciu półek łącznie?

Dopuszczalne obciążenie jednej półki może wynosić max. 15 kg. Zamawiający wymaga 5 półek, co daje 75 kg na chłodziarkę. Jakiego obciążenia jednej półki wymaga Zamawiający?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chłodziarki o max . obciążeniu jednej półki wynoszącym 15kg?

Odpowiedź: Dopuszczalne obciążenie zgodnie z zapytaniem 50 kg dla 5 półek. Dopuszczamy obciążenie max 15 kg dla 1 półki.

Pytanie nr 3 Prosimy o odstąpienie od wymogu zmiany kierunku drzwi w chłodziarce.

Zgoda na powyższe pozwoli nam zaproponować chłodziarkę do przechowywania szczepionek z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągle nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednio pobieranie danych zapisanych na pamięci USB. Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza.

Ustawione parametry są chronione hasłem

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia opis zapytania bez zmian.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemności użytkową netto 359L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemności użytkową netto 359L

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie chłodnicze z poziomym oświetleniem?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie chłodnicze umożliwiające chłodzenie w zakresie temperatury 1 - 15 stopnia Celsjusza ?

Odpowiedź: Nie, zakres +2°C - + 8°C.

Pytanie nr 7 Co Zamawiający rozumie pod terminem rejestrator temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem rejestrator temperatury rozumie urządzenie do rejestrowania i monitorowania temperatury z zapisem na kartę.

Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o zakresie temperatury od +3°C do + 16°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Nie, zakres +2°C - + 8°C, zgodnie z zapytaniem ofertowym, do przechowywania produktów leczniczych w zakresie temperatury w/w.

Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną posiadającą zakres temperatury nominalnej +5C bez możliwości regulacji jej zakresu, ale jednocześnie posiadają termostat bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie temperatury poniżej +2°C. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Nie, zakres +2°C - + 8°C, zgodnie z zapytaniem ofertowym, Chłodziarka do przechowywania produktów leczniczych w w/w zakresie temperatur. Z pytania nie wynika, że termostat bezpieczeństwa umożliwi uniknięcie temperatury powyżej +8 °C.

Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o pojemności użytkowej 281 l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Nie, Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z zapytaniem ofertowym. Pojemność 281 l zbyt mała dla potrzeb Apteki.

Pytanie nr 11 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o maksymalnym obciążeniu półki wynoszącym do 45 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obciążenie do 45 kg na 5 półek łącznie.

Termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy złożyć **do dnia 14.12.2018r do godziny 11.30**.

*Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach*

mgr inż. Piotr Kopijasz

Otrzymują:

1 x Adresat (e-mail):

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a.