

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2

WITRYNA CHŁODNICZA LABORATORYJNA PIONOWA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW W TEMP OD +2 DO +8 °C – 4 SZTUKI

I. OPIS PRZEDMIOTU:

- znak CE, Deklaracja Wytwórcy (Producenta)
- pojemność min 470 L
- zakres regulacji temperatur +2°C/+8°C przy temp otoczenia. 32°C
- Wymiary zew. max: 800x750x1950mm
- Wykorzystanie: odczynniki do badań immunohematologicznych
- obudowa ze stali w kolorze białym
- drzwi przeszklone
- oświetlenie podsufitowe wnętrza LED
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- port dostępowy dla zewnętrznego czujnika temperatury
- zasilanie 230V/50-60 Hz
- sterowanie elektroniczne
- cyfrowy wyświetlacz temperatury zewnętrzny
- zakres temperatury od +2 do +8
- pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
- alarm optyczny dźwiękowy przekroczonej temperatury i otwartych drzwi
- alarm usterki czujnika,
- zamek, ergonomiczny uchwyt drążkowy, mocowanie drzwi prawe
- samoczynnie zamykane
- styk bezpotencjałowy
- półki: ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
- 5 półek drucianych powlekanych tworzywem
- **włącznik światła wewnątrz urządzenia musi być tak umiejscowiony lub zabezpieczony, aby nie dochodziło do uszkodzeń uszczelki w drzwiach.**

II. Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zapewni w okresie trwania co najmniej 24 miesięcznej gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy serwisowe, wszelkie naprawy oraz przeglądy po naprawach urządzenia
- Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność wszystkich części zamiennych/zapasowych przez czas przewidywanego cyklu życia sprzętu, co najmniej przez 10 lat od daty zakupu.

- Wykonawca zagwarantuje pomoc merytoryczną i techniczną poprzez kontakt telefoniczny oraz kontakt internetowy z serwisem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki (przywrócenie urządzenia do właściwego użytkowania) do 7 dni od mailowego bądź telefonicznego zgłoszenia awarii.
- Wykonawca do oferty dołączy specyfikację oferowanego urządzenia.

III. Termin dostawy, zainstalowane i oddanie do czynnej eksploatacji – do 5 tygodni od daty podpisania umowy

IV. Gwarancja – miesiące