

Warszawa, dnia 21.09.2022 r.

Numer postępowania: **IMOL/ZP/30/2022**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy: Dostawa i montaż dygestoriów.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Zamawiający zmienia treść wyjaśnień SWZ opublikowanych w dniu 20 września 2022 r. w następujący sposób:

### **Pytanie nr 12**

*„Czy Atest Higieniczny blatu ceramicznego (raport z badania wg normy PN - EN ISO 10545-15) powiem potwierdzać, emisję ołowiu i kadmu na poziomie poniżej 0,0005 mg/dm<sup>2</sup>?”*

### **BYŁO:**

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z OPZ należy przedstawić atest higieniczny wydany dla blatu ceramicznego z potwierdzeniem emisji ołowiu i kadmu na wskazanym w pytaniu poziomie..

### **JEST:**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający opisał wymagania w OPZ, jednakże dopuszcza, aby Wykonawca przedstawił atest higieniczny wydany dla blatu ceramicznego z potwierdzeniem emisji ołowiu i kadmu na wskazanym w pytaniu poziomie.

**Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.**

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji  
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i  
Maszyn Molekularnych  
**Radosław Jodzis**

*(dokument podpisano elektronicznie)*