



Numer referencyjny postępowania:
SZP/DT-SERW/04/2023 MPD II

Załącznik nr 1 do SWZ

Wynajem urządzenia medycznego do edukacji i reedukacji chodu – wersja DUŻA - 1 sztuka

Nazwa handlowa:

Producent:

Model:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
1.	Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022
2.	Urządzenie medyczne przeznaczone do edukacji i reedukacji chodu
3.	Urządzenie mobilne obsługiwane przez jedną osobę
4.	Urządzenie oferujące możliwość poruszania się pacjenta wraz z osobą dorosłą bez konieczności użycia dodatkowych sprzętów
5.	Urządzenie z funkcją równoczesnej pracy kończyn dolnych i górnych
6.	Urządzenie z możliwością naprzemiennej pracy kończyn górnych
7.	Urządzenie z funkcją stabilizacji głowy
8.	Urządzenie wyposażone w: - siedzisko, - podstawy stóp z pasami wspomagające pozycję stojącą, - peloty kolanowe, - pasy mocujące tułów, - stół
9.	Urządzenie przeznaczone dla pacjentów: - o masie do 95kg, - o wzroście 145-190cm
10.	Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość: 80cm, długość: 170cm, wysokość: 210cm
11.	Maksymalna masa urządzenia 130 kg
12.	Maksymalna moc silnika 300W
13.	Zasilanie 230V/50-60Hz