

Numer sprawy **RIIGK 271.7.2021**

Bobowa, 2021-07-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE 1

W związku z prowadzonym postępowaniem wnosimy o wydzielenie do osobnego pakietu wózka (schodolazu) gąsienicowego. Zakup sprzętu medycznego w osobnym pakiecie znaczenie zwiększa konkurencyjność i obniża cenę zakupu, ponieważ transakcja pomija pośredników.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 2

2. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności krzeselka transportowego typu schodolaz, które są chętnie wykorzystywane przez stacje pogotowia ratunkowego w całym kraju. Proponowane rozwiązanie zapewnia bezpieczną możliwość transportu pacjenta o wadze do 227 kg przy wadze własnej 15 kg. Wymiary oferowanego krzeselka to: siedzisko 39 x 42 cm; wysokość po rozłożeniu 95 cm; szerokość 52 cm; głębokość (bez uchwytów) 71 cm; głębokość po złożeniu 20 cm. Krzesło jest przystosowane do transportu w ambulansie i spełnia wymagania normy PN-EN 1865-4, która jest wymagana dla tego typu krzesełek transportowych. Oferowany zjazdowy system płozowy posiada automatyczny system hamujący, chroniący operatorów przed pociągnięciem po schodach w dół, a odpowiednio umiejscowione blokowane ręczki przednie i tylne zapewniają łatwe, bezpieczne wnoszenie pacjentów. Folder proponowanego rozwiązania załączono do zapytania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia wymienionego w pytaniu, tzn. utrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy