



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 3 sierpnia 2022 r.

N/znak: FZAP-380-1/9/22

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – III postępowanie.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Dotyczy

Pakiet 2, pozycja 1e

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3,5l?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 3,5 l w zadaniu nr 1 pozycja 1e.

Pytanie nr 2:

Dotyczy

Pakiet 2, pozycja 1e

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2l?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemników o pojemności 2 l w zadaniu nr 1 pozycja 1e. .

Pytanie nr 3:

Dotyczy

Pakiet 2, pozycja 1g

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 5l o wysokości 190mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemników o pojemności 5 l i wysokości 190 mm w zadaniu nr 1 pozycja 1 g.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
dział. s ekonomicznych
Stow. Spółdzielczego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Monika Mark-Fijelska

B.K.