

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 10/TP/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywną dostawę materiałów szewnych i opatrunkowych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 10/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Dot. Pakietu nr 1 Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniałą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
2.	Dot. Pakietu nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 20mm i nić w kolorze fioletowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
3.	Dot. Pakietu nr 1 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 40mm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
4.	Dot. Pakietu nr 1 poz. 21 Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaki rodzaj/typ igły ma na myśli Zamawiający pisząc „GS”?	Zamawiający pod symbolem GS rozumie – General Surgery – chirurgia ogólna
5.	Dot. Pakietu nr 2 Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekaną, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
6.	Dot. Pakietu nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 18mm i nić w kolorze fioletowym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
7.	Dot. Pakietu nr 3 Czy w w/w Pakiecie Zamawiający dopuści szew poliamidowy?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
8.	Dot. Pakietu nr 4 poz. 2,3 Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaki rodzaj/typ igły ma na myśli Zamawiający pisząc „SN663” oraz „SN694”?	Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, zapis SN663 i SN 694 został wykreślony z SWZ, pozostałe zapisy bez zmian. Zamawiający zmienia zał. nr 2.4 do SWZ
9.	Dot. Pakietu nr 4, poz. 2,3,4 Czy w w/w pozycjach Zamawiający dopuści igły odwrotnie tnące?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
10.	Dot. Pakietu nr 4, poz. 3,4 Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści szew w kolorze niebieskim?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian

11.	Dot. Pakietu nr 5 Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści szew w kolorze zielonym?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
12.	Dot. Pakietu nr 5 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 26mm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
13.	Dot. Pakietu nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 16mm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian
14.	Dot. Pakietu nr 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 100cm?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian

Odpowiedzi na pozostałe pytania zadane w niniejszym postępowaniu zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załącznik:

1. Zmodyfikowany zał. nr 2 do SWZ, w zakresie zał. nr 2.4
2. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2
o treści:

„Termin składania ofert: do dnia 30.08.2021 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: **do dnia 03.09.2021 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”

2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4
o treści:

„Miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 30.08.2021 roku o godz. 09:15 w:

Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

otrzymuje brzmienie:

„Miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **03.09.2021 roku o godz. 09:15** w:

Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,
o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.09.2021 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 02.10.2021 r.**”

- 4) Załącznik 2.4 do SWZ Formularz Asortymentowo-cenowy pkt 2 i 3 opisu przedmiotu zamówienia: Z niniejszego Formularza zostają **wykreślone** słowa „SN 663” oraz „SN 694”.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów szewnych i opatrunkowych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 10/TP/21- nie zmienia się.

DYREKTOR
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

mgr Danuta Szkutnik



