



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nr postępowania - ZPO:ZP/19/2019

Pytania i odpowiedzi z 04.11.2019 r. do SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego" - ZPO:ZP/19/2019.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Dotyczy Zadania Nr 6 (ssak medyczny) – Czy Zamawiający dopuści ssak o wyposażony w 2 butle 2l ?


Odpowiedź: Zgodnie z Zał. 3/6 pkt. 9 a) do SWZ jednym z wymaganych elementów wyposażenia są właśnie „dwie butle 2 l (zbiorniki) z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepelnieniem”.

2. Dotyczy pakietu Zadania nr 6 - Czy Zamawiający dopuści ssak o wyposażony w 2 butle 3l każda, z możliwością zapelnienia butli tylko do objętości 2l?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Prosimy o uwzględnienie udzielonych odpowiedzi w przygotowywanej i składanej ofercie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
im. Ks. Józefa Popieluszki

mgr Grażyna Śmiarowska