

Warszawa, dnia 19.02.2024 r.

Nr postępowania: **461/D/1090/2023**


**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH
CZĘŚCIACH.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na „dostawę materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego”

1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano oferty z podziałem na poszczególne części:

Punktacja przyznana ofertom nieodrzuconym

<u>Nr oferty</u>	<u>Wykonawca</u>	<u>Liczba punktów w kryterium</u>	<u>Suma punktów</u>	<u>Cena oferty brutto</u>
Część nr I				
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń NIP: 527-23-55-435	Cena: 100,00	86,36	4 748,34 zł
3	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Ul. Czeska 22A 03-902 Warszawa NIP: 113-29-53-594	Cena: 100,00	100,00	4 100,82 zł
Część nr II				
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń NIP: 527-23-55-435	Cena: 100,00	100,00	11 442,79 zł



Część nr III				
1	A-Biotech Sp. z o.o. ul. Muchoborska 18 54-424 WROCLAW NIP: 8943173072	Oferta odrzucona		3 485,82 zł
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń NIP: 527-23-55-435	Cena: 100,00	100,00	2 996,18 zł
Część nr IV				
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń NIP: 527-23-55-435	Cena: 100,00	100,00	5 662,56 zł
Część nr V				
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń NIP: 527-23-55-435	Cena: 100,00	100,00	4 978,92 zł
Część nr VI				
1	A-Biotech Sp. z o.o. ul. Muchoborska 18 54-424 WROCLAW NIP: 8943173072	Cena: 100,00	53,26	48 519,90 zł
2	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Ul. Czeska 22A 03-902 Warszawa NIP: 113-29-53-594	Cena: 100,00	100,00	25 842,30 zł

2. Z zapytania ofertowego odrzucono następujących Wykonawców:

w części nr III ofertę nr 2

A-Biotech Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 18


54-424 WROCLAW

NIP: 8943173072

Cena oferty brutto: 3 485,82 zł

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wskazał w Załączniku nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym w poz. 17 – Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, *Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła. Szer. ostrza: 5*



Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska

mm. Dł. całk.: 150 mm. Wykonawca zaproponował produkt Bionovo B-0620, który posiada szerokość **ostrza 17 mm**, zamiast wymaganej 5 mm, czyli produkt niezgodny jest z Opisem Przedmiotu Zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym. Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy A-Biotech w części nr III, ponieważ jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania.

3. Z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zatwierdzam

/-/

PRODZIEKAN

Wydziału Inżynierii Materiałowej
prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski