

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72 - 300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/59/1/20

Data

Gryfice 2020-11-04

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony 59/20 na: „Dostawę nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 1-3 dopuści długość nitki 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Pakiet nr 3 ma wyłącznie poz. 1 i 2.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 5-6 dopuści pakowanie podwiązek po 6 szt. oraz przeliczenie ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Pakiet nr 3 ma wyłącznie poz. 1 i 2.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 8 dopuści długość nitki 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.






ODP. Pakiet nr 3 ma wyłącznie poz. 1 i 2.

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

ODP. Zamawiający potwierdza.





Dot. Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm oraz długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, bezbarwną, wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50%?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktynu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktynu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści długość podwiązki 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktynu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktynu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 5, poz. 3, 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 31 mm oraz długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 5, poz. 19

Czy Zamawiający wydzielili pozycję 19 do osobnego pakietu?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu 5, poz. 19

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający nie zrezygnuje.





Dot. Pakietu 5, poz. 19

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odcepianej i dopuści szew pakowany pojedynczo w saszetkę tj. 1 x70 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych saszetek, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający nie zrezygnuje.

Dot. Pakietu 8, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 9






Czy Zamawiający dopuści nici sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści nici powlekane silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.



Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Soltyskiński

