




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 06/22

Poznań, dnia 04.04.2022 roku

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy postępowania pt.: Łóżko szpitalne szt. 28 z wyposażeniem.

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy: łóżko szpitalne dla dzieci

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1510mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości zewnętrznej 1897mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Piotr Szymajski
p. o. Kierownik
Działu Eksploatacji i Inwestycji
inż. Piotr Szymajski

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UMK w Poznaniu
Paweł Daszkiewicz
dr n. med. Paweł Daszkiewicz
Dyrektor