

L. dz. DZP-291-2201- 746/2023

Kraków, dnia 10.07.2023 r.

**Do**

**Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**, nr zamówienia DZP-291-2201/2023.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

#### Zadania nr. 5 - WAGI LABORATORYJNE ANALITYCZNE

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza nośność wagi 6100 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nośność wagi 6100 g.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza minimalną naważkę 1 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimalną naważkę 1.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza szalkę kwadratową 195x195 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szalkę kwadratową 195x195 mm.

**Kanclerz**

/-/ mgr Marcin Gałan

.....

(podpis)