



L. dz. DZP-291-2174-586/2023

Kraków, dnia 14.06.2023 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia pracowni okulistycznej Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr zamówienia DZP-291-2174/2023.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1 do swz, projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był oznakowany znakiem CE, posiadał deklarację zgodności CE oraz wymaga dołączenia jej do dostawy. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Niektóre produkty wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 1A do SWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. W związku z tym, nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy. Dla tego typu wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności CE ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Produkty te nie posiadają również oznakowania CE.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ oraz projektu poprzez dopisanie: „Wykonawca dostarczy wraz z dostawą sprzętu deklarację zgodności CE - ***dotyczy tylko wyrobów medycznych***” oraz „Wykonawca dostarczy sprzęt oznakowany znakiem CE -***dotyczy tylko wyrobów medycznych***”



Jeżeli zamawiający nadal będzie wymagał oznakowania produktów znakiem CE prosimy o wskazanie przez zamawiającego na zgodność z jaką dyrektywą / rozporządzeniem unijnym ten znak CE ma być nadany.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą deklaracji zgodności CE oraz aby dostarczony sprzęt był oznakowany znakiem CE zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1854), Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2008 oraz Dyrektyw Nowego Podejścia. Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających zaferowania wyrobów medycznych na które powołuj się w pytaniu Wykonawca.

Pytanie 2 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 2. Warunki dostawy pkt 1. Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy nie wcześniej niż 30 września 2023 r., z zastrzeżeniem, że termin wskazany tj. 30.09.2023 r. może ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailowo w terminie do dnia 25 września 2023 r. Terminy wskazane powyżej zostały zastrzeżone na korzyść obu stron.”

Zamawiający informuje, iż zawiadomi potencjalnego Wykonawcę o zmianie terminu, czy zmiana terminu może oznaczać, iż przedmiot umowy będzie należało dostarczyć wcześniej niż przewidywany termin 120 dni, który jest obecnie zawarty w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy ale nie wcześniej niż 30.09.2023 r. Budynek jest w trakcie budowy i oddanie jego do użytkowania to 30.09.2023 r. dlatego dostawa przedmiotu umowy nie może się odbyć wcześniej niż przed wskazaną datą.

Pytanie 3 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 2. Warunki dostawy pkt 3. Do momentu protokolarnego odbioru sprzętu (również w przypadku wydłużenia terminu dostawy) Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie



koszty związane z jego przechowywaniem, w tym koszty ubezpieczenia, a Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

W przypadku dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego potencjalny Wykonawca dostarczy go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, czy w związku z tym iż pewne etapy realizacji umowy w tym instalacja, uruchomienie oraz szkolenia następują stopniowo, czy Zamawiający gwarantuje bezpieczne przechowanie tego sprzętu do czasu końcowej realizacji umowy i podpisania protokołu - zdawczo odbiorczego, Jest to bardzo istotne w kwestii całego procesu realizacji umowy, gdzie może wystąpić przypadek iż sprzęt ulegnie częściowemu zniszczeniu z przyczyn niezależnych do samego potencjalnego Wykonawcy. Czy protokolarny odbiór dostarczonego sprzętu jest tym samym dla Zamawiającego co protokół zdawczo -odbiorczy z realizacji umowy w danym zadaniu.? Prosimy o informację w tej kwestii.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ „, po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę. Odbiorem będzie objęty cały sprzęt, tym samym Zamawiający nie dopuszcza odbiorów poszczególnych elementów sprzętu. Niedostarczenie jakiegokolwiek elementu sprzętu jest traktowane jako niewykonanie umowy”, Wykonawca winien dostarczyć cały sprzęt z danego zadania w jednym terminie.

Pytanie 4 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 2. Warunki dostawy pkt 4. *Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacji (jeśli dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy, dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, przeprowadzenia szkolenia w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji sprzętu oraz świadczenia usług serwisu gwarancyjnego.*

Prosimy o informację czy termin szkolenia jest obligatoryjnie zawarty w termin realizacji całości umowy, czy wykonawca oczekuje potwierdzenia szkolenia na odpowiednich dokumentach. Jest to o tyle istotne, iż niejednokrotnie w różnych postępowaniach



przetargowych w których wymagane były szkolenia były problemy ze zorganizowaniem osób, które miały zostać przeszkolone i ty samym potencjalny wykonawca danej umowy miał problemy z jej zakończeniem i podpisaniem stosowanego protokołu z przyczyn od niego całkowicie niezależnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ szkolenie z zakresu obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia po dostawie, instalacji i uruchomieniu. Odbiór przedmiotu wraz z przeprowadzonym szkoleniem winien odzwierciedlać protokół odbioru podpisany przez upoważnianych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Zamawiający zawarł też w SWZ informacje dotyczącą ustalenia terminu dostawy przedmiotu zamówienia tj.

- wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed planowaną dostawą powiadomić mailowo upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia,
- Strony uzgodnią konkretną datę dostawy, instalacji i uruchomienia.

Pytanie 5 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 2. Warunki dostawy pkt 11. *Obie Strony niniejszej umowy, po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu, przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi, działania i konserwacji sprzętu, podpiszą przygotowany przez Wykonawcę protokół odbioru sprzętu, zwany w dalszej treści umowy „Protokołem zdawczo odbiorczym”. Odbiorem będzie objęty cały zestaw, tym samym Zamawiający nie dopuszcza odbiorów poszczególnych elementów zestawu.*

Niedostarczenie jakiegokolwiek elementu zestawu jest traktowane jako niewykonanie umowy.

W nawiązaniu do pytania dotyczącego terminu realizacji umowy w tym jej zakończenia potwierdzającego szkolenia pracowników prosimy o zawarcie zapisu: "W przypadku, jeżeli szkolenie nie było możliwe do zrealizowania z przyczyn wyłącznie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który wyznaczy dodatkowym termin realizacji szkoleń i tym samym podpisze protokół zdawczo - odbiorczy z taką adnotacją"



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania pozostają bez zmian.

Zamawiający zawarł SWZ informacje dotyczącą ustalenia terminu dostawy przedmiotu zamówienia tj.

- wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed planowaną dostawą powiadomić mailowo upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia,
- Strony uzgodnią konkretną datę dostawy, instalacji i uruchomienia.

Pytanie 6 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności pkt. 8. *Wymagania dotyczące wystawienia faktury 2) na fakturze należy podać w szczególności: pełną nazwę, typ, model sprzętu i jego wyposażenie, pełną konfigurację, ilość szt., cenę netto, podatek VAT, wartość brutto (pełen opis może być również dołączony jako załącznik do faktury) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.*

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "pełną konfigurację" czy na fakturze, czy załączniku do faktury ma być zawarty opis zgodny z SWZ, tj. każda pozycja z opisu SWZ?

Proszę uprzejmie o przyjęcie do wiadomości, iż jeżeli podstawa do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy, który jest potwierdzeniem dostarczenia sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego w tzw. OPZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia) to czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, lub potwierdzi, iż do faktury wystarczy dołączyć Załącznik nr 1A do SWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w którym jest zawarta pełna konfiguracja dostarczonego wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania typów/modeli urządzeń dla każdej pozycji z zadania, w tym również np. wskazanie istotnych podzespołów danego urządzenia (np. stacje robocze-komputery stacjonarne, typ oprogramowania). Powyższe informacje powinny się znajdować na fakturze lub załączniku do niej, zgodnie z zapisami umowy.



Pytanie 7 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 4 Gwarancja serwis, okres rękojmi pkt. 3. Wykonawca dla sprzętu określonego w § 1 wystawi Dokument gwarancyjny zgodny z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia [oraz zapisami niniejszej umowy, ponadto dołączy oryginalną kartę gwarancyjną producenta (o ile producent wystawia gwarancję).

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia oryginalnej gwarancji producenta. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego ma obowiązek zapoznania się z zapisami SWZ oraz kwestii udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt zgodny z wymaganiami i oczekiwaniami końcowego użytkownika jakim jest Zamawiający. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt i zostanie to potwierdzone odpowiednim dokumentem - tj. gwarancją na dostarczony sprzęt. Skoro Zamawiający przewiduje możliwość niedostarczenia gwarancji "o ile producent wystawia gwarancję" prosimy o rezygnację z tego zapisu. Również biorąc pod uwagę, że okres gwarancyjny jest punktowany przez Zamawiającego, 24 miesiące najwyżej może wystąpić sytuacja, w której producent udziela tylko 12 m-cy gwarancji natomiast Wykonawca 24 m-cy i w tej sytuacji wystąpi niezgodność, co i tak nie zwalnia potencjalnego Wykonawcę do zabezpieczenia Zamawiającego w najwyższy określony okres gwarancji - jest to ryzyko potencjalnego Wykonawcy, któremu zależy na uzyskaniu większej punktacji w tym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie dostarczenie oryginalnej karty gwarancyjne producenta.

Pytanie 8 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 4 Gwarancja serwis, okres rękojmi pkt. 11. Warunki serwisu gwarancyjnego:

1) czas reakcji na zgłoszoną usterkę maksymalnie 24 godzin y robocze od daty Zgłoszenia

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez czas reakcji maksymalnie 24 godziny robocze? Czy jest to czas o przyjęciu zgłoszenia przez Wykonawcę, czy jest to czas przyjazdu do siedziby zamawiającego prosimy o jego wydłużenia do 2 dni.



2) *czas naprawy usterki maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia;*

Prosimy o dodanie zapisu, iż jeżeli usterka będzie wymagała wymiany części, których będzie konieczność sprowadzenia ich spoza terenu RP, czas ten zostaje wydłużony o dodatkowe 3 dni robocze.

Odpowiedź:

1) *czas reakcji na zgłoszoną usterkę maksymalnie 24 godziny robocze od daty Zgłoszenia:*

Zamawiający przez czas reakcji na zgłoszona usterkę *maksymalnie 24 godziny robocze od daty zgłoszenia* rozumie, że Wykonawca podejmie działania w celu ustalenia przyczyn awarii a jeżeli zaistnieje taka konieczności przyjazdu serwisanta . Zamawiający nie zmienia czasu reakcji serwisu, 24 godziny robocze to 3 dni. (Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze)

2) *czas naprawy usterki maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia;*

Zamawiający zmienia zapis na:

„czas naprawy usterki maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia”

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Załączników:

Jest:

„czas naprawy usterki: maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia”

Zmienia się na:

„czas naprawy usterki: maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia”

Pytanie 9 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 5. Kary umowne pkt. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:



6) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, rozumianego jako naruszenie postanowień umowy, w szczególności zapisów § § 1, 2 i 4 0, 05 % wartości brutto przedmiotu u mowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Prosimy zamawiającego o obniżenia kary w tym paragrafie do wysokości określonych powyżej, czyli 0,01%, tym bardziej, iż każdy przypadek nienależytego wykonania nie zawsze jest z winy potencjalnego Wykonawcy i każde jego wyjaśnienie może być czasochłonne dla obu stron w szczególności przypadków spornych, w których nie tylko sam Wykonawca może być uznany za nienależyte wykonanie danej umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis projektu umów do zadań nr 1., nr 2. i nr 3, dotyczący § 5. *Kary umowne ust. 1 pkt 6) na:*

- za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, rozumianego, jako naruszenie postanowień umowy, w szczególności zapisów §§ 1, 2 i 4 –0,01% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Załącznika nr 5 dla Zadaniu nr 1, 2, 3 w ten sposób, że § 5. *Kary umowne ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:*

„6) za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, rozumianego, jako naruszenie postanowień umowy, w szczególności zapisów §§ 1, 2 i 4 –0,01% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.”

Pytanie 10 do projektu umowy zał. 5 zad. 1,2,3

§ 7. Odstąpienie od umowy pkt. 1. *Zamawiający może odstąpić od umowy:*

2), jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności

- a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455;*

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie tego zapisu: Jedną z zasad prawa zamówień publicznych jest niezmiennosc umów. Przeciwnie rozwiązanie podważałoby sens istnienia postępowań przetargowych. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków, które



uprawniamy zamawiających do wprowadzania zmian w umowach, bez konieczności ich unieważniania lub odstępowania od nich. W związku z powyższym, czy jeżeli Zamawiający dopuści do istotnej zmiany umowy powodującej odstąpienia od niej, czy w takim przypadku zostanie ogłoszone nowe postępowanie? Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 454 pzp.)

Odpowiedź:

Zamawiający będzie działał zgodnie z zapisami art. 454 i art. 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) oraz zapisami projektu umów.

Pytanie 11 do załącznika nr Załącznik nr 1A do SWZ

ZADANIE NR 1. - SPRZĘT DO OBRAZOWANIA OKA

Poz. 1.2 Funduskamera do badania dna oka

Mając na uwadze postęp technologiczny i nowsze rozwiązania technologiczne prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia spełniającego parametry w całości, ale sterowanego za pomocą IPada z typu touch z aplikacją pobieraną ze strony dostawcy. System taki jest dużo łatwiejszy i nowocześniejszy w obsłudze, nie zajmuje też miejsca i nie jest komputerem stanowiącym niezależne stanowisko.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu o poniższych parametrach technicznych

- a) Rozmiar źrenicy: średnica minimum 3 mm,
- b) Pole widzenia minimum 45°,
- c) Oświetlenie biała dioda LED lub podczerwień,
- d) Akumulator 3.7V/3400mAh
- e) szerokość całkowitą 130 mm
- f) waga 800 g

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterowane za pomocą IPada z typu touch z aplikacją (oprogramowaniem) pobieraną ze strony producenta. Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- Oświetlenie biała dioda LED lub podczerwień,
- Akumulator 3.7V/3400mAh



- szerokość całkowitą 130 mm
- waga 800 g

Pozostałe wymagania techniczne bez zmian (zgodne z SWZ)

Pytanie 12 do załącznika nr Załącznik nr 1A do SWZ

Poz. 1.3. lampa szczelinowa

- 1) Czy zamawiający dopuści do przetargu lampę szczelinową z oświetleniem LED regulowanym w zakresie od 200 do 20K lux?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lampę szczelinową z oświetleniem LED regulowanym w zakresie od 200 lux do 20K lux.

- 2) Czy Zamawiający dopuści do przetargu innowacyjny oświetlacz tła w technologii LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oświetlacz tła w technologii LED (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 A do SWZ- oświetlenie LED).

Pytanie nr 13: do załącznika nr 1A do SWZ

Czy w Pakiecie I oraz III Zamawiający umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje lub wydzieli pozycje 1.3 ręczna lampa szczelinowa oraz 3.4 laser diodowy do odrębnego zadania?

Odpowiedź:

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje oraz nie wydzieli pozycji 1.3 ręczna lampa szczelinowa i poz. 3.4 laser diodowy do odrębnego zadania.

Pytanie nr 14.: do załącznika nr 1A do SWZ

Poz. 3.4.. – laser diodowy

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3. Poz. 4. Laser diodowy o wymiarach 13cm x 36cm x 33cm?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3. Poz. 4. Laser diodowy o wymiarach 13cm x 36cm x 33cm.

Pytanie nr 15.: do załącznika nr 1A do SWZ:

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o parametrach:

- Optyka Biomikroskop binokularny konwergencyjny 13^o
- powiększenie 10x i 16x, zmiana przełącznikiem
- Odległość robocza obiektywu przy 10x 100mm
- Odległość robocza obiektywu przy 16x 80mm
- Pole widzenia przy 10x 16mm
- Pole widzenia przy 16x 10,5mm
- Zakres PD 50mm to 72mm
- Zakres regulacji dioptrycznej okularu +/- 7 dioptrii
- Wymiary: Urządzenie ręczne 238 x 116 x 210 mm
- Stacja dokowania 205 x 138 x 40 mm
- Waga: Urządzenie ręczne ~900g
- Stacja dokowania 300g
- Typ szczeliny Lampa szczelinowa z pokrętkiem regulacji wielkości szczelin
- Długość szczeliny 12mm
- Szerokość szczeliny Szczeliny 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm oraz 1,6mm, 12mm koło i 1mm
- Kwadrat
- Filtry Zielony (red free), niebieski, szary ND 0,8 oraz przezroczysty
- Ochrona IR Wbudowany filtr IR Cut (wycięcie pasma podczerwieni)
- Kąt szczeliny +/- 60^o
- Regulacja oświetlenia Płynna zmienność, od słabej do pełnej jasności
- Zasilanie:
- Zasilacz Impulsowy, (110V – 240V) Multi plug +/- 10% zgodność z EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3



- Parametry na wyjściu 30VA (12V DC 2,5A)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza :

- Zakres regulacji dioptrycznej okularu +/- 7 dioptrii
- Wymiary: Urządzenie ręczne 238 x 116 x 210 mm
- Waga: Urządzenie ręczne ~900g
- Szerokość szczeliny Szczeliny 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm oraz 1,6mm, 12mm koło i 1mm
- Filtry Zielony (red free), niebieski, szary ND 0,8 oraz przezroczysty, wbudowany filtr IR Cut (wycięcie pasma podczerwieni)
- Kąt szczeliny +/- 60°
- Zasilanie: zasilacz Impulsowy, (110V – 240V) Multi plug +/- 10% zgodność z EN60601-1
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, parametry na wyjściu 30VA (12V DC 2,5A)

Pozostałe wymagania techniczne bez zmian (zgodne z SWZ)

Pytanie nr 16

Czy dla sprzętu Produkt z zadania nr 2 poz. 2.5 „**platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego**” oraz produkt z zadania nr 3 poz. 3.5 „**Źródło światła (główka oświetleniowa)**” Zamawiający wyrazi zgodę na brak dostarczenia deklaracji zgodności i CE.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dla zadania nr 2. poz. 2.5.-platforma mikrofalowa do łączenia krzyżowego oraz dla zadania nr 3, poz. 3.5- Źródło światła (główka oświetleniowa) brak dostarczenia deklaracji zgodności CE i braku oznakowania znakiem CE.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.



- Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26.06.2023 r. do godziny 15:00.
- Otwarcie ofert nastąpi 26.06.2023 r. o godzinie 15:30.
- Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 23.09.2023 r.

Kanclerz

/-/ mgr Marcin Gałan

.....
(podpis)