



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 59/02/2024

Chrzanów, 20.02.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na Dostawa aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 07/2024

Pytanie 1

Zamawiający nie określił dokładnie zakresu prac adaptacyjnych wymaganych w związku z wymianą aparatu w pomieszczeniu. Czy w związku z tym zamawiający dookreśli ten zakres czy oczekują jedynie minimum prac niezbędnych do prawidłowej pracy nowego aparatu ?

Określenie zakresu prac ograniczy ew. nieporozumienia związane z wymaganą estetyką pomieszczeń po adaptacji. (wymiana wykładzin podłogowych , drzwi, sufitu podwieszanego , malowania ścian itp...) **Odp.**

Zgodnie z swz

Pytanie 2

Prosimy o określenie sposobu kontaktowania się ze wskazanymi Osobami w Szpitalu w celu dokonania oględzin pomieszczeń. Wykonanie dokładnych pomiarów pomieszczeń jest niezbędne dla oszacowania kosztów adaptacji i doboru prawidłowych komponentów oferowanych urządzeń.

Odp. Lesław Wójcik tel. 5193070607 e-mail: sam@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 3

Dotyczy arkusz AIT punkt 3, Zamawiający wymaga:

| | | |
|---|--|-----|
| 3 | Główne elementy aparatu tj. generator, sufitowy statyw lampy rtg, stół, statyw płucny, pochodzą od jednego i tego samego producenta. | Tak |
|---|--|-----|

Prosimy o dopuszczenie aparatu w którym generator jest dostarczony z renomowanego producenta/podwykonawcę , firmę Spellman. Generator tej firmy jest w pełni zintegrowany w naszym aparacie AGFA DR 600 i zapewniona jest pełnia dwukierunkowa wymiana informacji. Urządzenie jest w pełni kompletowane i testowane w fabryce AGFY i posiada wspólną deklarację CE na cały aparat RTG.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy arkusz AIT punkt 7, Zamawiający wymaga:

| | | |
|--|--|----------|
| | s pionowego ruchu lampy umożliwiające badania pacjentów np. na łóżkach iągami ortopedycznymi, oraz optymalne oddalenie lampy ponad stół do i typu stitching. | ≥ 180 cm |
|--|--|----------|

Prosimy o dopuszczenie aparatu w zakresie ruchu pionowego lampy wynoszącym 160 cm. . Jest to wielkość nieznaczenie różniąca się od wymaganej i nie wpływa na ergonomię pracy i zakres możliwych do wykonania



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

procedur. Należy zwrócić uwagę, że jest to parametr katalogowy a jego implementacja zależy od wysokości pomieszczenia. **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 5

Dotyczy arkusz AIT punkt 11, Zamawiający wymaga:

| | | |
|-----|--|-------|
| 11. | Wielofunkcyjny panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji. | ≥ 12" |
|-----|--|-------|

Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w panel o przekątnej wynoszącej 10". Wielkość jest dopasowana do interfejsu użytkownika. **Odp. Zgodnie z swz.**

Pytanie 6

Dotyczy arkusz AIT punkt 21, Zamawiający wymaga:

| | | |
|-----|---|----------------|
| 21. | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych w programach anatomicznych ustawień. | ≥ 100 ustawień |
|-----|---|----------------|

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego aparatu w którym zdefiniowane są wstępnie i 43 ustawienia z możliwością ich edycji i dopisywaniem kolejnych. Producent Agfa nie zaleca zwiększania ilości ustawień ze względu na ich podobieństwo i możliwość pomyłki. Każdy z programów wymaga i tak dostosowania do indywidualnej budowy anatomicznej pacjenta. **Odp. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie**

Pytanie 7

Dotyczy arkusz AIT punkt 46, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|----------------------|----------|
| 46 | Długość blatu stołu. | ≥ 240 cm |
|----|----------------------|----------|

Prosimy o dopuszczenie stołu o długości wynoszącej 220 cm. Jest to wielkość nieznacznie różniącą się od wymaganej i nie wpływa na ergonomię pracy i zakres możliwych do wykonania procedur. Jednocześnie oferowany przez nas stół zapewnia znaczenie większe od wymaganego pokrycia bez przemieszczania pacjenta na blacie (200cm). **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 8

Dotyczy arkusz AIT punkt 50, Zamawiający wymaga:

| | | |
|-----|----------------------------------|---------|
| 50. | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 28 cm |
|-----|----------------------------------|---------|

Prosimy do dopuszczenie stołu o zakresie ruchu poprzecznego wynoszącego 24 cm. Jest to wielkość nieznacznie różniącą się od wymaganej i nie wpływa na ergonomię pracy i zakres możliwych do wykonania procedur. **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 9

Dotyczy arkusz AIT punkt 51, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|------------------------|----------|
| 51 | Max. obciążenie stołu. | ≥ 400 kg |
|----|------------------------|----------|



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prosimy o dopuszczenie stołu o max obciążeniu wynoszącym 320kg. Jest to wielkość która nie wpływa w istotny sposób na ergonomię pracy i zakres możliwych do wykonania procedur. **Odp. Zgodnie z swz.**

Pytanie 10

Dotyczy arkusz AIT punkt 52, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| 52 | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 53 cm |
|----|--------------------------------------|---------|

Prosimy o dopuszczenie stołu opuszczanego do wysokości min 55cm od poziomu podłogi. Jest to wielkość nieznaczenie różniąca się od wymaganej i nie wpływa na ergonomię pracy i zakres możliwych do wykonania procedur. **Odp. Zgodnie z swz.**

Pytanie 11

Dotyczy arkusz AIT punkt 62, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|---|-----|
| 62 | Dodatkowy ręczny sterownik wysokości i ruchu pływającego blatu mocowany do blatu stołu. | Tak |
|----|---|-----|

Prosimy o rezygnację w wymogu dostarczenia dodatkowego sterownika mocowanego do blatu. Oferowany przez nas stół posiada dwa komplety sterowników nożnych. Dodatkowy sterownik mocowany do blatu utrudnia przekładanie pacjenta z łóżek o jego pozycjonowanie. **Odp. Dopuszczamy brak dodatkowego sterownika jeżeli stół posiada dwa komplety sterowników nożnych.**

Pytanie 12

Dotyczy arkusz AIT punkt 68, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|--|---------|
| 68 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 30 cm |
|----|--|---------|

Prosimy o dopuszczenie statywu o minimalnej odległości środka od podłogi wynoszącej 33,5 cm. Jest to wielkość nieznaczenie różniąca się od wymaganej i nie wpływa na ergonomię pracy i zakres możliwych do wykonania procedur. **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 13

Dotyczy arkusz AIT punkt 73, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|--|-------------|
| 73 | Pochłalność płyty statywu równoważnik mm Al dla 100 kV | ≤ 0,5 mm Al |
|----|--|-------------|

Prosimy o dopuszczenie statywu o pochłalności płyty wynoszącej 0,7 mm/Al. Jest to wielkość identyczna do oferowanej w stole. Daje możliwość stosowania tych samych ustawień parametrów ekspozycji dla statywu u stołu. **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 14

Dotyczy arkusz AIT punkt 80, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|---------------------|--|
| 80 | Detektor w statywie | Bezprzewodowy, ładowany w szufladzie statywu, lub zamontowany na stałe |
|----|---------------------|--|



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prosimy o dopuszczenie detektora bezprzewodowego ładowanego w dedykowanej ładowarce/stojaku bez konieczności wyjmowania baterii i podpinania kabli. Zewnętrzna ładowarka umożliwi ograniczenie ilości cykli ładowania a tym samym wydłużenie żywotności baterii. **Odp. Zgodnie z swz**

Pytanie 15

Dotyczy arkusz AIT punkt 83, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|-------------------|----------|
| 83 | Rozmiary piksela. | ≤ 100 μm |
|----|-------------------|----------|

Prosimy o dopuszczenie detektora o wielkości piksela wynoszącej 140 μm. Jest wielkość piksela zoptymalizowana dla klasycznych badań RTG i lamp p wielkości ogniska 0,6 / 1,2mm. **Odp. nie dopuszczamy.**

Pytanie 16

Dotyczy arkusz AIT punkt 88, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 88 | Detektor ładowany w szufladzie stołu | Tak |
|----|--------------------------------------|-----|

Prosimy o dopuszczenie detektora ładowanego w dedykowanej ładowarce/stojaku bez konieczności wyjmowania baterii i podpinania kabli. Zewnętrzna ładowarka umożliwi ograniczenie ilości cykli ładowania a tym samym wydłużenie żywotności baterii. **Odp. nie dopuszczamy.**

Pytanie 17

Dotyczy arkusz AIT punkt 90

Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|---|---------|
| 90 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 8 mln |
|----|---|---------|

Prosimy o zmianę wymaganej wielkości na > 7 mln. Zamawiający wymaga 8 mln pikseli dla większego detektora 42x42 cm. Detektor opisywany w tym punkcie jest mniejszy. **Odp. Zamawiający podpuszcza rozdzielczość >7mln**

Pytanie 18

Dotyczy arkusz AIT punkt 91, Zamawiający wymaga:

| | | |
|----|-------------------|----------|
| 91 | Rozmiary piksela. | ≤ 100 μm |
|----|-------------------|----------|

Prosimy o dopuszczenie detektora o wielkości piksela wynoszącej 140 μm. Jest wielkość piksela zoptymalizowana dla klasycznych badań RTG i lamp p wielkości ogniska 0,6 / 1,2mm. **Odp. Nie dopuszczamy.**

Pytanie 18

Dotyczy arkusz AIT punkt 118, Zamawiający wymaga:

| | | |
|-----|---|-----|
| 118 | Obudowa nakładana na detektor do zdjęć pacjentów stojących (detektor na podłodze). Płyta obudowy przezroczysta umożliwiająca prawidłowe pozycjonowanie pacjenta względem detektora znajdującego się w obudowie. | Tak |
|-----|---|-----|



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego obudowy z materiały nieprzeźroczystego na której jest oznaczony obszar pod którym znajduje się pole aktywne detektora (narysowany prostokąt). Nadmieniamy dodatkowo, że nasze detektory mają maksymalny dopuszczalny nacisk 400 kg. Można stawać na nich bezpośrednio. **Odp. Dopuszczamy**

Pytanie 19

Dotyczy arkusz AIT punkt 120, Zamawiający wymaga:

| | | |
|-----|---|-----|
| 120 | Podłączenie oferowanego aparatu do systemu PACS/ RIS posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |
|-----|---|-----|

Prosimy o podanie nazwy i dostawcy posiadanego przez zamawiającego systemu PACS/RIS. Czy Zamawiający posiada wolne licencje umożliwiające podłączenie nowych urządzeń do tych systemów ?
Odp. SYNEKTIK. Zamawiający posiada wolne licencje

Pytanie 20

Dotyczy arkusz AIT punkt 120, Zamawiający wymaga:

| | | |
|-----|--|-----|
| 120 | Podłączenie oferowanego aparatu do systemu kontroli i raportowania dawki pacjenta posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |
|-----|--|-----|

Prosimy o podanie nazwy i dostawcy posiadanego przez zamawiającego systemu kontroli i raportowania dawki pacjenta. Czy Zamawiający posiada wolne licencje umożliwiające podłączenie nowych urządzeń do tego systemu ? **Odp. RADPAL- Zamawiający posiada wolne licencje**

Pytanie 21 Wnosimy o dopuszczenie wizji lokalnej, prosimy o wskazanie osoby kontaktowej celem ustalenia terminu. Odp. Dopuszczamy wizję, osoba do kontaktu Lesław Wójcik tel. 519307607, e-mail: sam@szpital-chrzanow.pl

Pytanie nr 22:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wypełnienia jedynie sekcji α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). **Odp. Tak**

Pytanie nr 23:

Dotyczy: Arkusz Informacji technicznej, pkt 122 oraz Umowa (wzór) par. 5 ust. 2 lit. c):

Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu i monitora.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania testów specjalistycznych i akceptacyjnych jednorazowo bezpośrednio po instalacji aparatu RTG. **Odp. Tak, potwierdzamy.**

Pytanie nr 24:

Dotyczy: Arkusz Informacji technicznej, pkt 135

Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

oraz Umowa par. 7 ust. 5 lit. b)

Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć: (...)
b) 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady

Prosimy o modyfikację istniejących zapisów odpowiednio w poniższy sposób:

Arkusze Informacji technicznej, pkt 135:

Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy

oraz Umowa par. 7 ust. 5 lit. b)

Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć: (...)
b) 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady

Powyższa modyfikacja pozwoli uwzględnić czas sprowadzenia części zamiennych od zagranicznego producenta oraz czas niezbędny na wykonanie testów jakościowych, w tym – w zależności od rodzaju naprawy – testów specjalistycznych wykonywanych przez zewnętrzne, akredytowane laboratoria pomiarowe.

Odp. Czas naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia.

Pytanie nr 25:

Dotyczy: Umowa wzór, par. 6

Prosimy o potwierdzenie, iż gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i zużywalne (w tym m.in. baterie/ akumulatory). **Odp. Potwierdzamy.**

Pytanie nr 26:

Dotyczy: Umowa wzór, par. 7 ust. 2:

Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w dniach i godzinach: 7:00 - 16:00 pod nr tel. lub za pośrednictwem faxu pod nr lub pod adresem e mail

Ze względu na czas pracy serwisu prosimy o zmianę godzin przyjmowania zgłoszeń na 8:30 – 16:30.

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od przesyłania zgłoszeń o wadach za pośrednictwem faxu. Powszechnie obowiązującym środkiem komunikacji jest wysyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail Wykonawcy (większość Wykonawców zrezygnowała z korzystania z faxu). **Odp. Tak, wyrażamy zgodę.**

Pytanie nr 27:

Dotyczy: Umowa wzór, par. 7 ust. 5 zdanie drugie:

Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji

Uprzejmie wyjaśniamy, że wymóg nowego biegu gwarancji na kompletny, złożony z kilkuset elementów aparat RTG w przypadku wymiany (w ciągu kilku lat gwarancyjnej eksploatacji) pojedynczych części składowych jest ekonomicznie nieuzasadniony (konieczność znacznego podwyższenia ceny oferty) i mógłby zniechęcić Wykonawców do złożenia oferty. Proponujemy następującą modyfikację:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Okres gwarancji na wymienioną część zamienną biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie nr 28:

Dotyczy: Arkusz Informacji technicznej, pkt 129, tiret pierwsze:

- demontażu obecnie funkcjonującego aparatu RTG i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie szpitala

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga demontażu aparatu RTG w sposób przeznaczony do utylizacji, tj. z wydzieleniem odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622 ze zm.) i odbioru przez Wykonawcę zdemontowanego ww. aparatu, co zostanie potwierdzone poprzez podpisanie protokołu odbioru zdemontowanego aparatu RTG.

Odp. tak, potwierdzamy

Pytanie nr 29:

Dotyczy: Umowa wzór, par 5 ust. 2 lit. a)

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Adaptacji pomieszczeń zgodnie z zakresem robót pod montaż aparatu RTG,

Z uwagi na brak opisu zakresu robót adaptacji Pracowni RTG, prosimy o wyłączenie adaptacji ww. pomieszczeń z przedmiotowego postępowania. **Odp. Nie**

Pytanie nr 30:

Dotyczy: Umowa wzór, par 4 ust. 4

Wystawienie faktury nastąpi po wykonaniu całego zamówienia o którym mowa w §1 niniejszej umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

oraz par. 3 ust. 2

Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez z obie strony protokołu odbioru z adnotacją bez usterek.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 8 i wyłączenie prac adaptacyjnych z niniejszego postępowania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie protokołu odbioru i wystawienie faktury po dostawie aparatu RTG do siedziby Zamawiającego, a pozostałe obowiązki wynikające z umowy Wykonawca zobowiązany będzie wykonać niezwłocznie po udostępnieniu pomieszczeń przygotowanych do instalacji aparatu. Prośbę motywujemy tym, iż pozostałe obowiązki wynikające z umowy (w tym: montaż, instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie testów, integracje i szkolenia) możliwe są do wykonania nie wcześniej, jak po zakończeniu prac adaptacyjnych, a Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych skutków wynikających z działań za które nie jest odpowiedzialny tj. adaptację pomieszczeń do celów instalacji aparatu.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 31:

Dotyczy: Arkusz Informacji Technicznej (AIT), pkt 37:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

| | | | | |
|-----|---|-----------|--|----------------------------|
| 37. | Kamera 3D wbudowana w kolimator z podglądem obszaru badania pacjenta na stacji technika w sterowni. | Tak / Nie | | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |
|-----|---|-----------|--|----------------------------|

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie kamery video wbudowanej w kolimator z podglądem obszaru badania pacjenta na ekranie stacji technika w sterowni. Obraz przekazywany jest z kamery na żywo i pozwala kontrolować ustawienie pacjenta anatomicznego oraz kolimacji. **Odp. Tak, Zamawiający przyzna 5 pkt.**

Pytanie nr 32:

Dotyczy: Arkusz Informacji Technicznej (AIT), pkt 60 i 61:

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|
| 60. | Przełączniki nożne sterujące wysokością i ruchem pływającym blatu zamontowane wzdłuż podstawy stołu. | Tak | Tak | |
| 61. | Drugi zestaw przełączników sterujących wysokością i ruchem pływającego blatu zamontowany wzdłuż podstawy z tyłu stołu. | Tak | Tak | |

Czy Zamawiający dopuści przełączniki nożne sterujące wysokością i ruchem pływającym blatu zamontowane wzdłuż podstawy stołu tylko od frontu stołu? **Odp. Zamawiający dopuszcza przełączniki zamontowane tylko do frontu stołu.**

Z poważaniem

