



WsZSL.FZ.381./70/652/2024

Legnica 26.09.2024r.
Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
znak sprawy WSZSL/FZ-70/24

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE KOREKTY BŁĘDNIIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI W DNIU 24.09.2024 ROKU znak pisma WSZSL.FZ.381./70/24/642/2024 NA NIŻEJ PRZYWOŁANE ZAPYTANIA:

Pytanie 57

JEST:

Pytanie 57

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 2 oczekuje zestawu, w którego skład wchodzi nebulizator o tempie nebulizacji (szybkości opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Zostaje skorygowane na:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje zestawu opisanego w Załączniku 2A. Nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 58

JEST:

Pytanie 58

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) - do podłączenia do obwodu oddechowego, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Zostaje skorygowane na:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

UWAGA!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż