



Znak sprawy: ZP/66/TP2/2022

Zabrze, 07.11.2022r.

**O D P O W I E D Ź nr 1  
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie **podstawowym z możliwością negocjacji** pn.:

**„Zakup barwiarki wraz z zaklejarką do preparatów mikroskopowych z dotacji celowej Ministra Zdrowia”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

**Pytanie nr 1 dotyczy modułu barwiącego poz.8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w 26 stacji. Zaproponowana ilość stacji jest w pełni wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy modułu barwiącego poz.9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki wyposażonej w 22 stacje odczynnikowe o pojemności 480 ml umiejscowione i wyciągane pojedynczo. Jest to wartość optymalna, wystarczająca do stosowania barwienia cytologicznego oraz HE i uzyskania wymaganej przez Zamawiającego wydajności. Stosowanie większej liczby stacji odczynnikowych nie przynosi korzyści użytkowych, a może przekładać się na zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 3 dotyczy modułu barwiącego poz.10,11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w 4 stacje myjących oraz 1 stację suszenia. Zaproponowana ilość stacji myjących oraz stacji suszenia jest w pełni wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4 dotyczy modułu barwiącego poz.12**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki wyposażonej w 4 stacje załadowczo-wyładowcze z możliwością zdefiniowania ich według preferencji Użytkownika w 3 wariantach: stacja załadowcza – 3 szt./stacja wyładowcza 1 szt.; stacja załadowcza – 2 szt./stacja wyładowcza 2 szt.; stacja załadowcza – 1 szt./stacja wyładowcza 3 szt. Zaproponowana ilość stacji załadowczo-wyładowczych wraz z możliwością ich dowolnej konfiguracji jest w pełni wystarczająca i zapewnia elastyczność pracy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

Dyrektor

dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31  
tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

**Pytanie nr 5 dotyczy modułu barwiącego poz.13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki wyposażonej w zewnętrzny system zasilania awaryjnego (UPS) pozwalający na możliwość dalszej pracy w przypadku awarii zasilania. Stosowanie wbudowanego systemu nie przynosi korzyści użytkowych, a może utrudniać wymianę baterii w przypadku spadku jej wydajności w przyszłości.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy modułu barwiącego poz.14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki z możliwością utworzenia do 100 programów barwiących – każdy po 40 kroków

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7 dotyczy modułu barwiącego poz.15**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia – barwiarkę z możliwością ustawienia czasu inkubacji w zakresie od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund. Pragniemy zaznaczyć iż powyższy zakres jest większy niż używane czasy inkubacji w praktyce laboratoryjnej ze znacznym marginesem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy modułu barwiącego poz.20, 21**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów o wymiarach: 1066 x 700 x 630 (szerokość x głębokość x wysokość mm) i wadze 130 kg

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 9 dotyczy modułu barwiącego poz.25**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie wymogu dotyczącego aktualnego certyfikatu ISO 13485:2016 producenta wyrobu potwierdzającego, iż projektowanie oraz wykonanie wyrobu odbywa się zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Wymagana przez Zamawiającego deklaracja zgodności CE w oparciu o dyrektywę 98/79/WE lub rozporządzenie UE 2017/746 oraz powiadomienie (importer, dystrybutor) lub zgłoszenie (wytwórca) do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych dla zaproponowanego wyrobu jest w zupełności wystarczająca i zgodna z literą prawa.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy modułu barwiącego poz.27**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem LCD o przekątnej 10,4". Pragniemy zaznaczyć iż stosowanie monitora ruchomego na wysięgniku nie przynosi korzyści użytkowych, a może utrudniać użytkownikowi codzienną pracę. Zastosowanie monitora na wysięgniku bezpośrednio wpływa na konieczność zabezpieczenia większej przestrzeni użytkowej do pracy na urządzeniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 11 dotyczy modułu nakrywającego poz.35**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu nakrywającego o parametrze lepszym: pojemności magazynka na szkiełka nakrywkowe – 200 szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 12 dotyczy modułu nakrywającego poz.36**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu nakrywającego pracującego na szkiełkach nakrywkowych o rozmiarze 24 x 50 mm. Jest to najczęściej stosowany rozmiar szkiełek przy nakrywaniu ręcznym oraz jedynie powszechny używany rozmiar w automatach nakrywających w pracowniach/zakładach histopatologii. Możliwość pracy z różnymi rozmiarami szkiełek nie przynosi żadnych korzyści użytkowych, a może generować potencjalne błędy aplikacyjne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 13 dotyczy modułu nakrywającego poz.43**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu nakrywającego z możliwością zamontowania butli z medium do nakrywania szkiełek o pojemności 250 ml. Zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na komfort pracy oraz nie przekłada się na jakość zaklejoných preparatów mikroskopowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 14 dotyczy modułu nakrywającego poz.44, 45**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu nakrywającego o wymiarach: 660 x 770 x 640 (szerokość x głębokość x wysokość mm) i wadze 90 kg.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 15 dotyczy drukarki kasetowej poz.53**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek histopatologicznych pracującej w oparciu o najnowocześniejszą technologię laserową z nadrukiem odpornym na odczynniki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Zaproponowane rozwiązanie jest dużo korzystniejsze dla Zamawiającego ze względu na dużo niższe koszty eksploatacji na etapie użytkowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy drukarki kasetowej poz.57**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do kasetek histopatologicznych o parametrze lepszym: jakość zadruku 2500 dpi.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 17 dotyczy drukarki kasetowej poz.58**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki pracującej bez wymiennej taśmy. Technologia laserowa nadruku nie wymaga stosowania takiego rozwiązania i zapewnia bez dodatkowych kosztów związanych z wymianą taśm nadruk w ilości 24 miliony kasetek histopatologicznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 18 dotyczy drukarki kasetowej poz.63, 64**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wymiarach: 420 x 380 x 395 (głębokość x szerokość x wysokość mm) i wadze 30 kg.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 19 dotyczy drukarki szkiełkowej poz.70**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki z możliwością wykonywania zadruków na każdym rodzaju szkiełka przeznaczonego do drukarek termotransferowych tj. z emaliowanym polem do opisu w różnych kolorach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy drukarki szkiełkowej poz.75**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki z wbudowanym panelem sterowania LCD oraz oprogramowaniem do kontroli pracy drukarki bez konieczności stosowania zewnętrznego tabletu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 21 dotyczy drukarki szkiełkowej poz.76**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do szkiełek o parametrze lepszym: urządzenie wyposażone w montowane jednocześnie dwa zasobniki każdy o pojemności 100 szkiełek podstawowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 22 dotyczy drukarki szkiełkowej poz.77**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do szkiełek wyposażonej w pojemnik do odbioru zadrukowanych szkiełek o pojemności 20 szt. Zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na komfort pracy oraz nie przekłada się na jakość zadrukowanych szkiełek mikroskopowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 23 dotyczy drukarki szkiełkowej poz.80**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki z wbudowanym panelem sterowania LCD oraz oprogramowaniem do kontroli pracy drukarki bez konieczności stosowania zewnętrznego tabletu oraz uchwyty do jego montażu do blatu roboczego. Zastosowane rozwiązanie pod kątem ergonomii pracy jest dużo lepsze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 24 dotyczy drukarki szkiełkowej poz.81**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki do szkiełek o wymiarach 120 x 250 x 240 (szerokość x wysokość x głębokość mm)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 25 dotyczy łaźni wodnej poz.87**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie łaźni wodnej z oświetleniem LED w 2 kolorach – biały, niebieski

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 26 dotyczy łaźni wodnej poz.89**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie łaźni wodnej o rozwiązaniu lepszym niż opisany w OPZ tj.: łatwa wymiana wody za pomocą wyjmowanej szklanej łaźni bez odłączania całego urządzenia od zasilania

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 27 dotyczy łaźni wodnej poz.90, 91**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie łaźni wodnej o wymiarach: 350 x 370 x 230 (szerokość x głębokość x wysokość mm) i wadze 10 kg.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

Zamawiający

z up. DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski