

Nr sprawy D25M/251/N/37-69rj/20

Gdynia, dnia 24 WRZ. 2021

1. wg rozdzielnika
2. A/A

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy

w przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

1. Zamawiający:
Szpital Pomorski Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezyjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni w ramach programu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” – zadanie nr 1
Znak: D25M/251/N/37-69rj/20

3. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje następujące informacje:

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 28.06.2021r. – nr KIO 1475/21 nakazującym Zamawiającemu wykluczenie z postępowania Wykonawcę **Getinge Polska Sp. z o.o.**, Zamawiający na mocy art. 24, ust.1, pkt 17) ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

GETINGE POLSKA Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

W uzasadnieniu zawartym w wyroku KIO, w zakresie parametru nr 11, Wykonawca Getinge Polska Sp. z o.o. przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd. Wykonawca zadeklarował stół, w którym dostęp aparatu RTG do pacjenta jest możliwy z użyciem funkcji przesuwu wzdłużnego o długości 1605 mm, tymczasem zaofertowany stół spełnia parametr przezierności bez użycia funkcji przesuwu wzdłużnego na długości 1500 mm. Wykonawca zatem w sposób nieuprawniony potwierdził spełnienie parametru w zakresie długości 1605 mm.

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 17) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albowiem w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w nn postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na mocy art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sporządziła: Agnieszka Korolczuk

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
D.S. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT