

Grudziądz, dnia 13.11.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP-2454/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/30/PN/19).

W związku z wpływaniem od Wykonawców zapytań, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- 1. Dotyczy zadania 12** - Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, przyrząd (kaniulę) do pobierania płynu z butelki z filtrem bakteryjnym 0,2 µm i cząsteczkowym 5 µm zaopatrzony w końcówkę Luer-Lock bez zastawki, z tożsamym do zastawki samouszczelniającym się zaworem, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu, łatwym do dezynfekcji, odpornym na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV i DEHP; średnica igły 4,0 mm, długość igły 21,5 mm? Opisany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. przyrządu pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje jedynie uprawnienie do wyjaśnienia niejasnych zapisów SIWZ, a nie próba prowadzenie negocjacji treści SIWZ.

- 2. Dotyczy zadania 33, pozycja 2** - Prosimy o dopuszczenie nebulizatorów o pojemności 6 ml, skalowany co 1 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Nebulizatory o pojemności 6 ml są standardowe, ogólnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia i w pełni wystarczające do przeprowadzenia poprawnej procedury medycznej. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- 3. Dotyczy zadanie 51** - Prosimy o dopuszczenie szczoteczki typu „wachlarzyk” do wymazów ginekologicznych sterylnej. Sterylność jest standardem w przypadku wymienionego asortymentu i wpływa pozytywnie na jakość wykonywanych procedur medycznych. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie

merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 51, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Szczoteczki typu „wachlarzyk” do wymazów ginekologicznych, jednorazowe, sterylne”

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 51.

4. **Dotyczy zadanie 94** - Czy Zamawiający w zadaniu 94 dopuści stażę bezlateksową o długości opaski 47 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? Nieznaczna różnica w długości nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

5. **Dotyczy zadanie 58, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, worek na wymiociny z absorbentem (środkiem pochłaniającym wymiociny), o pojemności 1500 ml, skala pomiarowa z oznaczeniem co 100 ml, skalę pomiarową do 100 ml co 10 ml, przezroczysty, posiada sztywny ustnik (plastikowy) obejmującym usta pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona, ustnik ma wcięcie służące do szczelnego zamknięcia, instrukcja obsługi na opakowaniu, nie zawiera lateksu, ani PCV. Opisany zestaw jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Nie.

6. **Dotyczy zadanie 58, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, worek na wymiociny, o pojemności 1500 ml, skala pomiarowa z oznaczeniem co 100 ml, skalę pomiarową do 100 ml co 10 ml, przezroczysty, posiada sztywny ustnik (plastikowy) obejmującym usta pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona, ustnik ma wcięcie służące do szczelnego zamknięcia, instrukcja obsługi na opakowaniu, nie zawiera lateksu, ani PCV. Opisany zestaw jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Nie.

7. **Dotyczy SIWZ-** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Zgodnie z pkt. VI.2 SIWZ każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

8. **Dotyczy zadania 123** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 123 zamiast opisanego worka również samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach

laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylne, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach 6,6x15,24cm i pojemności 190ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec. Opakowanie wewnątrz opatrzone kodem QR do szybkiej identyfikacji produktu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Dotyczy zadania 175** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu 175 ilości sztuk produktu. Czy Zamawiający potrzebuje 320 opakowań po 4 sztuki jednorazowych nożyczek laparoskopowych czyli łącznie 1280 sztuk, czy łącznie 320 sztuk nożyczek w opakowaniach zbiorczych po 4 sztuki?

Odp. Zamawiający wymaga 1280 szt. nożyczek laparoskopowych. Patrz odpowiedź (wraz z modyfikacją) na pytanie nr 33 z dnia 30.10.2019 r.

10. **Dotyczy zadania 175** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 175 opakowań zbiorczych zawierających 6 sztuk produktu.

Odp. Zamawiający wymaga 1280 szt. nożyczek laparoskopowych. Patrz odpowiedź (wraz z modyfikacją) na pytanie nr 33 z dnia 30.10.2019 r.

11. **Dotyczy zadania 175** - Jeżeli Zamawiający obecnie potrzebuje 320 opakowań po 4 sztuki w każdym opakowaniu zbiorczym czyli łącznie 1280 pojedynczych sztuk, to proszony jest o dopuszczenie 214 opakowań po 6 sztuk w każdym opakowaniu zbiorczym co da łącznie 1284 sztuki.

Odp. Zamawiający wymaga 1280 szt. nożyczek laparoskopowych. Patrz odpowiedź (wraz z modyfikacją) na pytanie nr 33 z dnia 30.10.2019 r.

12. **Dotyczy zadania 175** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 175 jednorazowych nożyczek do operacji laparoskopowych, z możliwością podłączenia do monopolarnej koagulacji, zawierających ostrze tnące o długości 16mm, maksymalne rozwarście ostrzy 8mm, średnicę trzonu 5mm, długość trzonu 31 cm, z możliwością rotacji o 360 stopni. Kodowanie produktu w kolorze szarym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. **Dotyczy zadania 102 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

14. **Dotyczy zadania 102 poz. 2-3** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

15. **Dotyczy zadania 102 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylne, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

16. **Dotyczy zadania 102 poz.1** - Czy Zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

17. **Dotyczy zadanie 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 550 ml?**
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
18. **Dotyczy zadania 16 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 450 ml?**
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
19. **Dotyczy zadania 16 poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
20. **Dotyczy zadania 47 poz.1 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
21. **Dotyczy zadania 47 poz.2 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
22. **Dotyczy zadania 47 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?**
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.
23. **Dotyczy zadania 51 poz.1 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

24. **Dotyczy zadania 51 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie jałowej szczoteczki do wymazów, typu wachlarzyk, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

25. **Dotyczy zadania 57 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

26. **Dotyczy zadania 57 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

27. **Dotyczy zadania 57 poz. 3** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

28. **Dotyczy zadania 57 poz. 10** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. **Dotyczy zadania 58 poz.3-4** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

30. **Dotyczy zadania 58 poz.8** - Czy Zamawiający dopuści lewatywę posiadającą dren zakończony oble, z dwoma otworami bocznymi, z zaciskiem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

31. **Dotyczy zadania 58 poz.9** - Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odp. Nie.

32. **Dotyczy zadania 58 poz.9** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

33. **Dotyczy zadania 61 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak.
34. **Dotyczy zadania 61, poz. 2-3** - Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
35. **Dotyczy zadania 61 poz. 2-3** - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
36. **Dotyczy zadania 61 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepki ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odp. Nie.
37. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Czy Zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.
38. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?
Odp. Nie.
39. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?
Odp. Nie.
40. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?
Odp. Nie.
41. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Nie.
42. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

43. **Dotyczy zadanie 63 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odp. Nie.
44. **Dotyczy zadania 63 poz. 5** - Czy Zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
45. **Dotyczy zadania 94 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
46. **Dotyczy zadania 94 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
47. **Dotyczy zadania 9 poz. 7-9** - Czy Zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.
48. **Dotyczy zadania 9 poz. 7-9** - Prosimy aby Zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
49. **Dotyczy zadania 1 poz. 2** - Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- 50. Dotyczy zadania 1 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
- 51. Dotyczy zadania 1 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odp. Nie.
- 52. Dotyczy zadania 25 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6** - Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach:
zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
 - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
 - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
 - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
 - odporne na płyny
 - brak zawartości lateksu
 - przezierne dla promieni RTG
 - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania)
- Prosimy o odstąpienie od wymogu filtrowania powietrza w kołderkach.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 53. Dotyczy zadania 25 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie kołderki pod pacjenta o wymiarach 217 x 91 cm
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 54. Dotyczy zadania 25 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało pacjenta o wymiarach: 195 x 100 cm
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 55. Dotyczy zadania 25 poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie koca na górną część ciała, o wymiarach: 192 x 57 cm
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 56. Dotyczy zadania 25 poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie koca na dolną część ciała, o wymiarach: 120 x 100 cm
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 57. Dotyczy zadania 25 poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie koca na tors, o wymiarach: 124 x 94 cm
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 58. Dotyczy zadania 25 poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie koca noworodkowego, o wymiarach: 92 x 89 cm
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
- 59. Dotyczy zadania 29 poz. 8** - Prosimy o wydzielenie poz. 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

60. **Dotyczy zadania 29 poz. 9** - Prosimy o wydzielenie poz. 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

61. **Dotyczy zadania 29 poz. 9** - Prosimy o dopuszczenie łyżek typu McIntosh, wykonanych z poliacetalu (plastik), w rozmiarach: 1, 2, 3, 4, bez numeru seryjnego na łyżce, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

62. **Dotyczy zadania 40** - Prosimy o dopuszczenie czyścików o wymiarach 5x5 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

63. **Dotyczy zadania 82 poz. 1, 2, 3, 4, 7** - Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4, 7 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

64. **Dotyczy zadania 82 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 22mm x 25mm z przewodami o długości 60 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

65. **Dotyczy zadania 82 poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o następujących przedziałach wagowych <3kg i >30 kg, 1-20 kg, 10-50 kg, <30 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

66. **Dotyczy zadania 82 poz. 7** - Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o następujących przedziałach wagowych <3kg i >30 kg, oraz o dopuszczenie kabla o długości 90 cm

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

67. **Dotyczy zadania 127** - Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze 1-40 kg lub 3-40 kg

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

68. **Dotyczy zadania 129** - Prosimy o podanie, czy chodzi o czujniki jednorazowego użytku czy wielorazowe.

69. **Dotyczy zadania 129** - Prosimy o określenie przedziału wagowego pacjentów.
70. **Dotyczy zadania 129** -Czy czujniki będą wpinane bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?
Odp. na pyt. 68-70. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 129, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Czujnik do saturacji do kardiomonitora Datex GE- Ohmeda typ F-FM00 Datex – czujniki jednorazowego użytku, zapinane na rzep, niemowlęco-dziecięce dla pacjentów o wadze do 20 kg, wpinane do kabla przedłużającego.” W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 129.
71. **Dotyczy zadania 50 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony sterylnej na przewody w rozmiarze 130 x235 cm
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
72. **Dotyczy zadania 50 poz. 2** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na aparaturę w rozmiarze 95x85 cm
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
73. **Dotyczy zadania 50 poz. 2** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na aparaturę w rozmiarze 95x130 cm.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
74. **Dotyczy ogólnych warunków umowy-** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 2.2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz 5 dniowego terminu na wymianę wadliwego towaru w przypadku jej uznania.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
75. **Dotyczy ogólnych warunków umowy-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. pkt. 2.3)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
76. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w pkt. 3. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
77. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
148. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** -Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów ogólnych warunków umowy (dot.: pkt. 4.1): Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30 % wartości netto umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

78. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-** Wykonawca prosi o odstąpienie od wymogu aby: Wykonawcy przeprowadził w trakcie obowiązywania umowy kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych z zakresu prawidłowej kaniulizacji żył obwodowych, zarejestrowane w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na wniosek Zamawiającego, co 6 miesięcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

79. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z 2 paskami radioceniującymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

80. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

81. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

82. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej tylko w rozmiarze 20G –1,0 x 32 ?

Odp. Nie.

83. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 18 G 1,2 x 38 ?

Odp. Nie.

84. **Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-2-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z logo producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

85. **Dotyczy zadania nr 7 poz. 3-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły iniekcyjnej długiej w rozmiarze 1,2 x 100 ?

Odp. Nie. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 7 poprzez wykreślenie pozycji 3 (Igły iniekcyjne długie). Numeracja pozostałych pozycji pozostaje bez zmian.

Ponadto pod formularzem cenowym zadania 7 Zamawiający wprowadza zapis:

„Poz. 1 i 2 muszą pochodzić od jednego producenta”.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 7.

86. **Dotyczy zadania nr 7 poz. 5-7-** Czy Zamawiający udzieli zgody na wydzielenie pozycji nr 5-7 z Pakietu na 7?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach

danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

87. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 1-4-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej j. u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml ; 5-6 ml; 10-12 ml; 20-24 ml ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
88. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 1-4-** Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu: wolną od ftalanów, lateksu i PVC?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
89. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 1-4 -** Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze, z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
90. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 1-4-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j. u. z podwójnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
91. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 7-8-** Czy Zamawiający wymaga Strzykawki 50/60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
92. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 7-8-** Czy Zamawiający wymaga Strzykawki 50/60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem ?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
93. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 9-** Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z 2 dodatkowymi łącznikami?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
94. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 9-** Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
95. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 10-** Czy Zamawiający wymaga strzykawki j. u. 3 ml z informacją na opakowaniu: wolną od ftalanów, lateksu i PVC?
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
96. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 10-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkę j.u. 3 ml w op. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.
97. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 12-13-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkę j. u. 20 ml w op. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

98. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 13-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkę j.u. 3 ml reszta zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

99. **Dotyczy zadania nr 9 poz. 11-13-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkę j. u. z cylindrem z polipropylenu a tłokiem z polietylenu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

100. **Dotyczy zadania nr 3 poz. 1 -** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz 1 zestawów do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera o następujących parametrach: cewnik wykonany z poliuretanu nietrombogenny, apirogeny z miękką, atraumatyczną końcówką , przewodnicą drucianą odporną na zaginanie z końcówką J, bez elementu łączącego z systemem EKG i igły V, zestaw posiadający rozszerzadło, strzykawkę, igłę ostrą cienkościenną 18Ga 6,35 cm, ukośnie ściętą, skrzydełka mocujące, zaciski ślizgowe na drenikach, kanały oznakowane kolorystycznie. Zestaw dwuświatłowy w rozmiarze 16cm/7FR/18,14Ga i 20cm/7FR/16,16Ga, zestaw trójświatłowy w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego o długości 16 i 20 cm, zestaw czteroświatłowy: 16 i 20cm /8,5 Fr 18,14,18,16Ga.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

101. **Dotyczy zadania nr 3 poz. 2 -** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz 2 zestawów do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera o następujących parametrach: cewnik wykonany z poliuretanu nietrombogenny, apirogeny z miękką, atraumatyczną końcówką , przewodnicą drucianą odporną na zaginanie z końcówką J. Zestaw posiadający rozszerzadło, strzykawkę, igłę ostrą cienkościenną 18Ga 6,35 cm, ukośnie ściętą, skrzydełka mocujące, zaciski ślizgowe na drenikach, kanały oznakowane kolorystycznie . Zestawy w rozmiarze oczekiwany przez Zamawiającego o długości 16,20cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

102. **Dotyczy zadania 3 poz. 3-** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz 3 zestawów do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna , sulfadiazyna srebra), bez elementu łączącego z systemem EKG z igłą punkcyjną 18 GA/6,35 , strzykawką z otworem w tłoku 5 ml, rozszerzałem, skrzydełkami mocującymi, igłą do kontroli ciśnienia. Rozmiary zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego o długości 16cm i 20cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

103. **Dotyczy zadania 3 -** W celu zwiększenia konkurencyjności ofert, obecnie przy takich parametrach i pozycjach w pakiecie nr 3 do przetargu przystąpić może tylko jedna firma , prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 4 oraz w pozycji 1 wkluc 5-swiatłowych 12Fr/16,18,18,12/15cm.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

104. **Dotyczy zadania 13-** Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw do drenażu dla dorosłych i dzieci z pełną mechaniczną regulacją podciśnienia? Nie wymaga do pracy napełnienia wodą.

Wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H₂O, bezgłośny, o pojemności 2000 ml lub 500 ml, wyskalowany co 2ml do pojemności 200 ml, posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezgłowego pobierania próbek drenowanego płynu z króćcem typu Luer-Lock. Wysokość 26 cm i konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w każdej w pozycji (pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię i-wewnątrz folii- w serwetę. Z pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną. Wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania дренаżu po stronie pacjenta. Z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi. Z załączoną strzykawką wypełnioną płynem w odpowiedniej ilości, nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabezpieczania płynu przez obsługującą osobę. Z wbudowanym zaworem na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

105. Dotyczy zadania 32 - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 32 układów oddechowych o regulowanej długości i pamięci kształtu o parametrach wymaganych przez Zamawiającego i długości dwóch rur 240 cm oraz dodatkowej gałęzi 1,5m.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

106. Dotyczy zadania 44 - Czy Zamawiający dopuści do oceny Zestaw do nefrostomii two-step dostępny w rozmiarach 6, 8, 10 Ch z igłą w rozmiarze 17,5 G x 20 cm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

107. Dotyczy zadania 90- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 90 maski krtaniowej z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed przypadkowym przegryzieniem poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

108. Dotyczy zadania 109 - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 109 maski krtaniowej jednorazowego użytku sterylnej, mankiet wykonany z silikonu , z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz luźnym niewbudowanym na całej długości rurki drenem do napełniania mankietu .Maska bez zawartości lateksu i DEHP.W rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

109. Dotyczy zadania 123 - Czy Zamawiający dopuści do oceny woreczek do laparoskopii do preparatów tkankowych o pojemności 200 ml, rozmiar 90 x 190 mm ze ściągaczem z pamięcią kształtu, umieszczony w rurce do trokara o średnicy 10mm, długość 345 mm?

Odp. Nie.

110. **Dotyczy zadania 38** - Prosimy o dopuszczenie gąbek do pochłaniaczy nie będących wyrobami medycznymi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

111. **Dotyczy zadania 38** - Prosimy o pozostawienia w pakiecie gąbek do pochłaniacza do aparatu do znieczulenia Dameca MRI508 i wydzielenie do osobnego pakietu gąbek do aparatu Avance.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

112. **Dotyczy zadania 41 poz. 4** - Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: Rękawice nitrylowe z aloe vera i witaminą E, bezpudrowe, kolor fioletowy, gładkie z dodatkową teksturą na końcach palców, chlorowana od strony wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,07 mm, na mankiecie min. 0,05 mm (grubość na pojedynczej ściance), długość min. 246 mm. Siła zrywu po starzeniu min. 6,32 N. Rękawiczka klasyfikowana i oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Poziom AQL 1,5. Poziom AQL oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie ze względu na rozmiar. op. 100 szt. rozm. XS – L, niejałowe. Wolne od akceleratorów chemicznych (bez tiuramów, MBT, tiomocznika, guanidyn).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

113. **Dotyczy zadania 41 poz. 5** - Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: a) w kolorze niebieskim; b) jednolicie teksturowanych; c) o grubościach na palcu min. 0,15 mm, na dłoni min. 0,13 mm, na mankiecie min. 0.08 mm; d) z poziomem szczelności AQL 1,5; zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

114. **Dotyczy zadania 41** - Prosimy o podzielenie zadania 41 na dwa odrębne. Zadanie 41A obejmowałby pozycje 1, 2, 3 (Rękawice chirurgiczne). Zadanie 41B obejmowałby pozycje 4, 5 (Rękawice diagnostyczne).

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

115. **Dotyczy zadania 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 19 kaniuli do pobierania płynu z butelki bez zastawki, z samozatrząskową zatyczką zamykającą?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

116. **Dotyczy zadania 9 poz. 1-4** - Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 1-4 dopuści strzykawkę z nazwą handlową na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odp. Nie.

117. **Dotyczy zadania 9 poz. 10** - Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 10 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

118. Dotyczy zadania 9 poz. 11- Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 11 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 0,5ml?

Odp. Nie.

119. Dotyczy zadania 9 poz. 12 - Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 12 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1ml?

Odp. Nie.

120. Dotyczy zadania 9 poz. 12, 13 - Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz.12, 13 dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

121. Dotyczy zadania 30 poz. 4 - Czy Zamawiający w Zadaniu 30 poz. 4 dopuści wycenę w opakowaniach x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

122. Dotyczy zadania 30 poz. 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 30 poz. 2 dopuści wycenę przyrządu do szybkiego przygotowania kroplówki gwarantującego bezpieczną infuzję o następujących parametrach:

Ø przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się,

Ø elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu,

Ø precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu,

Ø filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu i zbędną utratą leku podczas jego wypełniania,

Ø filtr hydrofilny w komorze kropelkowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki,

Ø zawór zabezpieczający przed cofaniem się krwi do drenu,

Ø sterylność. ?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

123. Dotyczy zadania 30 poz. 1- Czy Zamawiający w Zadaniu 30 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, z zaworem BCV zapobiegającym cofaniu się krwi do drenu.?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

124. Dotyczy zadania 61 poz. 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 61 poz. 2 dopuści wycenę w opakowaniach x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

125. Dotyczy zadania 108 poz. 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 108 poz. 1 wyrazi zgodę na wycenę produktu: „Impregnowana myjka do mycia ciała w formie rękawicy, o ergonomicznym kształcie, zgrzewana termicznie, wykonana z włókniny typu spunbond o fakturze supełkowej ok. 100g/m², nasączona łagodnym płynem do mycia, niezawierająca alkoholu, z aloesem i witaminą E, nieperfumowana, o obojętnym pH, opakowanie 8 szt. w woreczku, 30 woreczków w kartonie. Rozmiar 15x23cm”?

Odp. Nie.

126. Dotyczy zadania 51 - Szczoteczki do wymazów ginekologicznych - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując w opisie szczoteczki ginekologiczne NIESTERYLNE? Czy Zamawiający wymaga szczoteczek sterylnych?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

127. Dotyczy zadanie 59 -Pojemniki do wycinków histopatologicznych - Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści pojemnik ze szczelną nakrętką z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

128. Dotyczy zadanie 59 - Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści zamiast pojemnika 2000 ml pojemnik 2300 ml z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

129. Dotyczy zadania 5 poz. 2 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie kateterów moczowodowych z metalowym mandrynem dostępnym w wersji o mniejszej sztywności, aniżeli standardowa - do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

130. Dotyczy zadania 10 poz. 1 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu 9 x 6,8 x 3000 mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

131. Dotyczy zadania 10 poz. 5 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników o dł. 75-100 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

132. Dotyczy zadania 10 poz. 6 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników o dł. 75 cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

133. Dotyczy zadania 44 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z kateterem pokrytym powłoką hydrofilną.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

134. Dotyczy zadania 56 poz. 2 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod, o średnicy w zakresie 5F - 7F zaopatrzonych w ruchomy mandryn ułatwiający wprowadzenie elektrody.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaofiarowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

135. Dotyczy zadania 104 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o budowie schodkowej, o średnicy 6 mm / 8 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaofiarowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

136. Dotyczy zadania 171 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z cewnikiem o dł. od 15 cm do 32 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Dotyczy zadania nr 18 - Układy do wentylacji - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. pakietu układu o niżej podanych parametrach:

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

138. Dotyczy zadania nr 96 poz. 1- Dostawy asortymentów jednorazowego użytku kompatybilne z aparatem do spirometrii MasterScreen PNEUMO firmy Carefusion posiadanym przez Zamawiającego - Czy wymagacie Państwo filtra ze zintegrowanym ustnikiem eliptycznym i klipsami na nos o niżej podanych parametrach:

Eco BVF z plastikowym ustnikiem Bite Lip + Klipsy nosowe jednorazowego użytku (75).

Pasuje do urządzeń Jaeger/Carefusion/Vyaire.

Optymalna ochrona pacjentów, personelu i sprzętu

BFE i VFE > 99,99 %.

Zatrzymuje wykrztuszane substancje, bakterie i wirusy.

Chronią Pacjenta przed zakażeniem krzyżowym.

Niska impedancja przepływu <0,04kPa przy prędkości 1L/s

Pasuje do urządzeń MIRm MicroMedical, Cosmed, etc.

Dostępne nowe ustniki typu "Bite-Lip" i standardowe Eco

BVS do wszystkich wiodących marek urządzeń do

pletyzmografii (PFT).

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- 139. Dotyczy zadania nr 96 poz. 2-** Czy wymagacie Państwo filtra z ustnikiem typu gryzak i klipsem na nos o niżej podanych parametrach:
Eco BVF z silikonowym ustnikiem Bite-On + Klips nosowy jednorazowego użytku (60).
Pasuje do urządzeń Jaeger/Carefusion/Vyaire.
Optymalna ochrona pacjentów, personelu i sprzętu
BFE i VFE > 99,99 %.
Zatrzymuje wykrztuszane substancje, bakterie i wirusy.
Chronią Pacjenta przed zakażeniem krzyżowym.
Niska impedancja przepływu <0,04kPa przy prędkości 1L/s
Pasuje do urządzeń MIRm MicroMedical, Cosmed, etc.
Dostępne nowe ustniki typu "Bite-Lip" i standardowe Eco
BVS do wszystkich wiodących marek urządzeń do pletyzmografii (PFT).
Powyższe filtry pasują do Państwa spirometrów w związku z czym nie będą wymagane dodatkowe klipy, ani podkładki pod klipsy w związku z tym prosimy o modyfikację całego pakietu.
Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- 140. Dotyczy zadania nr 99 poz. 1:** Akcesoria do aparatu Infant Flow
Pytanie do poz. nr 1 Czy wymagacie Państwo układu oddechowego wraz z generatorem o niżej podanych parametrach ?
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.
Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.
Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.
Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.
Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu.
Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- 141. Dotyczy zadania nr 101:** Okularki do fototerapii - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;
OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.
Obecnie producent zmienił materiał na nowszy co powoduje "ulepszoną fototerapię poprzez

opaskę na głowę".

W związku z tym prosimy o włączenie okularków do pakietu z akcesoriami Infant Flow celem ograniczenia ilości dostawców i uzyskania produktu najwyższej jakości.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- 142. Dotyczy zadania 11 poz. 1-3, 5:** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający opisując w pakiecie 11 pkt. 2 parametr „dodatkowy zacisk ślizgowy kompatybilny z mechanizmem pompy” wymaga, aby dren, podobnie, jak lista strzykawków różnych producentów skalibrowanych z pompą (dla pomp strzykawkowych), był wyszczególniony w instrukcji obsługi – dotyczy to również poz. 1,3 i 5, gdzie taki wymóg nie został bezpośrednio zapisany? Zapis taki jest (podobnie, jak w przypadku strzykawków) potwierdzeniem przez producenta, że użycie danego drenu zapewni deklarowaną dokładność podaży (bezpieczeństwo pacjenta), czy też nie wpłynie w żaden inny negatywny sposób na pracę pompy. W innym przypadku, przy niezachowaniu wymaganych parametrów i właściwości drenu może dochodzić do poważnych błędów podaży, zupełnego braku możliwości prowadzenia infuzji (np. nierozpoznanie przez pompę drenu - komunikat: "uszkodzony zestaw" może sugerować iż zestaw nie jest skalibrowany/przeznaczony do pracy z pompą, lub posiada poważne wady jakościowe), a w skrajnych przypadkach do incydentu medycznego z poważnymi następstwami zdrowotnymi pacjenta. W takiej sytuacji odpowiedzialność prawna za zaistniałą sytuację obciąża w całości użytkownika za użycie pompy niezgodnie z instrukcją obsługi: brak badanego drenu w instrukcji obsługi jako dopuszczonego do użycia z pompą - analogicznie, jak lista producentów strzykawków w pompach strzykawkowych?

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 11:

Pozycja 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Dren do podaży płynów opcjonalnie z silikonowym bolcem- do użycia z workami PCV, przy użyciu pompy Infusomat firmy B.Braun, *dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem*”.

Pozycja 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Przewody infuzyjne Infusomat Space stosowane przy transfuzji krwi z filtrem do krwi 200 µm *dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem*”.

Ponadto pod tabelką formularza cenowego zadania 11 Zamawiający wprowadza zapis:

„**Dotyczy pozycji 1, 2, 5-** Zamawiający używając w opisie zdania „*dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem*” wymaga, aby dren był wyszczególniony w instrukcji obsługi pompy.”

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 11.

- 143. Dotyczy zadania 11 poz. 1** - Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie igłę izolowaną o małym współczynniku tarcia do blokad nerwów obwodowych pod USG przy blokadach, których nie można wykonać z użyciem stymulatora (np. TAP blok), ze znacznikami echogenicznymi w postaci wytłaczanych, charakterystycznych znaków „X” 360° wokół osi igły, na pierwszych 20 mm igły, podzielonych na 3 sekcje o różnych długościach: dłuższy (po przeciwnej stronie do szlif)-krótszy-krótszy dla lepszego zobrazowania, w którą stronę zorientowany jest atraumatyczny szlif (30°) igły - igła posiada znaczniki co 1 cm, ergonomiczny uchwyt z drenem o dług. 50 cm, w rozmiarach: 22Gx50mm, 22x80mm, 20Gx100mm?

Odp. Pytanie nie związane z opisem, nie dotyczy zadania 11 poz. 1.

- 144. Dotyczy zadania 11 poz. 2** - Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie igłę izolowaną o małym współczynniku tarcia do blokad nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora pod kontrolą USG, ze znacznikami echogenicznymi w postaci wytłaczanych, charakterystycznych znaków „X” 360° wokół osi igły, na pierwszych 20 mm igły, podzielonych na 3 sekcje o różnych długościach:

dłuższy (po przeciwnej stronie do szlif)- krótszy-krótszy dla lepszego zobrazowania, w którą stronę zorientowany jest atraumatyczny szlif (30°) igły - igła posiada znaczniki co 1 cm, ergonomiczny uchwyt z drenem o dług. 50 cm oraz przewodem elektrycznym – oba wyprowadzone dla ergonomii pracy z tyłu uchwytu - w rozmiarach: 22Gx50mm, 22x80mm, 20Gx100mm?

Odp. Pytanie nie związane z opisem, nie dotyczy zadania 11 poz. 2.

- 145. Dotyczy zadania 101** - Okularki do fototerapii Czy Zamawiający wymaga okularki jak niżej: Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające do skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejwe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych. Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego: Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki), rozm. 20-18 cm Rozmiar 1 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki), rozm. 24-33 cm Rozmiar 2 130 x 60 mm (wielkość główki - typowa); rozm. 30-38 cm, .

Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.

Odp. Nie.

- 146. Dotyczy zadania nr 15 poz. 6-** Czy Zamawiający dopuści cewniki z 2 otworami, lub wytyczy je do osobnego pakietu.

Odp. Nie, nie dopuszczają. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- 147. Dotyczy zadania nr 15 poz. poz.13** -Prosimy o wyłączenie pozycji 13 z zadania 15, ponieważ to pozwoli zaproponować konkurencyjną ofertę.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- 148. Dotyczy zadania nr 26 poz. 1-4-** Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu pozycji 1-4, umożliwi to zaproponowanie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- 149. Dotyczy zadania nr 26 poz. 1 i 4** - Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci półpierścieni, lub jeden gruby pierścień wokół rurki. Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- 150. Dotyczy zadania nr 33 poz.1-4** - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1-4 wyroby sterylne?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

151. Dotyczy zadania nr 33 poz.1-4 - Czy Zamawiający wymaga, aby produkty w poz.1-4, były bez ftalanów?

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

152. Dotyczy zadania nr 33 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 lub 10 ml, reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

153. Dotyczy zadania nr 47 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyłączy pozycje od 1-3 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

154. Dotyczy zadania nr 47 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści komorę pomiarową o pojemności 400 ml i worek o pojemności 2 600ml, reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp. Nie.

155. Dotyczy ogólnych warunków umowy - Czy Zamawiający dopuści dołączenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do oferty?

Odp. Zgodnie z pkt. VI.2 SIWZ każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

156. Dotyczy zadania 36 pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie dostarczanego filtra elektrostatycznego wg zaktualizowanej karty parametrów technicznych jak poniżej: Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni >1100 cm², medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 23cm², skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9998 % a przeciw/wirusowej 99,999% , przestrzeń martwa 51ml złącze proste, opory przepływu 2,7 cmH₂O przy 60 l/min. skuteczność nawilżania 33mgH₂O/l przy VT500ml, przeznaczony dla dorosłych z portem kapno, o wadze 28 g, sterylne.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

157. Dotyczy zadania 36, pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie dostarczanego filtra mechanicznego wg zaktualizowanej karty parametrów technicznych jak poniżej: Filtr mechaniczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, przeciwwirusowej 99,9999%, przestrzeń martwa 66ml, opory przepływu 1,9 cm H₂O przy 60 l/min. Medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 39 g, filtr ze złączem prostym, jałowy, z portem kapno, złącza 22M/15F-22M.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

158. Dotyczy zadania 88 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek dooskrzelowych renowanej marki Malincrodt, Broncho-Cath: Rurka dooskrzelowa lewa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym z PCV a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki

kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu (niebieski – dooskrzelowy). Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym. rozm 35-41. Rurka dooskrzelowa prawa z mankiem tchawicznym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankiem dooskrzelowym z PCV w kształcie litery S a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu (niebieski dooskrzelowy). Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym rozm 28-41.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

159. Dotyczy zadania 127, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści generyczne czujniki Chińskiego producenta dla niemowląt o wadze 3-20kg, których instrukcja obsługi nie zaleca ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją ?

Odp. Nie.

160. Dotyczy zadania 127, pozycja 1- Czy Zamawiający oczekuje aby czujniki dla niemowląt od 3-20kg miały możliwość stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi czujników dołączonymi do oferty lub instrukcją obsługi zaferowanych czujników dołączoną do oferty ?

Odp. Nie, Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

161. Dotyczy zadania 127, pozycja 1 - Czy Zamawiający wraz z dostarczonym produktem będzie wymagał polskiej instrukcji obsługi?

Odp. Nie, Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

162. Dotyczy zadania 108 (myjki do toalety pacjenta) - Czy Zamawiający w zadaniu nr 108 dopuści myjki o następującym opisie: Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,5 cm, gramatura 100g/m² wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelom myjącym pH 5,5, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. Opakowania handlowe 12 szt. zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

163. Dotyczy zadania 108 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 108 możliwości przeliczenia wymaganych ilości na opakowania handlowe 12 szt. tj. 21750 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

164. Dotyczy zadania 100 - Czy Zamawiający w pakiecie 100 zadaniu 1 dopuści igły do portów z motylkiem w kolorze czarnym, nie zmieniając pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

Zamawiający jednocześnie informuje, że jest w trakcie przygotowywania kolejnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które wkrótce pojawią się na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przesuwając termin składania ofert przetargowych do dnia **25.11.2019 r. do godziny 12:00.**

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień **25.11.2019 r. na godzinę 12:30.**

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XI, który otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć **drogą elektroniczną**, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na **platformazakupowa.pl** lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* - **<https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> nie później niż do 25.11.2019 r. o godz. 12.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu **25.11.2019 r. o godz. 12.30.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) cen zawartych w ofertach.Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją SIWZ dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie, które zamieszczone zostanie także na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> w dniu opublikowania.

W załączeniu:

- *zmodyfikowany formularz cenowy zadania 7, 11, 51, 129.*