

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup stołu operacyjnego dla Centralnego Bloku operacyjnego i aparatu USG dla centrum Diagnostyki Chorób Sutka, nr sprawy: LI.262.11-14.2023**, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 208-655574.

### ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.11-14.1.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 1

#### 1. Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół ogólnochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu, zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej, bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia z możliwością wykorzystania funkcji przesuwu wzdłużnego blatu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 2. Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z podstawą w kształcie litery H (węższa w części centralnej, szersza na końcach).

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 3. Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z podstawą stołu monolityczną, gładką, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, wykonaną ze stali nierdzewnej i żeliwa.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 4. Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej bez gumowych lub gumo podobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych, wyjątek stanowi mała osłona siłownika. Dodatkowo kolumna zabezpieczona przed zalaniem i wnikaniem płynów obudową z tworzywa sztucznego w górnej części kolumny.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 5. Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez cztery zestawy podwójnych kół o średnicy 100 mm, na obrotnicach, umieszczonych wewnątrz obrysu podstawy stołu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 6. Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z centralną blokadą w którym cała podstawa stołu zostaje stabilnie posadowiona na podłodze podczas operacji w celu zwiększenia stabilności stołu i zniwelowania

nierówności podłoża

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**7. Pkt. 12**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z wychyleniem blatu poza kolumnę stołu 1500mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie litery H. Bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**8. Pkt. 14**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z blatem 5 – segmentowym łamany niezależnie w trzech miejscach:

segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego;

segment piersiowy - dwuczęściowy;

segment lędźwiowy;

segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**9. Pkt. 15**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół z blatem o długości x szerokości stołu (bez szyn bocznych): 2355 x 540 mm – z możliwością jego skrócenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**10. Pkt. 16**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w awaryjny układ sterowania obsługiwany za pomocą panelu awaryjnego znajdującego się na kolumnie stołu. Układ wyposażony w oddzielny obwód sterowania elektrohydraulicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**11. Pkt. 20**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół który posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu (dodatkowego panelu sterującego) bez konieczności stosowania obudowy czy też osłony panelu w celu szybkiego użycia w awaryjnych sytuacjach.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**12. Pkt. 22**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół, który posiada regulację z pilota następujących ruchów:

- wysokości w zakresie 680 – 1130 mm;

- pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) (+25°/-35°);

- pochylenie poprzeczne „lewo-prawo”  $\pm 20^\circ$ ;

- regulacja segmentu lędźwiowego / pleców w zakresie -40° / +70°;

- regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex”;

- powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie;

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburga) (+25°/-35°), w pozostałym zakresie Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**13. Pkt. 25**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot posiada 6 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**14. Pkt. 26**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w sekcję podglówka łatwo demontowaną

i regulowaną manualnie ze wspomaganie mechanicznym w zakresie  $+84^{\circ}/-60^{\circ}$ .

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**15. Pkt. 27**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w sekcję pod nogi łatwo demontowaną i regulowaną elektro-hydraulicznie w zakresie  $-90^{\circ} \div +80^{\circ}$  w płaszczyźnie pionowej i  $60^{\circ}$  w płaszczyźnie poziomej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**16. Pkt. 30**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwoleźynowych, demontowane o grubości 80 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**17. Pkt. 31**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w materace mocowane do stołu za pomocą pasków rzepowych do elementów blatu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**18. Pkt. 38**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w przesłonę anestezjologiczną, sztywną, z dwoma poszerzającymi i regulowanymi prętami, każdy o dł. 300 mm. Przesłona z dwoma klipsami do mocowania obłoża, z zaciskiem obrotowym do szyny bocznej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**19. Pkt. 39**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w podporę pod bok lub pod plecy z możliwością regulacji wysokości, wydłużania, obracania, blokowania. Poduszka zaokrąglona. Wymiary poduszki 210 x 100 x 30 mm. Z zaciskiem obrotowym do szyny bocznej. 2 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**20. Pkt. 41**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w stolik na instrumenty z zaciskiem, z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Wymiary stolika min. 450 x 260 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**21. Pkt. 43**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania stół wyposażony w podpory litotomiczne do pozycjonowania kończyn dolnych, wyposażone w pneumatyczne siłowniki ze skalą litotomiczną. Pozycjonowania w zakresach :

- $50^{\circ}$ /dół +  $80^{\circ}$ /górze;

- $10^{\circ}$ /przewodzenie;

+ $23^{\circ}$ /odwodzenie;

Regulacja buta w trzech płaszczyznach (w poziomie, pionie i na wysokość kończyny). But osłaniający stopę i podudzie (płetwa boczna), wyposażony w antystatyczne i miękkie wkładki i dwupunktowe mocowania zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu się stopy.

Waga 1 szt. podpory 6 kg

Podpory montowane za pomocą zacisków do szyny stołu operacyjnego z możliwością odpięcia w pozycji górnej

Nośność podpory 250 kg. W zestawie : 2 uchwyty na nogi z butami i 2 zaciski mocujące do szyn bocznych stołu operacyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**



Umowa – kary – par. 6

**22.** Prosimy o zmniejszenie kar do 0,5% - dot. pkt. 1,1)

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**23.** Prosimy o zmniejszenie kar do 10 % - dot. pkt 2

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**24.** Prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 % - dot. pkt. 4.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Prezes Zarządu**

**Marek Działoszyński**

*podpis na oryginale*

#### **UWAGA**

**Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.**