



ZPZ – 2375- 2470/23

Olsztyn, dnia 23.05.2023 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dot.: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa obłożeń operacyjnych, zestawów chirurgicznych, osłon na sondę, akcesoriów pielęgnacyjnych”, ZPZ-19/03/23.

W związku z zapytaniem uczestnika postępowania „**Dostawa obłożeń operacyjnych, zestawów chirurgicznych, osłon na sondę, akcesoriów pielęgnacyjnych**”, znak sprawy: ZPZ-19/03/23, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia (dot. pakietu nr 8).

Zamawiający informuje, że w piśmie z dnia 17.05.2023r., znak sprawy: ZPZ-2375-2367/23 w pytaniu nr 55 omyłkowo zamieszczono treść pytania i odpowiedzi nr 57. W związku z powyższym Zamawiający udziela poprawnej odpowiedzi na ww. pytanie.

PAKIET 8

Pytanie nr 55:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x taśma przyklepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzyklepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzyklepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrościągą zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przyklepcami do fiksacji, z przyklepnym otworem brzuszny Ø 8 cm, z przyklepnym otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m²pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H₂O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylne w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza taki zestaw.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
dr hab. n. med. Grzegorz Kade
/podpis na oryginale/
23.05.2023r.

