

Gdynia, dnia 05 stycznia 2021 r.

Nr sprawy D25M/251/N/37-69rj/20

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestetycznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni**”

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), niniejszym informuje, iż po zapoznaniu się z treścią odwołania złożonego w dniu 23.12.2020 r. przez Wykonawcę **Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa** – w postępowaniu znak D25M/251/N/37-69rj/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestetycznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni**”, postanowił uwzględnić wszystkie zarzuty i dokonać stosownych modyfikacji treści SIWZ umożliwiających złożenie oferty przez Odwołującego.

W związku z wcześniejszą modyfikacją SIWZ poprzez zmianę zakresu zadań oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert, niniejszym Zamawiający dokonuje pozostałych modyfikacji w zakresie parametrów w zadaniu 1 wskazanych w treści odwołania w taki sposób, który umożliwi złożenie oferty przez Odwołującego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż

- dokonał modyfikacji oceny parametru w pkt 1 zadania 1 poprzez nadanie punktacji dopuszczonym rozwiązaniom konstrukcyjnym:

Zamawiającemu jako doświadczonemu użytkownikowi należy na takiej konstrukcji stołu, aby jego funkcjonalność nie wymagała od personelu medycznego wykonywania dodatkowych czynności podczas operacji. Użytkownikowi należy, aby stół nie posiadał przesuwanego blatu a odcinek przezierny był na tyle długi aby podczas wykonywania badania RTG z ramieniem C można było swobodnie wjechać pod stół i wykonać zdjęcie bez potrzeby przesuwania pacjenta zastanawiając się czy dana część ciała jest dobrze ustawiona albo czy RTG z ramieniem C swobodnie „wjedzie” pod stół nie wadząc o kolumnę stołu czy przystawki ortopedyczne. Mając na uwadze aspekty ergonomiczne, rozwiązanie konstrukcyjne, na którym zależy Zamawiającemu jest wyżej punktowane, ale nie wyklucza to po modyfikacji SIWZ możliwości złożenia oferty z innym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Zamawiający ma prawo jako użytkownik ocenić wyżej takie parametry, które ułatwiają mu pracę, szczególnie w tak trudnych warunkach, jak wykonywanie zabiegów chirurgicznych.

- dokonał modyfikacji oceny parametru w pkt 2 zadania 1 poprzez nadanie punktacji dopuszczonym rozwiązaniom konstrukcyjnym:

Zamawiający w trosce o dobro pacjenta, i jakość wykonywanych usług nadał punktację uważając iż parametr przezierności jest jednym z kluczowych w przypadku wykonywanych w placówce zabiegów chirurgicznych. Zamawiającemu, jak użytkownikowi należy na takim rozwiązaniu konstrukcyjnym, które zapewni bardziej ergonomiczną pracę, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności w czasie zabiegu chirurgicznego. Pełna przezierność jest bardzo ważnym elementem dla Zamawiającego i Zamawiający ma prawo punktować wyżej takie rozwiązanie, które jego zdaniem jest lepsze pod względem funkcjonalnym. Nie wyklucza to jednak po modyfikacji SIWZ możliwości złożenia oferty z innym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Punktacja pozwoli na dochowanie należytej staranności w stosunku do pacjentów którzy są dobrem nadrzędnym. Zamawiający ma prawo jako użytkownik ocenić wyżej takie parametry, które ułatwiają mu pracę, szczególnie w tak trudnych warunkach, jak wykonywanie zabiegów chirurgicznych.

- dokonał modyfikacji oceny parametru w pkt 29 zadania 1 poprzez nadanie punktacji dopuszczonym rozwiązaniom:

Zamawiającemu zależy na takim rozwiązaniu, które pozwoli na łatwą obsługę stołu. W ocenie Zamawiającego jako doświadczonego użytkownika mocowanie materaca na czopy ze względów sanitarnych i ergonomicznych jest lepsze. Takie rozwiązanie jest znacznie łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż materac mocowany na rzep, który po dłuższym użytkowaniu parcieje i strzępi się. Dodatkowo powierzchnia rzepów jest trudniejsza do wyczyszczenia i dezynfekcji niż czopy, a takie czynności muszą być wykonane każdorazowo po odbytej operacji, co znacząco wydłuża możliwość wykonania kolejnego zabiegu. Należy też zwrócić uwagę, że czyszczenie rzepów z innych zanieczyszczeń, np. krew jest bardziej utrudnione niż czyszczenie rozwiązania opartego na czopach. Zamawiający ma prawo punktować wyżej takie rozwiązanie, w jego ocenie jest lepsze pod względem funkcjonalnym. Nie wyklucza to jednak po modyfikacji SIWZ możliwości złożenia oferty z innym rozwiązaniem konstrukcyjnym.

- dokonał modyfikacji oceny parametru w pkt 33 zadania 1 poprzez nadanie punktacji dopuszczonym rozwiązaniom konstrukcyjnym:

Zamawiający w trosce o dobro pacjenta, i jakość wykonywanych usług nadał punktację uważając iż parametr w postaci stolika bez dodatkowej podpory podłogowej jest ważnym parametrem w przypadku wykonywanych w placówce zabiegów, szczególnie zabiegów chirurgii ręki. Zamawiającemu, jako użytkownikowi zależy na takim rozwiązaniu konstrukcyjnym, które zapewni bardziej ergonomiczną pracę, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności w trakcie zabiegu chirurgicznego. Dla Zamawiającego jako doświadczonego użytkownika brak dodatkowej podpory podłogowej jest istotny z punktu widzenia poruszania się personelu w trakcie zabiegu i wykorzystywania w tym zakresie ramienia C. Dodatkowa podpora ograniczać będzie pole widzenia dla ramienia C i ciała pacjenta. Zamawiający ma prawo punktować wyżej takie rozwiązanie, które jego zdaniem jest lepsze pod względem funkcjonalnym. Ponieważ podpora może ograniczać pole widzenia, w takiej sytuacji niejednokrotnie trzeba będzie przesuwac stół, a należy pamiętać, iż chirurgia ręki jest zabiegiem precyzyjnym, gdzie operator siedzi przy stoliku i pracuje na nerwach i ścięgnach grubości mikroskopijnej i taka dodatkowa podpora podłogowa może być po prostu niewygodna. Nie wyklucza to jednak po modyfikacji SIWZ możliwości złożenia oferty z innym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Punktacja pozwoli na dochowanie należytej staranności w stosunku do pacjentów którzy są dobrem nadrzędnym. Zamawiający ma prawo jako użytkownik ocenić wyżej takie parametry, które ułatwiają mu pracę, szczególnie w tak trudnych warunkach, jak wykonywanie zabiegów chirurgicznych.

- pozostawił minimalną grubość materaca opisanego w pkt 33 zadania 1, albowiem parametr ten nie był kwestionowany, a jest dla Zamawiającego istotny.

Tak zmodyfikowany SIWZ uwzględnił żądania Odwołującego i umożliwia mu złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wyjaśnienie treści SIWZ złożone dotychczas przez Wykonawców zostaną udzielone, przesłane i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w terminie późniejszym.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie zadania 1.

Zamawiający informuje, iż nie przesługuje terminu składania ofert, albowiem w dniu 29.12.2020 r. dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na 29 stycznia 2021 r., zapewniając tym samym okres potrzebny do przygotowania ofert przez Wykonawców.

WPROWADZONE MODYFIKACJE SIWZ STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ DOTYCHCZASOWE ZAPISY.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
URZĘDOWY
PUBLICZNYCH IT

Beata Martyn-Mrozowska