

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

TP.262.36.2024

L.dz. TP /24

Wodzisław Śl. 21.05.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Zakup 3 ambulansów typu C wraz z wyposażeniem
Nr sprawy 10/Zp/24

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowy przedmiot zamówienia” także pojazd z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/ przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy o zmianę treści rozdziału XVIII pkt 5 SWZ w części dotyczącej kryterium oceny ofert stanowiącym termin dostawy Przedmiotu Umowy do Zamawiającego. Zgodnie bowiem z treścią rozdziału VI SWZ, termin dostawy wynosi maksymalnie do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Tymczasem jak wynika z treści rozdziału XVIII pkt 5 SWZ Zamawiający wskazał, że maksymalnym terminem dostawy, jaki zaoferować może Wykonawca w niniejszym postępowaniu przetargowym jest termin do 42 dni kalendarzowych. Wobec powyższego ujednolicenie ww. postanowień SWZ uznać należy za konieczne.

Odp. Zamawiający wymaga realizacji dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 42 dni od podpisania umowy. Termin dostawy jest parametrem punktowanym tj:

- do 21 dni – 25 pkt.
- od 22 do 28 – 10 pkt.
- od 29 do 42 dni – 0 pkt.

4. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył

umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podpisze w pierwszej kolejności.

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia, o którym mowa w treści §2 ust. 3 projektu umowy zostanie określony w dniach począwszy od dnia zawarcia umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści §2 ust. 2 pkt 2 projektu umowy słowa „istotnych”. Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziła zmianę nazewnictwa podstawowego dokumentu zamówienia sporządzanego przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym przyjmując, że jest nim Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany.

8. Prosimy o wyjaśnienie treści §3 ust. 5 projektu umowy poprzez szersze opisanie pojęcia “przeglądu przedsprzedażowego (zerowego)”. Czy przeglądy przedsprzedażne trzech ambulansów medycznych stanowiących Przedmiot Umowy mają odbyć się jeszcze przed przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiającemu? Ponadto, czy koszty przeprowadzenia ww. przeglądów pokryje Zamawiający, czy też ich wartość ma zostać wliczona w cenę składanej przez Wykonawcę oferty?

Odp. Przeglądy powinny zostać wykonane przed dostawą pojazdów do Zamawiającego. Koszty przeglądów powinny zostać uwzględnione w cenie oferty.

9. Proszę o potwierdzenie, że przekazanie przedmiotu zamówienia, oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia nastąpi w tym samym dniu co dostawa ambulansu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeszkolenie pracowników o którym mowa w treści projektu umowy §3 ust. 6 projektu umowy odbędzie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. W przypadku jeśli przeszkolenie pracowników miałyby odbyć się w innym ustalonym przy odbiorze terminie to protokół odbiorczy zostanie podpisany w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i od tego dnia wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem przechodzą na Zamawiającego, a wykaz osób uczestniczących w szkoleniu zostanie załączony do protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie późniejszym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o dodanie do §4 punktu dot. zakresu zgłaszania przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji. Aby wyeliminować ewentualne spory pomiędzy stronami dotyczące tego od jakiej chwili (wpływu zawiadomienia e-mailem/pisemnie/telefonicznej informacji) liczyć termin reakcji i przystąpienia do usunięcia wady, proponujemy wprowadzenie do projektu umowy zastrzeżenia o następującej treści: „Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie e-mailem (adres:), niezwłocznie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty jej wykrycia, z zastrzeżeniem, że czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii wynosi maksymalnie 48h, liczony będzie w dniach roboczych od momentu doręczenia zawiadomienia e-mail ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”.

Odp. Zamawiający wprowadza korektę w proponowanym zakresie.

12. W związku z treścią §4 ust. 4 zdanie czwarte projektu umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia usterki wynikającej z działania osób trzecich, niepodlegającej gwarancji, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania naprawy, przy czym koszty wykonania takiej naprawy, na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę pokryje w całości Zamawiający.

Odp. Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o zmianę treści części XIV pkt 3 załączników nr 5a, 5b i 5c do SWZ poprzez przyjęcie, że w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy ambulansu może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wprowadza zmianę w proponowanym zakresie.

14. Prosimy również o zmianę §4 ust. 5 pkt 3 zdanie trzecie projektu umowy oraz części XIV pkt 4 załączników nr 5a, 5b i 5c do SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli czas naprawy będzie wynosił więcej niż 7 dni roboczych lub więcej niż 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, wykonawca winien zagwarantować ambulans zastępczy”.

Odp. Zamawiający wprowadza zmianę w proponowanym zakresie.

15. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami SWZ, wzorów umowy, itp., na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualne wzory dokumentów z dopiskiem „Aktualizacja”.

Odp. Zamawiający potwierdza. Zamawiający zamieści odpowiedzi na pytania oraz inne dokumenty na stronie prowadzonego postępowania. Opublikowane odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

16. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust.4 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę §6 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych:

- 1) §6 ust. 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie z 0,2% do 0,1%, za każdy dzień zwłoki a maksymalną wysokość kary z tytułu zwłoki z 15% do 7%,
- 2) §6 ust. 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z 15% do 10%,
- 3) §6 ust. 3 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 300 do 150 zł.
- 4) §6 ust. 4 pkt 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,01 do 0,005%
- 5) §6 ust. 4 pkt 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,05 do 0,02%
- 6) §6 ust. 5 projektu umowy poprzez zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych z 20% do 10%.

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. W związku z faktem, iż przedmiotem postępowania jest dostawa do Zamawiającego trzech ambulansów medycznych typu C wraz z wyposażeniem, prosimy o dokonanie zmiany w treści §6 projektu umowy w taki sposób, aby przewidziane w nim kary umowne naliczane były wyłącznie od wartości ambulansu/zamówienia niedostarczonego w terminie, lub co do którego nastąpiła zwłoka w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. Podobnie w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający odstąpi wyłącznie od części umowy (np. co do dostawy jednego z ambulansów) to zasadnym jest, aby kara umowna liczona była tylko od wartości tej części przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający dokonuje korekty w proponowanym zakresie.

19. Prosimy o zmianę §6 ust. 4 pkt 1 projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna za zwłokę w rozpoczęciu naprawy była liczona za każde 24 godziny zwłoki, a nie jak wynika z obecnego brzmienia projektu umowy za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki.

Odp. Zamawiający dokonuje korekty w proponowanym zakresie.

20. Prosimy o potwierdzenie, że przez pojęcie „ubezpieczenia”, o którym mowa w treści rozdziału XIV pkt 2 SWZ rozumieć należy ubezpieczenie Przedmiotu Umowy wyłącznie na czas dostawy Przedmiotu Umowy do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

21. W przypadku podpisywania umowy w formie elektronicznej prosimy o dodanie postanowień wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

§

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona: Adres e-mail: Wykonawca Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji: Wykonawca: Zamawiający:

§

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający: , Wykonawca: ;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje

Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .

22. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści: „.....* , w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

* Wykonawca.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

23. Pytanie nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B/C.

Odp. Około 60 000 km rocznie.

24. Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans o DMC powyżej 3.5 tony?

Odp. Zgodnie z SWZ.

25. Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w dwa fotele przedziału kierowcy regulowane w min. 3-ch płaszczyznach z regulacją oparcia lecz z jednym podłokietnikiem (drugi podłokietnik jest zlokalizowany na drzwiach w odpowiednio przygotowanym miejscu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, na zasadzie równoważności, ambulans zgodny z aktualną normą PN-EN 1789:2021-02 w zakresie typu B/C, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w przedziale medycznym, miejsce dla pacjenta na noszach oraz możliwość przewożenia 4 osób w tym jednej leżącej na noszach ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający rozważy możliwość dopuszczenia do zaoferowania samochodu wyposażonego w lampy przednie realizowane za pomocą tradycyjnej technologii halogenowej jako zamiennik wymaganych lamp LED na zasadzie równoważności?

Odp. Zgodnie z SWZ.

28. Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający rozważy możliwość dopuszczenia do zaoferowania ambulansu wyposażonego w jeden głośnik w przedziale medycznym?

Odp. Zgodnie z SWZ.

29. Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwi dalsze chłodzenie przedziału medycznego? Chłodzenie odbywa się za pośrednictwem czterech wylotów powietrza zamontowanych w ścianie grodziowej. Jednocześnie system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789. Dodatkowo system ten posiada możliwość chłodzenia przedziału medycznego na postoju po wpięciu do zasilania 230V, niezależny od pracy silnika.

Odp. Zgodnie z SWZ.

31. Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego co 1 st. Celsjusza w zakresie 17-28 st. C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym od pracy silnika bez funkcji programowania realizowane było przez oryginalny sterownik urządzenia?

Odp. Zgodnie z SWZ.

33. Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci nisko profilowej lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED, dodatkowe lampy kierunkowskazów zamiast lampy zintegrowanej?

Odp. Zgodnie z SWZ.

34. Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach? Uzasadnienie rozwiązania. Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie. Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 Oświetlenie wnętrza.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

36. Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy typu LED umieszczonej nad blatem roboczym bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie. Stosowana lampa LED oświetla całą powierzchnię blatu roboczego. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 Oświetlenie wnętrza.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

38. Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności jedno ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szyfrowym zamiast zamkiem zamykanym kluczykiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, aby szafki po lewej stronie zabudowy były zamykane drzwiczkami a nie roletą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

40. Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności przetwornicę napięcia o mocy 1200W (stałe) i 1500 W (chwilowe)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

41. Pytanie nr 19 - Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Pytanie nr 20 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty?

Odp. Zamawiający potwierdza.

43. Pytanie nr 21 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający?

Odp. Zamawiający potwierdza.

44. Pytanie nr 22 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający?

Odp. Zamawiający potwierdza.

45. Pytanie nr 22 - Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego niekompletnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności radio montowane w II etapie produkcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

47. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ambulansów na pojazdach bazowych wyprodukowanych w 2023r.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

48. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa pojazdów do autoryzowanej stacji obsługi producenta pojazdu bazowego, w celu naprawy lub wykonania przeglądu, spoczywa na Zamawiającym. Nadmieniamy, że w przypadku usterki uniemożliwiającej jazdę, zgodnie z tzw. „gwarancją mobilności”, pojazd zostanie przetransportowany do serwisu na lawecie na koszt gwaranta.

Odp. Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o dopuszczenie ambulansów wyposażonych w czołowe poduszki powietrzne zarówno kierowcy jak i pasażera oraz poduszki chroniące miednicę i tułów bez tzw. kurtyn nadokiennych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

50. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania urządzenia do dezynfekcji przedziału medycznego o poniższych parametrach:

- urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd
- bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu
- urządzenie działa bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego, możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia
- niszczenie patogenów odbywa się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych, cząsteczek ozonu zasilane 12V DC, w zestawie ładowarka i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789
- technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu
- urządzenie działa tak aby po 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa
- urządzenie jest skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS-2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS-CoV-2. Urządzenie jest też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

51. DOTYCZY załącznika 5a, 5b oraz 5c - Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy.

Czy przy wszystkich spełnieniu pozostałych parametrów Zamawiający zezwoli na dostarczenie urządzenia plazmowego, które wytwarza maksymalny poziom hałasu do 45dB?

Odp. Zgodnie z SWZ.

52. Dotyczy Załącznik nr 5a oraz 5c

Wideolaryngoskop:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o poniższych parametrach różniących się względem produktu opisanego:

- Dotykowy wyświetlacz 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu,
 - Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni,
 - Źródło światła jedna dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała,
 - Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7
 - Port USB-C do ładowania i transmisji danych
 - Wbudowana pamięć wewnętrzna 32 GB
 - Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI (bez portu HDMI)
 - Jednorazowe nakładki dla dzieci rozmiar 2, dzieci i dorośli rozmiar 3, dorośli rozmiar 4
- Odp.** Zamawiający dopuszcza.

53. Nosze główne wielozadaniowe:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez fabrycznej półki, ale o takiej konstrukcji transportera, która umożliwia umieszczenie sprzętu medycznego, rzeczy pacjenta, dokumentacji medycznej itp. bez ograniczeń wagowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści transporter noszący główne posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

54. Dotyczy Załącznik nr 5b - Nosze główne elektro- hydrauliczne

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o rezygnację z parametru dodatkowego akumulatora, w zestawie z noszami jest dostarczony jeden, pojemny akumulator, nosze doładowują się w trakcie jazdy, dodatkowy akumulator niepotrzebnie podroży ofertę.

Odp. Zgodnie z SWZ.

55. Wideolaryngoskop:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o poniższych parametrach różniących się względem produktu opisanego:

- Dotykowy wyświetlacz 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu,
 - Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni,
 - Źródło światła jedna dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała,
 - Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7
 - Port USB-C do ładowania i transmisji danych
 - Wbudowana pamięć wewnętrzna 32 GB
 - Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI (bez portu HDMI)
 - Jednorazowe nakładki dla dzieci rozmiar 2, dzieci i dorośli rozmiar 3, dorośli rozmiar 4
- Odp.** Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem