



Szp/ZP – 264/686/2022

Wrocław, dnia 05.08.2022 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa lasera do fotokoagulacji siatkówki”

Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.

Powinno być:

Załącznik nr 1.1 do SWZ
Szp/ZP – 264/2022

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia – Laser do fotokoagulacji siatkówki

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji –

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy)
1	2	3
1.	Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki	
2.	Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577nm	
3.	Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły	
4.	Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50-2000mW	



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

5.	Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm , zmieniana w sposób ciągły	
6.	Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 45,0 s	
7.	Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5-100%	
8.	Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s	
9.	Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk	
10.	Kwadrat regulowany w zakresie: min. 8x8 ognisk laserowych	
11.	Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i zarysowania	
12.	Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 gł mm (+/- 5%).	
13.	Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 gł mm (+/- 5%).	
14.	Załadunek od góry - zapewniając ergonomiczną i wygodną pracę.	
15.	Waga netto maksimum 81 kg.	
16.	Moc generatora pary maksimum 2,5 kW.	
17.	Moc pompy wody minimum 0,75 kW.	



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

18	Moc całkowita urządzenia maksimum 2,55 kW.	
19	Soczewka do laseroterapii Volk Area centralis - Laserowanie mikropulsami plamki	
20	Soczewka OCULAR LATINA – soczewka so SLT/MLT	

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów/Administracji
mgr Mariola Dworakowska-Dąbrowska

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Romana Komora