



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 05/22

Poznań, dnia 10.03. 2022 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup (dostawa) pomp insulinowych - 2 zadania

Zamawiający informuję, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ po upływie terminu wskazanego w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej :

W SWZ w załączniku nr 1 „Wykaz przedmiotu zamówienia” w zakresie zadania nr 2 Tabela nr 1 zmiana polega na zastąpieniu słów o brzmieniu : „ Automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii.”

słowa o brzmieniu : „Możliwość otrzymywania alarmów predykcyjnych, z wyprzedzeniem do 30 minut, wyświetlanych na ekranie pompy i/lub na ekranie kompatybilnego telefonu”

Jest:

Automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii	Tak	
---	-----	--

Zmieniono w sposób jak poniżej (zmiana zaznaczona czcionką pogrubioną):

Możliwość otrzymywania alarmów predykcyjnych, z wyprzedzeniem do 30 minut, wyświetlanych na ekranie pompy i/lub na ekranie kompatybilnego telefonu”	Tak	
--	-----	--

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian

**Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Tabela nr 1**

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w parametrach wymaganych:

„Automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii.”

Na:

„Możliwość otrzymywania alarmów predykcyjnych, z wyprzedzeniem do 30 minut, wyświetlanych na ekranie pompy i/lub na ekranie kompatybilnego telefonu”

Funkcja alarmów predykcyjnych, z możliwością indywidualnego ustawienia dla każdego pacjenta jest opcją zaawansowaną technologicznie, wspierającą ochronę przed hipoglikemią.

Wyświetlanie informacji o aktualnym stanie glikemii, strzałek trendu wraz z odpowiednio zaprogramowanymi alarmami skutkuje większym bezpieczeństwem pacjenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmiana jak na wstępie pisma.

St. Inspektor
Dział Zamówień Publicznych

[Signature]
Sekretarz Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

dr n. med. *[Signature]*

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem