



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PIŁA  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, 23.04.2024 roku

FZP.II – 241/33/24

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **WYROBY MEDYCZNE DLA PRACOWNI ENDOSKOPII**

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu z zestawem do aplikacji o długości 230 cm i średnicy 9 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu z zestawem do aplikacji o długości 180 cm i średnicy 8 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

dotyczy Zadania 1 pozycji 4.

Czy Zamawiający dopuści pętle pakowane pojedynczo w opakowaniu po 10 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

dotyczy Zadania 1 pozycji 10.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 5 sztuk nasadek czyli 1 opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

dotyczy Zadania 1 pozycji 11.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 10 sztuk igieł czyli 1 opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6**

dotyczy Zadania 1 pozycji 12.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 10 sztuk pętli czyli 1 opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 7**

dotyczy Zadania 1 pozycji 13.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 opakowania zbiorczego (5 zestawów)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 8**

dotyczy Zadania 1 pozycji 14.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 5 sztuk narzędzia czyli 1 opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 9**

dotyczy Zadania 1 pozycji: 18.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 5 sztuk igieł czyli 1 opakowanie zbiorcze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 10**

dotyczy Zadania 4

Pozycji 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie o parametrach zgodnie z opisem poniżej:

Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80 lub 100mm, średnica 10mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 11**

dotyczące zapisów SWZ i formularza ofertowego .

Prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy i termin wymiany towaru na wolny od wad liczony jest w dniach roboczych?

– zgodnie z zapisami umowy dostawy termin ten podany jest w dniach roboczych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że termin dostaw i wymiany dotyczy dni roboczych.**

### **Pytanie 12**

dotyczące pakietu nr 1 i pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie podawał w formularzu cenowym „kodu Kod EAN / GTIN” dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku ? Wykonawca podaje typ oferowanego przedmiotu zamówienia oraz nr katalogowy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 13**

dotyczące umowy depozytu paragraf 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu z 2 dni roboczych na 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**