

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach  
ul. Niechorska 27  
72 - 300 Gryfice

Nasz znak  
SPZZOZ/59/2/20

Data  
Gryfice 2020-11-06

Sprawa dotyczy:

*Przetarg nieograniczony 59/20 na: „Dostawę nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

2.W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

-przy zwłoce do 3 dni w wysokości 0,2 % wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia ;**

-przy zwłoce powyżej 3 dni w wysokości 0,5 % wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia ;**

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.**






2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet 2, pozycja 3-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**





**Pakiet 2, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o krzywiznie 3/8 odwrotnie tnącą?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 4, 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 75cm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 4**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 39mm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 5**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 8**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 9**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 39mm?

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 12**- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 39mm?





**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 12**- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 75cm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających, plecionych, syntetycznych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni,





podtrzymywanie tkankowe: ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 20% po 28 dniach od zaimplantowania?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 1-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm?

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 8**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną o długości 65mm i długością nitki 75cm?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających, plecionych, syntetycznych, wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe: ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 20% po 28 dniach od zaimplantowania?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach  
*Piotr Soltyskiński*

