



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 mowakowski@e-szpital.eu

Kędzierzyn – Koźle, dnia 23.06.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .11

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 6 zadań częściowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Treść Zapytania/Wyjaśnienia	
Pytanie nr 1:	
Dot. załącznik nr 2/2 zadanie częściowe nr 2 - USG pkt.30 W punkcie 30 Zamawiający umieścił następujący parametr:	
30.	M-Mode anatomiczny z trzech kursorów min. 3 linie (proste) Min. 1 mm do 20 mm
Wg nas w tym punkcie Zamawiający złączył dwa parametry w jeden tzn. M-Mode anatomiczny z trzech kursorów oraz zakres wielkości bramki dopplerowskiej min. 1 mm do 20 mm. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej ? Czy pkt. 30 nie powinien brzmieć następująco ?	
30.	M-Mode anatomiczny z trzech kursorów min. 3 linie (proste) oraz regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie Min. 1 mm do 20 mm
Wyjaśnienia:	
Zamawiający doprecyzowuje poz. 30 załącznika nr 2/2 do SWZ - wymaganych parametrów i właściwości urządzenia, która otrzymuje brzmienie: „30. M-Mode anatomiczny z trzech kursorów min. 3 linie (proste) oraz regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie min. 1 mm do 20 mm.” Wykonawca winien czytelnie wpisać doprecyzowany parametr w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (opis parametru lub tak/nie)”.	

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.