



DZP- 28/2021

Bytom, dnia 15.10.2021 r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **”Zakup aparatury endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”**.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu (zwany dalej Zamawiającym), w związku z zadanymi pytaniami wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w sposób następujący:

### **Pytanie 1**

Dotyczy zapisów SWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, wyposażenia, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 2**

Dotyczy zapisów SWZ, rozdział III, punkt 4, podpunkt c): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział III, punkt 4, podpunkt c)? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

### **Odpowiedź:**

W przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SWZ – rozdział III, punkt 4, podpunkt c, poprzestając na żądaniu złożenia stosownego oświadczenia Wykonawcy.

### **Pytanie 3**

Dotyczy zapisów SWZ oraz załącznika nr 5 (wykaz dostaw): Ze względu na rozbieżność prosimy o ujednoczenie zapisów i udzielenie odpowiedzi czy wykaz dostaw tj. załącznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie należy przedstawić wraz z ofertą czy na wezwanie?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII pkt 5 ppkt 5 SWZ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona zostanie wezwany do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu dostaw (wg Załącznika Nr 5) wraz z załączeniem

dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający nie wymaga złożenia wykazu dostaw wraz z ofertą.

#### **Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednią modyfikację Załącznika Nr 1A do SWZ (formularza cenowego).

#### **Pytanie 5**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, informacja ogólna, punkt 1 oraz załącznika nr 8 do SWZ (wzór umowy), paragraf 3, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pozostałe wymagania (warunki gwarancji), punkt 87: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 87 na następujący: „Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne – dotyczy wyrobów medycznych”?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ (wzór umowy), paragraf 11, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 11 ust. 3: „Wykonawca w czasie 2 dni roboczych licząc od uznania reklamacji zobowiązany jest do wymiany Urządzenia bądź części składowej zestawu na pełnowartościowy, bez wad lub jej naprawy.” Na zapis następującej treści: „Wykonawca w czasie 7 dni roboczych licząc od uznania reklamacji zobowiązany jest do wymiany Urządzenia bądź części składowej zestawu na pełnowartościowy, bez wad lub jej naprawy.”?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

Krzysztof Mączarowski

**P.O. Z-CY DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa  
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
Nr 4 w Bytomiu

dr n. med. Janusz Kuśmierz

.....  
**ZATWIERDZAM**