

Mrągowo, dnia 11.02.2022r.

NZ-1/22

Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „Dostawa i montaż sprzętu do sterylizacji” będącego realizacją Projektu „Wsparcie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1. Wnosimy o doprecyzowanie czy oferowany sterylizator ma być wyposażony w system detekcji gazów niekondensujących zgodny z wymogami normy PN-EN 285?

Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.

2. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylizatora parowego o pojemności wsadu wynoszącej 4 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285, o wymiarach komory: 700x650x690 mm (wys. x szer. x gł.) (-/+ 5%)?

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285 lub równoważnej.

3. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylizatora parowego o pojemności wsadu wynoszącej 6 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285, o wymiarach komory: 700x650x990 mm (wys. x szer. x gł.) (-/+ 5%)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora parowego o pojemności wsadu wynoszącej 6 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285, o wymiarach komory: 700x650x990 mm (wys. x szer. x gł.).

4. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 5. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia, które nie wymaga bocznej przestrzeni serwisowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zasilanego elektrycznie (400V), z mocą przyłączeniową wynoszącą 25 kW (-/+ 5%). Proponowana moc jest niższa od mocy wymaganej, co wpłynie korzystnie na koszty eksploatacji proponowanego urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zasilanego elektrycznie (400V), z mocą przyłączeniową wynoszącą 38 kW (-/+ 5%). Proponowana moc jest niższa od mocy wymaganej, co wpłynie korzystnie na koszty eksploatacji proponowanego urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 10. Wnosimy o umożliwienie zaoferowanie sterylizatora parowego o szerokości 99,5 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 17. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego po stronie załadowniczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5”, a po stronie wyładowniczej o przekątnej aktywnej matrycy min. 5”. Oba ekrany umiejscowione ponad komorą.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 20. Wnosimy o umożliwienie zaoferowania sterylizatora parowego z pomiarem, prezentacją na ekranie sterownika oraz rejestracją na wydruku parametrów procesu – temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz ciśnienia płaszcza.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 26. Wnosimy o umożliwienie zaoferowani urządzenia bez złącza zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowanego po stronie załadowczej. Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – odbywa się na zewnętrznym komputerze poprzez sieć.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez złącza zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowanego po stronie załadowczej. Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf odbywa się na zewnętrznym komputerze poprzez sieć.

11. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 32. Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylizatora parowego bez manometrów wskazujących ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej, umiejscowionych w panelu czołowym po stronie załadowczej. Proponowane urządzenie wyświetla informacje o wartości ciśnienia w komorze oraz we wbudowanej wytwornicy pary na kolorowym ekranie dotykowym po stronie załadowczej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

12. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 51. Prosimy o dopuszczenie wykonania opanelowania ze stali nierdzewnej po obu stronach bez drzwi do przestrzeni serwisowej – proponowane urządzenie nie wymaga bocznej przestrzeni serwisowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

13. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 54. Wnosimy o umożliwienie zaoferowania koszy odpowiednich do wymaganego sterylizatora – zgodnych z PN EN 285, o wymiarach 580x280x260 mm (dł. x szer. x wys.).

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie koszy odpowiednich do oferowanego przez Wykonawcę sterylizatora.

14. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 55. Wnosimy o umożliwienie zaoferowania koszy odpowiednich do wymaganego sterylizatora – zgodnych z PN EN 285, o wymiarach 580x280x130 mm (dł. x szer. x wys.).

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie koszy odpowiednich do oferowanego przez Wykonawcę sterylizatora.

15. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ/Zadanie 1, pkt 56. Wnosimy o umożliwienie zaoferowania stacji uzdatniania wody produkującej wodę uzdatnioną/demi o parametrach wymaganych przez normę PN-EN 285, gwarantującą poprawną pracę zaoferowanego sterylizatora.

Odp. Zamawiający wymaga spełnienia wymagań określonych w pkt 56 Załącznika 1A do SWZ.

16. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie poniższych prac budowlano – instalacyjnych potrzebnych do zamontowania sterylizatora będzie po stronie Zamawiającego:

- prace elektryczne jak doprowadzenie zasilania pod sterylizator i inne elementy systemu od stacji uzdatniania wody, kable elektryczne z rozdzielnią, przyłącza trójfazowe, gniazda 230V, sieć LAN,
- prace instalacyjne wod-kan wraz z przyłączeniami (wg wskazań DTR-ki i wytycznych producenta) stosowne przeróbki odpływów, kratek spustowych, doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do sterylizatora, odwierty stropowe,
- prace budowlane – jak powiększenie wysokości otworu i częściowa jego zabudowa po instalacji sterylizatora, przebudowa pomieszczeń sterylizacji – wydzielenie pom technicznego, przygotowanie otworu transportowego wraz z jego odtworzeniem i wstawieniem nowej stolarki okiennej, dostosowanie drogi transportu – wprowadzenia sterylizatora wraz z elementami wzmocnienia konstrukcyjnego stropu i drogi transportowej.

Odp. Zamawiający potwierdza, że we własnym zakresie wykona:

- prace elektryczne jak doprowadzenie zasilania pod sterylizator i inne elementy systemu od stacji uzdatniania wody, kable elektryczne z rozdzielnią, przyłącza trójfazowe, gniazda 230V, sieć LAN,
- prace instalacyjne wod-kan wraz z przyłączeniami (wg wskazań DTR-ki i wytycznych producenta) stosowne przeróbki odpływów, kratek spustowych, doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do sterylizatora, odwierty stropowe.

17. Czy Zamawiający może potwierdzić, że jest możliwość podłączenia sterylizatora do istniejącej w szpitalu instalacji sprężonego powietrza poprzez wykonanie jedynie rozgałęzienia istniejącej instalacji miedzianej. Oferowany sterylizator wymaga następujących parametrów zasilania: Od 5 do 10 bar - ciśnienie w instalacji 0,4 m³/h maksymalne zużycie powietrza, w trybie okresowym – nie ciągłym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania sprężarki powietrza (pkt. 57 - Zał. 1A).

Odp. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu zaofiarowania sprężarki powietrza (pkt. 57 - Zał. 1A), informując jednocześnie, że jest możliwość podłączenia sterylizatora do istniejącej w Szpitalu instalacji sprężonego powietrza poprzez wykonanie jedynie rozgałęzienia istniejącej instalacji miedzianej.

18. Prosimy o potwierdzenie, że elementy aktywne i pasywne sieci LAN oraz okablowanie w szpitalu potrzebne do podłączenia sterylizatora do sieci szpitalnej i systemu MEDOK są ewentualnie do wykonania po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada dedykowaną stację lub stacje komputerowe z oprogramowaniem, drukarką potrzebne do zarządzania systemem MEDOK z poziomu sterylizacji i nie będzie wymagana dostawa ww. urządzeń.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wraz z zapewnieniem dźwigu i wprowadzeniem sterylizatora do dedykowanego pomieszczenia sterylizacji jest po stronie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zapewnienie dźwigu i wprowadzenie sterylizatora do dedykowanego pomieszczenia sterylizacji jest po stronie Wykonawcy.

21. Wnosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 120 dni od dnia podpisania umowy. Wymagany termin 70 dni jest niemożliwy do spełnienia na skutek problemów z dostawą podzespołów elektronicznych oraz ograniczeniami produkcji związanymi z kolejną falą zachorowań na SARS-COV-2.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie postępowania – <https://platformazakupowa.pl/transakcja/569239>. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Brygida Schlueter-Górska