

Załącznik nr 2 Potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagania Warunek graniczny	Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
PARAMETRY OGÓLNE			
1	Wymiary zewnętrzne: - Średnica podstawy : 58-60 cm - Wysokość: 125-127 cm - Max zasięg ramienia 90 cm – - Max wysokość ramienia: 134 cm - Max wysokość głowicy optycznej: 128 cm	TAK	
2	Masa do 32 [kg]	Podać	30 kg
3	Zasilanie wejściowe	Podać	100 – 240 V AC
4	Zastosowanie: terapia stożka rogówki, ektazie pooperacyjne (PRK, LASIK), ektazie wtórne, zapalenia rogówki, zwyrodnienia brzeżne rogówki	TAK	
CHARAKTERYSTYKA Lampy do Crosslinkingu			
5	Lampa UVA do stosowania na rogówce	TAK	
6	Długość fali – 365 nm	TAK - Podać	
7	Natężenie od 1 – 30 mW/cm ³	TAK - Podać	
8	Wielkość ogniska regulowana płynnie za pomocą pokrętła w zakresie 3-12 mm	TAK - Podać	
9	Kamera do podglądu procedury na monitorze (rozdzielczość 1600 x 1200 pixeli)	TAK	
10	Monitor dotykowy 10 cali o rozdzielczości 1920 x 1200 pixeli, obracany na ramieniu	TAK - Podać	
11	Protokoły procedur: a) Dresden, b) Zapalenie rogówki c) protokoły indywidualne z preferowanymi ustawieniami, d) procedura Custom-Fast (bez zdejmowania nabłonka, o niskim poborze mocy, z wykorzystaniem ryboflawiny z witaminą E) wymagająca wpisania najcieńszej grubości rogówki, Kmax, odległości stożka od centrum oka, e) Jonoforeza	TAK	
12	Możliwość generowania raportu po zabiegu w formie pdf	TAK	
13	Urządzenie wyposażone w system, emitujący dwie wiązki światła czerwonego, które zbiegają się w punkcie umieszczonym na powierzchni ogniskowej gałki ocznej w odległości 50mm. (System ułatwiający określenie powierzchni roboczej).	TAK	
14	Łączność Wi-Fi, LAN	TAK	