



**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn. **Dostawa systemu do bezkontaktowych pomiarów CKO 3D z bardzo dużymi częstotliwościami**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

**Pytanie nr 1:**

*Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 2 komplety obiektyw o ogniskowej 200mm i o ogniskowej 300mm (w sumie 4 obiektyw) czy 2 obiektywy o ogniskowej 200mm lub o ogniskowej 300mm (sumie 2 obiektyw)?*

**Odpowiedź nr 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga czterech obiektywów łącznie. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania z dwoma obiektywami.

**Pytanie nr 2:**

*Po rozeznaniu rynku obiektywów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażeniu zgody żeby w przypadku trudności zakupu obiektywu o ogniskowej 200mm bądź 300mm, można było dostarczyć obiektywy np. o ogniskowej 140mm.*

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza każdy typ obiektywu i każdą ogniskową, który będzie posiadał niską dystorsję i zapewni możliwość pomiaru 3D dla obiektów o wielkości podanej w postępowaniu. Warunkiem odbioru technicznego, jak opisano w postępowaniu, będzie

wykonanie poprawnego pomiaru 3D. Należy zwrócić uwagę na to, że inna ogniskowa da inną odległość ostrzenia, a co za tym idzie inne wymiary ramy montażowej.

Wyjaśnienia SWZ nie wprowadzają zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

***Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej***

***dr inż. Marcin Jakimiak***