

**Dział Inżynierii Klinicznej | tel. 12-614-20-18 | faks 12-614-24-10**  
inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl | www.szpitaljp2.krakow.pl

LI/5503/005/2022

Kraków, dnia 02.03.2022.r.

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, powiadamia zainteresowane Strony, iż wpłynęły pytania do ogłoszenia LI/5503/005/2022 – „Swiadczenie Usług w zakresie napraw i przeglądów mammografu LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”.

### Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu, tj. przystąpienia do usuwania usterki do 72 godzin od daty powiadomienia.

### Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie w §3 pkt 2 pozostają bez zmian

### Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 3

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych

(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

### Odpowiedź 2

Zamawiający podtrzymuje treść § 3 pkt 3 załączonego do ogłoszenia wzoru umowy.

### Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku zwłoki w wykonaniu półrocznego przeglądu, lub w wykonaniu naprawy aparatu do 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.


### Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie w § 5 pkt 1 pozostają bez zmian.

**Zamawiający informuje, że pozostającym, aktualnym terminem składania ofert do ogłoszenia LI/5503/005/2022 jest max. 8 marca br., do godz. 9<sup>00</sup> - na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 –202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny) lub na platformie zakupowej. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: Przetarg ofertowy LI/5503/005/2022 na Obsługę serwisową mammografu model SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. Nie otwierać przed godziną 9<sup>30</sup>, dnia 8 marca 2022 roku” lub na Platformie Zakupowej Szpitala.**

Z poważaniem:

**KIEROWNIK**  
Dział Inżynierii Klinicznej  
  
mgr inż. Paweł Szkodny  
tel. +48 12 614 20 18

ODDZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ  
Dział Inżynierii Klinicznej  
  
mgr inż. Paweł Szkodny  
tel. 12 614 24 66