



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 26.05.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup wyposażenia specjalistycznego – aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.”** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna", Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20, nr sprawy: LI.262.2.2023, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 082-246864.

## ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ II

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zamawiający niniejszym informuje, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, że dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### 1. Pytanie – Dotyczy zadania nr 5

**Czy Zamawiający dopuści również rzutnik optotypów o poniższym opisie:**

- Ekran 24 cali LCD
- Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
- Szybkość zmiany optotypów: 0,5 s
- Odległość projekcyjna: 2.0 – 7.0 m
- Jasność testu: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Automatyczne wyłączenie panelu: regulowane 5, 10, 15
- Optotypy m.in.: Litery, Symbole, cyfry, E-Snellen, C Landolt, ETDRS, Snellen, Bailey-Lovie, Osterberg, Hearing Imared, Crowding bars, testy białe-czarne, testy czerwono-zielone, Contrast Sensitivity, obrazki dla dzieci, SIRDS, Ishihara
- Maski: pojedyncza, pozioma, pionowa, czerwono-zielona, podkreślenie
- Wymiary: 605 x 370 x 30 mm (D/S/W), waga 3,5 kg
- Pilot zdalnego sterowania do zmiany optotypów
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60 Hzv1.5 A
- Moc: 35W max
- Montaż - uchwyt na ścianę

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w niniejszym zakresie:

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:

### **1. ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**BYŁO:** 1. Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 27.08.2023 r.**

**JEST:** 1. Wykonawca jest związany ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 02.09.2023 r.**

### **2. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**BYŁO:** 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **30.05.2023 r. do godziny 8:00.**

**JEST:** 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **05.06.2023 r. do godziny 8:00.**

### **3. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**BYŁO:** 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2023 r. o godzinie 8:05** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

**JEST:** 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.06.2023 r. o godzinie 8:05** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

**Dyrektor ds. Lecznictwa**

**Antoni Ciach**

*podpis na oryginale*

#### **UWAGA**

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

#### **Publikacja:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgora/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings)



a/a LI.262.2.2023