



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 04 lipca 2023 r.

0012Z/2023

Dotyczy: postępowania na „Dostawę myjni endoskopowej dla pracowni endoskopii Szpitala Powiatowego we Wrześni”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<u>Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- zestawienia parametrów technicznych:</u> Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wadzę 100kg?	Zamawiający nie dopuszcza.
2.	<u>Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- zestawienia parametrów technicznych:</u> Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach 61x77x107cm? (szer x gł x wys)	Zamawiający nie dopuszcza.
3.	<u>Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- zestawienia parametrów technicznych:</u> Pkt. 22. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co ma na myśli jako „elektroniczne czyszczenie filtrów”?	Zamawiający ma na myśli funkcję czyszczenia licznika wykonanych cykli.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przejargowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska

