



Łukasiewicz
Łódzki
Instytut
Technologiczny

FO-Z/ŁIT/33/2022

Łódź, dn. 29-12-2022



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja przesiewacza (wyrząsarki wibracyjnej) z zestawem sit kontrolnych

ODPOWIEDŹ

na pytanie do SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm. dalej: upzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ:

Pytanie nr 1: Proszę o przesłanie informacji o dokładnej wielkości oczek z przedziału od 1,00 mm do 20, mm w sitach fi 300 mm w celu przygotowania oferty do postępowania FO-Z/ŁIT/33/2022.

Odpowiedź na pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia dokonując stosownej modyfikacji treści pkt 4 Formularza cenowego (Załącznik nr 2) w następujący sposób:

jest: średnice (wielkości oczek) sit: w zakresie 20 – 1 mm

zmieniono na: średnice (wielkości oczek) sit: w zakresie 1 – 20 mm – wymagane jest zaoferowanie min. 5 sit (zgodnie z treścią pkt 6) o średnicach: 1, 2,5, 5, 10 i 20 mm. W przypadku zaoferowania zestawu z większą niż 5 ilością sit – należy podać średnice wszystkich sit w zestawie

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) uwzględniający powyższą modyfikację.

Terminy w postępowaniu pozostają bez zmian.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Łódzki Instytut Technologiczny

