



ZPZ – 2375-1324/23

Olsztyn, dnia 16.03.2023 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

Dot.: Przetarg w trybie podstawowym pn.: „Dostawa odczynników do pracowni genetyki”

W związku z zapytaniami uczestników postępowania „Dostawa odczynników do pracowni genetyki”, zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia.

**ZESTAW I**

**Pytanie nr 1**

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 5 – poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet nie posiadających Certyfikatu IVD, które zgodnie z nową dyrektywą unijną nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w związku z czym nie są to produkty medyczne, tylko produkty GLP (general lab products) o przeznaczeniu do zastosowań laboratoryjnych? Produkty te są objęte 23% stawką VAT

**Odpowiedź: Jeśli w świetle nowych przepisów unijnych certyfikat IVD jest tożsamy z GLP – tak.**

**Pytanie nr 2**

dotyczy Pakietu nr 5 – pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści zamiast 5 opakowań po 100 sztuk probówek, jedno opakowanie, które będzie zawierało 1000 probówek?

**Odpowiedź: Jeśli sumaryczna ilość jest taka sama – tak.**

**Pytanie nr 3**

dotyczy Pakietu nr 6 – pozycja nr 1, 6, 7

Czy zamawiający dopuści probówki bez błony w pokrywce, a spełniające wszystkie wymagania?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4**

Pytanie 4 – Pkt III Warunki dostawy – ppkt 1 Czy wykonawca zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 14 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5**

Pytanie 5 – Pkt. V – Zasady odpowiedzialności i gwarancja – ppkt 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,2% za niezrealizowane zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zestaw II****Pytanie nr 6**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.**

**Pytanie nr 7**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w §7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9**

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 10**

##### ***Dotyczy wzoru umowy***

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 12**

Pakiet 7, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 24x24mm, pakowane po 200 szt. w ilości 3 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, jeśli sumaryczna ilość szkiełek będzie tożsama z zapotrzebowaniem.**

#### **Pytanie nr 13**

Pakiet 7, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 15x15mm, pakowane po 100 szt. w ilości 20 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, jeśli sumaryczna ilość szkiełek będzie tożsama z zapotrzebowaniem.**

#### **Pytanie nr 14**

Pakiet 7, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 15x15mm, pakowane po 1000 szt. (10x100 szt. w opakowaniu zbiorczym) w ilości 2 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, jeśli sumaryczna ilość szkiełek będzie tożsama z zapotrzebowaniem.**

#### **Pytanie nr 15**

Pakiet 7, poz.2 i 3:

Czy Zamawiający nie zdublował ww. pozycji pakietu?

**Odpowiedź: Tak, doszło do pomyłki edytorskiej; w pozycji 3 zamiast „Szkiewka nakrywkowe 15x15 mm , 1 op.= 200 szt., 10 op.” powinno być “Szkiewka nakrywkowe 24x60 mm, 1 op.=100 szt., 10 op.”**

#### **Pytanie nr 16**

Pakiet 7, poz.4:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, iż oczekuje szkiełek o krawędziach ciętych, natomiast w charakterystyce szkiełek podaje, iż szkiełka mają być dokładnie szlifowane. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, czy szkiełka powinny posiadać krawędzie cięte czy szlifowane.

**Odpowiedź: Krawędzie mają być cięte. Opis „wysoka jakość, mocne, dokładnie szlifowane, czyste i polerowane, trwałe, o wysokim stopniu przezroczystości” dotyczy powierzchni szkiełka.**

#### **Pytanie nr 17**

Pakiet 7, poz.4:

Z uwagi na fakt, iż szkiełka Super Frost posiadają obecnie nowe opakowania (tekturowe kartoniki opakowane dodatkowo w folię), prosimy o dopuszczenie ww. formy opakowania.

**Odpowiedź: Dopuszcza się, ważne aby szkiełka nie były oddzielone od siebie dodatkową bibułką – wydłuża to prace manualną przy barwieniu.**

#### **Pytanie nr 18**

Pakiet 7, poz.5:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż oczekuje szkiełek typu Super Frost Plus. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na szkiełka adhezyjne, jakimi nie są zwykłe szkiełka Super Frost.

**Odpowiedź: Tak – szkiełka typu Super Frost Plus lub równoważne.**

#### **Pytanie nr 19**

Pakiet 7, poz.5:

Z uwagi na fakt, iż szkiełka Super Frost Plus posiadają wyłącznie krawędzie szlifowane oraz wymiary 75x25x1mm, prosimy o dopuszczenie ww. formy wykończenia krawędzi szkiełek i wskazanych wymiarów.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 7, poz.5:

Czy Zamawiający dopuści szkiełka Super Frost Plus wyłącznie z białym polem do opisu?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 7, poz.5:

Z uwagi na fakt, iż szkiełka Super Frost Plus posiadają obecnie nowe opakowania (z tworzywa sztucznego opakowanego dodatkowo w folię), prosimy o dopuszczenie ww. formy opakowania.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**ZESTAW III**

**Pytanie nr 22**

Pytanie dotyczy pakietu nr 18.

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt pakowany po 500 ml? A jeśli tak to czy będzie porównywał cenę w przeliczeniu na 100 ml?

**Odpowiedź: Dopuszcza się. Cena będzie porównywana w przeliczeniu na opakowanie.**

**Pytanie nr 23**

Pytania dotyczą pakietu 15 i 18:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 3 do 15 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia.

Wykonawca jako podmiot profesjonalnie zajmujący się dostawą odczynników nie może wykluczyć zaistnienia sytuacji, na które nie będzie miał wpływu, np. brak dostępności towaru u producenta lub problemy logistyczne w transporcie międzynarodowym, skutkujących wydłużeniem terminu dostawy.

Standardowo nasz towar jest dostarczany w terminie do 10 dni roboczych, ale mając na uwadze wysokość kar w Umowie w przypadku opóźnienia dostawy, co może zdarzyć się nie z winy Wykonawcy, prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

## ZESTAW IV

### Pytanie nr 24

Dotyczy Formularza oferty – zał. nr 1 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 25

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje taką możliwość.**

### Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie nr 27

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie nr 28

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §6 ust. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf? Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 29**

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §9 ust. 7: Prosimy o zmianę zwrotu „od daty dokonania zgłoszenia” na zapis w brzmieniu „od daty zajęcia stanowiska”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 30**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy\_ Pakiet nr 17: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza sondy których sposób zapisu nieznacznie różni się w opisach przedstawionych przez Producenta? Pragniemy zaznaczyć, że rozbieżności te wynikają jedynie z różnic w stosowanych szkołach zapisu i/lub miejscu odniesienia, dla przykładu różnicy: Przykładowa sytuacja dla Pozycja nr 3: opis Zamawiającego: 13q14.2-14.3 – ten zapis widnieje w opisie sondy przygotowanej przez Producenta w tekście „w regionie 13q14.2-q14.3 zlokalizowanym na chromosomie 13”, natomiast rycina opisana jest jedynie wersją skróconą zapisu abberacji w postaci 13q14.2 wg schematu:

Pragniemy zaznaczyć, że różnice w zapisie abberacji wynikają z różnego sposobu zapisu aberracji (rozszerzony lub skrócony), natomiast nie zmienia to specyfikacji sondy względem wymienionych do detekcji genów lub miejsc hybrydyzacji w sondzie, a także nie wpływa to na funkcjonalności diagnostyczne wymienionych sond. Pragniemy wskazać, że niektóre miejsca w dokumentach wydanych przez Producenta mogą zawierać zapisy różniące się nieznacznie treścią, jednak nie zmienia to specyfikacji sondy.

W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, że wymienione dla Pakietu nr 17 opisy sond służą wskazaniu obszaru zainteresowania Zamawiającego, w tym przedstawieniu wskazań diagnostycznych odnośnie rodzaju fluorochromów, miejsc detekcji genów, a także czy dopuszcza zmiany wynikające w sposobie zapisu (skrócony lub rozszerzony) w różnych miejscach w dokumentach Producenta?

**Odpowiedź: Jeśli sposób zapisu jest tożsamy z SWZ i nie wpływa na zmianę sposobu znakowania sondy, znakowanego locus – dopuszcza się.**

### **Pytanie nr 31**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr 17, poz.3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sondy w wymienionych poniżej pozycjach, których aktualna wielkość detekcji wyrażona w kb różni się nieznacznie względem wymienionych przez Zamawiającego?

- Pozycja nr 6 zmiana z (151, 174 kb), (167, 164 kb) na (153, 176 kb); (195, 166 kb)
- Pozycja nr 16 zmiana z (169, 148 kb), (173, 346 kb) na (173, 148 kb); (173, 348 kb)
- Pozycja nr 19 zmiana z (168 kb) oraz (180 kb) na (170 kb) i (182 kb)
- Pozycja nr 50 zmiana z (180, 168 kb) na (197, 170 kb)

Pragniemy zaznaczyć, że tak nieznaczne różnice ilości kb wynikają z uaktualniania konstrukcji sond, natomiast nie zmienia to specyfikacji sondy względem wymienionych do detekcji genów

lub miejsc hybrydyzacji w sondzie, a także nie wpływa to na funkcjonalności diagnostyczne wymienionych sond. W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie możliwości zaferowania sond z powyższymi zmianami.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 32**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr 17, poz.5: Prosimy Zamawiającego o korektę i zmianę zapisu w pozycji 5 z uwagi na omyłkę pisarską polegającą na zmianie zapisu genu RAR $\alpha$  (obecna 7q21.1-q21.2, Green (167, 164 kb)) i umieszczenie zapisu poprawnego dla genu RAR $\alpha$ : 17q21.1-q21.2, Green (167, 164 kb) Gen ten opisany jest także w pozycji 6 Pakietu nr 17 już w formie poprawnej, co potwierdza oczywistą omyłkę dla tego genu.

**Odpowiedź: Zmiana zostanie uwzględniona**

**Pytanie nr 33**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr 17, poz.19: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie i korektę zapisu w poz. 20 z Pakietu 17 z uwagi na omyłkę pisarską polegającą regionu genu CKS1B w zakresie zmiany regionu z 1q21.3 na region 1q21-q22.

**Odpowiedź: Zmiana zostanie uwzględniona.**

**Pytanie nr 34**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr 17, poz.10: Czy Zamawiającego potwierdza iż w poz. 10 z Pakietu 17 wymaga sondy dedykowanej do detekcji Del(7q),z regionem detekcji sygnału w zakresie 7q22.1-q22.2?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**ZESTAW V**

**Do pakietu 4:**

**Pytanie nr 35**

Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 46 mm zapakowane w pudełka (5x96szt.), z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 36**

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 46 mm zapakowane w pudełka (5x96szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**



**Pytanie nr 37**

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 51 mm zapakowane w pudełka (5x96szt.), z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 38**

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 46 mm zapakowane w pudełka (5x96szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 39**

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 72 mm zapakowane w pudełka (5x96szt.), z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 40**

Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 72 mm zapakowane w pudełka (5x96szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 41**

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania próbowki pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Do pakietu 6****Pytanie nr 42**

Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania próbkę bez parametru - "cienka błonka umożliwiająca nakłucie w środku pokrywki", próbki zapakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 43**

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania końcówkę o dł. 31 mm zapakowane po 1000 szt. w worku?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 44**

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do postępowania końcówki zapakowane po 1000 szt. w worku?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 45**

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do postępowania końcówkę o dł. 51 mm zapakowane po 1000 szt. w worku?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 46**

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania końcówkę o dł. 72 mm zapakowane po 500 szt. w worku z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 47**

Poz.6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania probówkę bez parametru - "cienka błonka umożliwiająca nakłucie w środku pokrywki", z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 48**

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania probówkę bez parametru - "cienka błonka umożliwiająca nakłucie w środku pokrywki", z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Do pakietu 14**

**Pytanie nr 49**

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pipety pakowane po 500 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pytanie nr 50**

Dot. zapisów Umowy §7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto? Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego.

Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Zastępca Dyrektora ds. leczenia  
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie  
Dr hab. n. med. Grzegorz Kade  
/podpis na oryginale/*