

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 19.10.2023 r.
Postępowanie nr **55 Z TP 23**

E.ZP.261.50.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę robotów rehabilitacyjnych.**

Część II

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SWZ zapis pkt. nr 13 Pakiet 1: Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię z parametrami o powierzchni użytkowej pasa bieżni:
długość: 156 cm oraz szerokość: 56 cm

Według naszej wiedzy brak jest na rynku bieżni o podanych parametrach.

Brak zmiany zapisu może skutkować brakiem złożenia odpowiedniej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bieżni z parametrami o powierzchni użytkowej pasa bieżni: długość: 156 cm oraz szerokość: 56 cm.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, **zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 19.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ) – **po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji.** Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.