

**Pakiet Nr 36**  
**CEWNIK ASPIRACYJNY WRAZ Z SEPARATOREM DO ZABIEGÓW TROMBEKTOMII ASPIRACYJNEJ**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1	Cewnik aspiracyjny	25 sztuk	5 200,00	130 000,00			INDIGO8 /Penumbra Inc.	CAT8STR85KIT / 00815948022256 CAT8TORQ85KIT / 00815948022287 CAT8XTORQ115KIT / 00815948022317
2	Separator	25 sztuk	1 950,00	48 750,00			SEPARATOR /Penumbra Inc.	SEP8 / 00814548019765
3	Zbiornik (kompatybilny z pompą)	25 sztuk	850,00	21 250,00			Pojemnik Penumbra ENGINE /Penumbra Inc.	IAPS3 / 00814548019765
4	Pompa – bezpłatne użyczenie na cały okres obowiązywania umowy	1	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Penumbra ENGINE /Penumbra Inc.	PMXENGN / 00815948020030
	<b>Razem</b>			<b>200 000,00</b>				

\* informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, wobec czego wszystkie ceny wskazane powyżej uwzględniają 0% stawkę podatku VAT.

Zgodnie z informacją ze strony Urzędu Zamówień Publicznych:

W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych wyżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

Zgodnie z naszą wiedzą stawka VAT na wyroby medyczne wynosi 8%.

#### OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

dotyczy punkt 1:

-Długości 85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków – 8F; - 20 % (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)

-dostępny w wariantach o prostym i 2 wygiętych zakończeniach w zestawie przewody wysokoprzepływowe

dotyczy punkt 2:

-separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię

-kompatybilne z cewnikami typu CAT8 - 20 % (**TAK/NIE**)\* (**należy wykreślić !**)

dotyczy punkt 3:

-kalibrowany, przezroczysty zbiornik,

-kompatybilny z pompą aspiracyjną,

-objętość min.1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym

dotyczy punkt 4:

Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie aspiracji -29 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytyjącym odsysane skrzepiny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji