



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 1119/2022/W

Wrocław dn. 10.05.2022 r.

## Uczestnicy postępowania



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa odczynników na podstawie umowy ramowej**”, sprawa nr: **PO.271.6.2022**.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  
W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.



### Pytanie 79:

Dotyczy części 32, pozycja 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie płynu osłonowego o pH w zakresie 7,34 - 7,50?

Wskazane zakresy pH 7,8 - 8,2 sugerują odczyn zasadowy, który może być niekorzystny dla badanych komórek.

### Odpowiedź 79:

Zamawiający informuje że zmienił opis przedmiotu zamówienia w formularzu wyceny (załącznik nr 2 do SWZ) dla pozycji 1 części 32. Zmiana następuje w zakresie pH z 7,8 – 8,2 na pH 7,34 – 7,50. W związku z tym zaktualizowana treść opisu przedmiotu zamówienia dla tej części zostaje opublikowana jako załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania.

### Załączniki:

Zaktualizowana treść formularza wyceny dla części 32 (załącznik nr 2 do SWZ)

Sporządziła: A. Orzechowska

